REGIONE DEL VENETO
ULSS5 POLESANA

STRUTTURA : UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 66 del 28/01/2026

OGGETTO: Aggiudicazione, affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., mediante piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a., per la fornitura di n. 3 Videolaringoscopi, completi di manutenzione di tipo full risk per 24 mesi (2 anni), e del materiale di consumo, per il Pronto Soccorso dell'Azienda ULSS 5 Polesana. Impresa Claber S.r.l. di Vicenza (VI). CIG: B9EFC4F6AE.

Il Direttore della UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss 5 Polesana con Deliberazione n. 400 del 13/03/2024,

Premesso che:

- in data 12/09/2025, con protocollo n. 89643, agli atti del procedimento, è stato trasmesso a questa U.O.C., dall'Ing. Michele Tenan, Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, il Capitolato Tecnico per la fornitura e manutenzione di varie apparecchiature per il Pronto Soccorso di Rovigo, elaborato dall'Ing. Michele Tenan, Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, di concerto con la Dott.ssa Maria Adelina Ricciardelli, Direttore della U.O.C. Pronto Soccorso e con la Dott.ssa Cristina Contessa, Direttore della U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera, tra le quali n. 3 Videolaringoscopi completi di garanzia di 24 mesi di tipo full risk, e del relativo materiale di consumo;

- in data 30/10/2025, con nota prot. n. 105272, anche questa agli atti del procedimento, l'Ing. Michele Tenan, Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica ha inviato una nota integrativa al Capitolato Tecnico sopra descritto, specificando che l'acquisto di n. 3 Videolaringoscopi completi di garanzia di 24 mesi di tipo full risk, e del relativo materiale di consumo va aggiudicato secondo il criterio dl minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;

- è stato verificato, come previsto dalla normativa vigente in materia di riduzione della spesa per la fornitura di beni e servizi a favore della P.A., alla data del data 06/11/2025 e del presente provvedimento, per la fornitura in argomento:

a) non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999;
b) non sono stipulati contratti e neppure sono previste procedure di gara nella Programmazione Regionale di acquisto 2022 / 2023 come da programma del Soggetto Aggregatore U.O. Acquisti Centralizzati SSR presso la Direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV di cui alla DGRV 836 del 01/07/2022;
c) l'importo della fornitura risulta inferiore alla soglia comunitaria;
d) la Regione Veneto ha stipulato specifico accordo di collaborazione, ad oggetto "Accordo di collaborazione ex art.15 legge 241/1990 e ss.mm.ii. tra la Regione del Veneto e la Regione Lombardia", per l'utilizzo triennale della piattaforma di e-procurement SINTEL;

- è stato pertanto, avviato specifico affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), tramite Piattaforma Sintel di Aria S.p.A., (ID 209760000 del 06/11/2025), con base d'asta di € 35.000,00 Iva n,c., da affidare ai sensi dell'art. 108 comma 3, secondo il criterio del minor prezzo, per l'acquisto di n. 3 Videolaringoscopi completi di garanzia di 24 mesi di tipo full risk, e del relativo materiale di consumo, invitando, su proposta del RUP – dott. Ares Michieletti l'impresa Claber Srl, di Vicenza (VI), P. Iva: 02198590248
  considerate le pregresse e documentate esperienze analoghe, la capacità economico finanziaria e tecnico professionali;

- contestualmente è stata pubblicata, sul portale ARIA S.p.A. (Centrale di Committenza della Regione Lombardia) la documentazione integrale della procedura in oggetto, al fine di dare massima trasparenza e pubblicità alla stessa, al fine di accogliere eventuali altre imprese interessate alla partecipazione della stessa;

- dopo l'avvio della procedura hanno chiesto di essere invitate alla procedura le Imprese:
  - ✓ Alea Srl Medical Diagnostic Solutions, di Moncalieri (TO), P. Iva: 11281200011, con nota prot. n. 109720 del 12/11/2025;
  - ✓ Flexicare Srl, di Pomezia (RM), P. Iva: 081075151004, con nota mail del 14/11/2025;
  - ✓ Medica Srl, di Pordenone (PN), P. Iva: 01269090930, con nota mail del 10/11/2025;
  - ✓ Medical Lume Srl, di Roma (RM), P. Iva: 15457571006; con mota mail del 11/11/2025;
  - ✓ Sago Medica Srl, di Pieve di Cento (BO), P. Iva: 01122350380, con nota mail del 17/11/2025;
  - ✓ Tecnica Scientifica Service Srl, di Torino (TO), P. Iva: 07620470018, con nota mail del 19/11/2025;

- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (ore 18:00 del 25/11/2025) hanno presentato offerta le Imprese:
  - ✓ Alea Srl Medical Diagnostic Solutions, di Moncalieri (TO), P. Iva: 11281200011;
  - ✓ Claber Srl, di Vicenza (VI), P. Iva: 02198590248;
  - ✓ Flexicare Srl, di Pomezia (RM), P. Iva: 081075151004;
  - ✓ Medica Srl, di Pordenone (PN), P. Iva: 01269090930;
  - ✓ Medical Lume Srl, di Roma (RM), P. Iva: 15457571006;
  - ✓ Sago Medica Srl, di Pieve di Cento (BO), P. Iva: 01122350380;
  - ✓ Tecnica Scientifica Service Srl, di Torino (TO), P. Iva: 07620470018;

- il giorno 27/11/2025 il RUP in presenza di 2 testimoni ha proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa delle Imprese concorrenti da cui risulta:
  - ✓ L'Impresa Alea Srl Medical Diagnostic Solutions, di Moncalieri (TO), ha presentato la documentazione amministrativa in ossequio a quanto richiesto negli atti di gara e pertanto risulta AMMESSA al prosieguo di gara;
  - ✓ L'Impresa Claber Srl, di Vicenza (VI) ha presentato la documentazione amministrativa in ossequio a quanto richiesto negli atti di gara e pertanto risulta AMMESSA al prosieguo di gara;
  - ✓ L'Impresa Flexicare Srl, di Pomezia (RM), ha presentato la documentazione amministrativa in ossequio a quanto richiesto negli atti di gara e pertanto risulta AMMESSA al prosieguo di gara;
  - ✓ L'Impresa Medica Srl, di Pordenone (PN), ha presentato la documentazione amministrativa in ossequio a quanto richiesto negli atti di gara e pertanto risulta AMMESSA al prosieguo di gara;
  - ✓ L'Impresa Medical Lume Srl, di Roma (RM), ha presentato la documentazione amministrativa in ossequio a quanto richiesto negli atti di gara e pertanto risulta AMMESSA al prosieguo di gara;
  - ✓ L'Impresa Sago Medica Srl, di Pieve di Cento (BO) ha presentato la documentazione amministrativa in ossequio a quanto richiesto negli atti di gara e pertanto risulta AMMESSA al prosieguo di gara;
  - ✓ L'Impresa Tecnica Scientifica Service Srl, di Torino (TO), ha presentato la documentazione amministrativa in ossequio a quanto richiesto negli atti di gara e pertanto risulta AMMESSA al prosieguo di gara;

- con nota mail stessa data, agli atti del provvedimento, ha trasmesso al Direttore U.O.C. Pronto Soccorso di Rovigo e Trecenta, Dott.ssa Maria Adelina Ricciardelli, al Direttore della U.O.C. Direzione Medica Ospedale di Rovigo, Dott.ssa Cristina Contessa, al Dott. Paolo Puricelli, Dirigente Medico della Direzione Medica Ospedale di Rovigo e all'Ing. Michele Tenan, Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, le proposte tecniche presentata delle Imprese partecipanti, perchè potessero valutarle;

- con nota del 23/12/2025, anche questa agli atti del provvedimento il Direttore U.O.C. Pronto Soccorso di Rovigo e Trecenta, Dott.ssa Maria Adelina Ricciardelli, il Direttore della U.O.C. Direzione Medica Ospedale di Rovigo, Dott.ssa Cristina Contessa e l'Ing. Michele Tenan, Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, hanno comunicato che le offerte tecniche delle Imprese sono come di seguito riepilogato:
  - Alea Srl Medical Diagnostic Solutions, di Moncalieri (TO), offerta non idonea alle esigenze specifiche della U.O. per il posizionamento del monitor;
  - Claber Srl, di Vicenza (VI), proposta perfettamente corrispondente a quanto richiesto;
  - Flexicare Srl, di Pomezia (RM), offerta non idonea per l'autonomia della batteria;
  - Medica Srl, di Pordenone (PN), offerta non idonea, non viene fornita la lama MAC1;
  - Medical Lume Srl, di Roma (RM), offerta non idonea, non viene fornita la lama MAC1;
  - Sago Medica Srl, di Pieve di Cento (BO), offerta non idonea alle esigenze specifiche della U.O. per il posizionamento del monitor;
  - Tecnica Scientifica Service Srl, di Torino (TO), offerta non idonea alle esigenze specifiche della U.O. per il posizionamento del monitor;

- conseguentemente il giorno 24/12/2025 si è proceduto alla seduta telematica di apertura delle offerte economiche pervenute su piattaforma elettronica Sintel dell'Impresa Claber Srl, di Vicenza (VI), P. Iva: 02198590248, ammessa alla fase successiva, rilevando quanto segue:
  Fornitura di n. 3 Videolaringoscopi completi di garanzia di 24 mesi di tipo full risk, e del relativo materiale di consumo:
  ✓ Claber Srl, di Vicenza (VI) € 24.975,00 Iva n.c.
  per un totale complessivo di fornitura parti ad € 24.975,00 Iva n.c. (€ 30.469,50 Iva compresa) di cui al verbale del RUP del 24/12/2025, agli atti del procedimento;

- sono stati effettuati sull'Impresa individuata i controlli previsti dalla vigente normativa relativi alla regolarità contributiva, alla non sussistenza di iscrizioni sul Casellario Giudiziale, ecc., i quali hanno dato esito regolare;
- è stata verificata la Legge 136/2010;

- il Rup – Dott. Ares Michieletti - ritiene congrua l'offerta presentata dall'Impresa Claber Srl, di Vicenza (VI), P. Iva: 02198590248, in quanto ritenuta idonea da un punto di vista tecnico e proponente una quotazione economica inferiore al prezzo posto a base d'asta della procedura;

visto il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visto il D. Lgs. n. 36/2023 e D. Lgs 209/2024;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 400 del 13/03/2024.
Visto il Regolamento per l'affidamento de contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea relativi a lavori forniture di beni e servizi A ULSS 5 Polesana approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 152 del 19/2/2020;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa esposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto, da ultimo, delle risultanze dell'affidamento diretto di cui all'ID 209760000 del 06/11/2025, espletato mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel di Aria S.p.A. - per la fornitura di "n. 3 Videolaringoscopi completi di garanzia di 24 mesi di tipo full risk, e del relativo materiale di consumo", CIG: B9EFC4F6AE; come di seguito riepilogato:
   ✓ Impresa Claber Srl, di Vicenza (VI), P. Iva: 02198590248
   - Descrizione: n. 3 Videolaringoscopi, completi di manutenzione di tipo full risk per 24 mesi (2 anni), nome commerciale Videolaringoscopi McGrath MAC completo di n. 1 batteria monouso della durata di n. 250 minuti, codice prodotto Impresa ME-301-000-000, CND Z12021004, RDM 2346112/R, ad € 2.950,00 Iva n.c./cadauno, per un totale complessivo di € 8.850,00 Iva n.c.;
   - Descrizione: MAC 3 N. 300 pezzi, nome commerciale Lama Adulti Misura 3 – pezzi per confezione: 50, codice prodotto Impresa ME-350-005-000, CND R9002, RDM 2346329/R, ad € 13,00 Iva n.c./cadauno, per un totale complessivo di € 3.900,00 Iva n.c.;
   - Descrizione: MAC 4 N. 300 pezzi, nome commerciale Lama Adulti Misura 4 – pezzi per confezione: 50, codice prodotto Impresa ME-350-013-000, CND R9002, RDM 2346410/R, ad € 13,00 Iva n.c./cadauno, per un totale complessivo di € 3.900,00 Iva n.c.;

- Descrizione: MAC 1 N. 60 pezzi, nome commerciale Lama Neonatale Misura 1 – pezzi per confezione: 50, codice prodotto Impresa ME-350-072-000, CND R9002, RDM 2346412/R, ad € 13,00 Iva n.c./cadauno, per un totale complessivo di € 780,00 Iva n.c.;
- Descrizione: MAC 2 N. 60 pezzi, nome commerciale Lama Pediatrica Misura 2 – pezzi per confezione: 50, codice prodotto Impresa ME-350-017-000, CND R9002, RDM 2346411/R, ad € 13,00 Iva n.c./cadauno, per un totale complessivo di € 780,00 Iva n.c.;
- Descrizione: N. 3 batterie ricaricabili o alcaline, nome commerciale Batteria ricaricabile McGRATH™, codice prodotto Impresa ME-341-100-000, CND Z12021004, RDM 2862101/R, ad € 580,00 Iva n.c./cadauno, per un totale complessivo di € 1.740,00 Iva n.c.;
- Descrizione: N. 3 caricatori o docking station, nome commerciale Caricabatterie multiplo McGRATH™, include copri caricabatterie, staffa di supporto, alimentatore e adattatori, codice prodotto Impresa ME-341-200-000, CND Z12021004, RDM 2862101/R, ad € 1.675,00 Iva n.c./cadauno, per un totale complessivo di € 5.025,00 Iva n.c.;

per un totale complessivo di fornitura parti ad € 24.975,00 Iva n.c. (€ 30.469,50 Iva compresa), salvo rendicontazione;

3) di aggiudicare la fornitura di cui al punto 2) all'Impresa Claber Srl, di Vicenza (VI), P. Iva: 02198590248;
4) di precisare che il RUP di gara è il Dott. Ares Michieletti titolare di IF per la UOC P Provveditorato Economato e Gestione Logistica, per il quale è stata acquisita agli atti, in data 27/11/2025 specifica dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse rispetto all'Impresa affidataria;
5) di nominare, in relazione all'affidamento di cui al punto 2), su proposta del RUP, Dott. Ares Michieletti, Direttore dell'Esecuzione del Contratto il P.I. Davide Leucci, della U.O.S. Ingegneria Clinica, per la quale è stata acquisita, in data 12/01/2026, la dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse rispetto all'Impresa aggiudicataria;
6) di prendere atto che il RUP ritiene congrua l'offerta presentata dall'Impresa Claber Srl, di Vicenza (VI), P. Iva: 02198590248;
7) di prendere atto delle motivazioni del RUP in premessa esposte sull'affidamento a favore dell'Impresa Claber Srl, di Vicenza (VI), P. Iva: 02198590248;
8) di registrare la spesa complessiva di €. 30.469,50 Iva 22% compresa, di cui al punto 2), e salvo rendicontazione, come di seguito:
   a) € 19.050,30 Iva al 22% compresa, al sottoconto PA01200290 Attrezzature sanitarie e scientifiche anno 2026, prevista nel Piano Investimenti 2025, codice commessa 2026-202ACQS, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1581 del 30/12/2025;
   b) €. 11.419,20 al sottoconto EC71100140 Dispositivi medici altro: presidi chir (DM) così suddiviso:
      - € 5.709,60 anno 2026
      - € 5.709,60 anno 2027.

Il RUP di gara ed estensore del provvedimento
Dott. Ares Michieletti

Il Direttore UOC
Dott. Pier Luigi Serafini

Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:
- è soggetto a controllo _ ;
- non è soggetto a controllo X

Rovigo,

Il Direttore Uoc Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Attestazione di eventuale pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.
Rovigo,

Il Direttore Uoc Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davi'

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)
Rovigo,

Il Direttore Uoc Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davi'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rovigo,

Il Direttore Uoc Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davi'

Da distribuire a:

DIRETTORE GENERALE	_	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	_	UFFICIO PROTEZIONE DATI	_
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	_	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	_	UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	_
DIRETTORE SANITARIO	_	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	_	UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE	_
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	_	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	_	_____	_
COLLEGIO DI DIREZIONE	_	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	_	_____	_
DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA	_	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE	_	_____	_
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	_	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	_	_____	_
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	_	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	_	_____	_
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	_	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1	_	_____	_
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	_	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2	_	_____	_
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	_	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE	_	_____	_
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE	_	UOC PSICHIATRIA	_	_____	_
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA	_	UOC SERD	_	_____	_
POLO FORMATIVO	_	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO	_	_____	_
UOC AFFARI GENERALI	_	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.	_	_____	_
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	_	UOS MEDICO COMPETENTE	_	_____	_
UOC PROVV. ECONOM. LOGISTICA	_	UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.	_	_____	_
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI	_				