Allegato 4

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI E STRUMENTARIO CHIRURGICO POLIUSO PER LE U.O.C. DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA.

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche della fornitura:

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto le condizioni particolari di fornitura di Dispositivi medici poliuso "Storz" per le UOC dell'Azienda Ulss 5 Polesana, dei correlati servizi di consegna e assistenza tecnica e manutenzione post-vendita, nelle quantità e modalità di seguito esposte:

Q.tà	Prodotto	Codice di riferimento
2	Forbice clickline sec. Metzenbaum	3451MS
2	Forbice rotante, click-line	3451MA
6	Pinza da presa e dissezione Click line rotante	33352ON
2	Pinza da presa e dissezione Click line Croce-Olmi girevole	33352CC
2	Inserto Click Line forbice protetta	34310MD
1	Pinza di preparazione e presa Click Line, girevole scomponibile	33561RG
1	Click Line Sawalhje Ovary Grasp. Forceps	33562UN
2	Pinza da presa ClickLine, girevole, scomponibile, senza attacco	33362AF
2	Pinza da Presa e dissezione Click Line	33352OD
3	Impugnatura a pistola per irrigazione e aspirazione, autoclavabile	37113A
3	Cannula con fori olaterali lungh. 36 cm diam, 5mm.	37360LH
2	Uretero-renoscopio 7 charr. Con camicia, oculare angolato, fibbre ottiche incorporate, 2 attacchi irrigazione laterali e 1 canale operativo. Completo inoltre dei seguenti cod. 27001E, 27001G, 27550N, 27504 e 39501X	27000LK
3	Uretero-renoscopio sec. Gautier 8 Ch.	27013LK
2	Ureterorenoscopio Rigido Orig. Karl Storz Completo inoltre dei seguenti cod. 27001E, 27001G, 27550N, 27500, 27502, 27504, 39501X	27003LK
30	Guarnizioni per canale strumentale con fa 10 pz.	27550N
2	Inserto per stumenti con sistema di tenuta e chiusura rapida	27001GF
1	Telescopio sec. Hopkins ad ampia visione Diretta con oculare operativo trasmissione luce a fibre ottiche incorporata, autoclavabile	27092AMA
1	Camicia Operativa 26 Fr. per flusso continuo irrigazione-aspirazione con rubinetto luer lock rotante	27093BD
1	Cavo otturatore	27093ON
4	Pinza da presa per grossi frammenti di calcolo, 3 morsi ad espansione e piccoli uncini per fissaggio	27290H
2	Pinza da presa per grossi frammenti di calcolo con morsi fenestrati a doppia azione	27290K
6	Siringa di Reiner-Alexander da 100 cc.	27216LO
2	Vetro per siringa di Reiner-Alexander art. 27216LO	27216EL

10	Pinza da presa bipolare mod. RoBi rotante smontabile con morsi a doppia azione, fenestrati con dentatura atraumatica	38751ON
10	Manico per Pinza RoBi bipolare	38151
10	Cavo per collegamento strumenti Bipolari Karl Storz al coagulatore Valleylab	26176LV
1	Laringoscopio operatorio sec. Dedo con impugnatura extra leggera lung. 18 cm.	8890A
1	Micropinza da presa per laringe a morsi serrati camicia isolata lung. OP. cm. 23 curva a SX	8663CH
1	Pinza da presa retta isolata	8663AH
1	Micropinza da presa per laringe a morsi serrati camicia isolata lung. OP. cm. 23 curva a DX	8663BH
1	Manipolatore uterino di HOHL composto dai cod. 26168KA, 26168KB, 26168KC, 26168KD, 26168KE, 26168KF, 26168KG, 26168KS, 26168KM, 26168KL, 26168KR,	26168K
1	Asta per manipolatore con inserto operativo atraumatico e pinza, per impiego con manipolatore uterino sec. HOHL 26268K composta dai cod. 26168KOA, 26168KOB, 26168KOC, 26168KOD, 26168KOE	26168KO
2	Weerda Distenting Diverticuloscope Cod. 12067 A completo di porta fibra ottica cod. 8590 GF e Tubo aspirazione con diametro 3 mm. cod. 8590ML e tubo aspirazione piatto 6x3 mm. cod. 12067M	12067 A

E' prevista una tolleranza nelle misure indicate del 5%

I dispositivi e lo strumentario forniti devono essere opportunamente certificati e deve essere prodotta la documentazione attestante il rispetto alle direttive ed alle norme nazionali ed internazionali applicabili. La fornitura dovrà essere eseguita nella formula "chiavi in mano", garanzia 24 mesi.

Art. 2 Caratteristiche tecniche

I prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CEE93/42 e dal D.Lvo 46/97 e successive modifiche ed integrazioni; devono essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso ed essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e di conformità elettromagnetica (ove richiesto).

Art. 3 Servizi da erogare compresi in fornitura

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, senza alcun onere economico aggiuntivo per l'Azienda: le spese di trasporto, imballo, scarico, facchinaggio, trasporto in loco.

Art. 4 Servizi di Assistenza post-vendita

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'informazione sul corretto e sicuro uso dei dispositivi e dello strumentario da parte degli utilizzatori.

Al riguardo, dovrà essere garantita:

- presenza di personale, di adeguata qualificazione, nel territorio italiano, per l'assistenza tecnica con ogni mezzo disponibile (telefono, da remoto, on site, ecc.), nonché l'aggiornamento periodico (almeno due volte l'anno) del personale medico e tecnico riguardo alle corrette metodologie di utilizzo dei beni forniti
- adeguato servizio di gestione, assistenza post-vendita e supporto
- raccolta di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati.