



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Direttore Dott. Pier Luigi Serafini

Rovigo 26/09/2025
Prot. n. 94096 AM/pp

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

OGGETTO: Avviso volontario per la trasparenza ex ante per la fornitura di “Sistemi motorizzati per attività ORL e Maxillo-Facciale con relativi dispositivi consumabili” per il periodo di 24 mesi per i Presidi Ospedalieri di Rovigo, Trecenta ed Adria dell’Azienda ULSS 5 Polesana, per un importo complessivo di spesa presunto di € 195.000,00 (Iva non compresa)

Si rende noto che la presente amministrazione intende procedere all’avvio di una procedura per la fornitura di “Sistemi motorizzati per attività ORL e Maxillo-Facciale con relativi dispositivi consumabili” per il periodo di 24 mesi , secondo quantità e caratteristiche di seguito riportate.

Fornitura in noleggio di un sistema integrato multidisciplinare, con relativi dispositivi medici consumabili, che consente di gestire più manipoli contemporaneamente per le seguenti procedure :

- rinologia (ostruzione nasale, seni paranasali)
- nasofaringe (tonsillectomia, adenoidectomia)
- chirurgia base cranica (atresia coanale, procedure transnasali)
- laringe/trachea (rimozione lesioni tumorali)
- otologia (timpanoplastica, ricostruzione catena ossiculare, mastoide)
- maxillo-facciale (osteosintesi)

comprensivo di assistenza tecnica full risk del sistema motorizzato multifunzionale.

Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Consolle di comando di facile uso e programmabilità dotata di:
 - Monitor touch screen, in lingua italiana, che consente una rapida impostazione dei vari parametri per le diverse attività chirurgiche; dotato di indicatori della velocità di taglio, di rotazione ed irrigazione e di funzioni di help in linea con immagini per le varie fasi di assemblaggio della strumentazione (set up sistema);
 - Sistema di irrigazione integrato e regolabile (2 pompe peristaltiche) per la parte endonasale e otochirurgica.
- Possibilità di connessione contemporanea di diversi manipoli (almeno 3) per applicazioni endonasali e del distretto laringeo (microdebrider), otologiche (trapano ad alta velocità con attacco retto e angolato), per otosclerosi (microtrapano skeeter) e per maxillo facciale (trapano ad alta velocità con attacchi retti e angolati e perforatore).
- Pedale multifunzione ergonomico che permette un controllo remoto tale da permettere la regolazione velocità fissa o variabile, la variazione del numero di oscillazioni/rotazioni, cambio di rotazione avanti/indietro, cambio del manipolo attivo.
- Sistema di lavaggio ottiche integrato.
- Comando motorizzato manuale e a pedale.

Fabbisogno apparecchiature in noleggio:

- Console di controllo completa di pedale: 4 unità

- possibilità di fornitura di n. 1 idoneo carrello Dispositivo Medico con cassette per l'alloggiamento del sistema per ciascuna consolle in noleggio: 4 carrelli;
- Microdebrider con cassetta di sterilizzazione: 7 unità con relative 7 cassette
 - manipoli microdebrider ergonomici con aspirazione in linea, in grado di prevedere l'inserimento simultaneo di 3 strumenti in una singola cavità nasale e sinusale;
 - velocità di oscillazione (con utilizzo di lame) fino a 5.000 giri/min;
 - velocità di rotazione (con utilizzo di frese) fino a 30.000 giri/min;
 - dovranno permettere all'operatore di ruotare sia l'asse di lame rette che la finestra tagliente di lame curve ed essere compatibile per l'impiego di frese per la fresatura di strutture ossee;
 - motore a presa diretta con aspirazione diretta;
 - dotati di sistemi di sicurezza;
 - funzionalità di impostazione della rotazione della finestra di taglio della lama a 60° o 180° in posizione di completa apertura o chiusura;
 - in grado di garantire adeguate prestazioni in termini di funzionamento senza ingranaggi e facilità di rotazione con capacità di: rotazione della sola punta della lama curva durante chirurgia ORL e Maxillo-facciale; taglio a 360° nei seni frontali; rimozione completa di polipi e mucina nei seni mascellari; accesso al tessuto bersaglio nelle aree laterali e posteriori delle vie aeree; asportazione precisa dell'osso dalla cresta nasale in sinustomia frontale con fresa curva irrigata a 12.000 giri/min, verificate mediante prova sul campo.
- Trapano otologico ad alta velocità con cassetta di sterilizzazione: 2 unità con relative 2 cassette
 - manipoli pluriuso per trapano con terminale retto e angolato ergonomici;
 - dotati di sistemi di sicurezza.
- Trapano per maxillo ad alta velocità con cassetta di sterilizzazione e perforatore per osso: 3 unità con relativi 3 perforatori e relative 3 cassette
 - manipoli pluriuso per trapano ergonomici;
 - dotati di sistemi di sicurezza.
- Micromotore Skeeter con cassetta di sterilizzazione: 2 unità con relative 2 cassette
 - manipoli pluriuso per seghe ergonomici;
 - dotati di sistemi di sicurezza.

Fabbisogno dispositivi medici consumabili dedicati:

- Lame rette e curve standard monouso: 200 pz.
- Lame rette e curve rotanti monouso: 30 pz.
- Lame e frese speciali monouso: 20 pz.
- Frese otologiche monouso: 60 pz.
- Frese taglienti monouso per osteosintesi: 70 pz.
- Frese diamantate monouso per osteosintesi: 70 pz.
- Seghe oscillanti e reciprocanti monouso: 70 pz.
- Tubi di irrigazione: 100 pz.
- Camicie per lavaggio ottiche: 100 pz
 - lame e frese dotate di ingresso irrigazione;
 - disponibilità di lame e frese rette e curve con ampia gamma di angolazioni e tipologie (diamantate, non diamantate e taglienti), differenti tipologie di punte da taglio e misure di sezione;
 - lame dotate di finestre di taglio per la chirurgia della laringe, delle stenosi tracheali;

- o tubatismi accessori di irrigazione per manipoli microdebrider, lunghezze varie.

Eventuale possibilità di offrire lame pluriuso, qualora disponibili.

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **10/10/2025**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, (ed in copia all'indirizzo e-mail e ares.michieletti@aulss5.veneto.it e patrik.penolazzi@aulss5.veneto.it), riportando nell'oggetto: **“Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura telematica, per la fornitura di “Sistemi motorizzati per attività ORL e Maxillo-Facciale con relativi dispositivi consumabili” per il periodo di 24 mesi per i Presidi Ospedalieri di Rovigo, Trecenta ed Adria dell'Azienda ULSS 5 Polesana”**.

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (<https://www.ariaspa.it>).

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana.

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per l'espletamento della procedura in argomento ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è il Dr. Ares Michieletti dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale il giorno 26/09/2025.

Il Responsabile del Progetto

Dott. Ares Michieletti



