

REGIONE DEL VENETO



**ULSS5**  
POLESANA

Azienda Sanitaria ULSS 5 Polesana

**Oggetto: ID SINTEL. 199377552 Procedura di gara telematica sottosoglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Custom pack per procedure intravitreali, per il periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabile di mesi 6**

**VERBALE DEL 23/05/2025**  
**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA QUALITA'**

Il giorno 23/05/2025, alle ore 08,45, presso i locali della UOC Farmacia Ospedaliera, Viale Tre Martiri, 140 Rovigo, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione della qualità delle offerte pervenute relativo alla procedura di gara 199377552 Procedura di gara telematica sottosoglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Custom pack per procedure intravitreali.

La Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale n 291 del 22/05/2025, risulta così composta:

Presidente	Dr. Alvise La Gloria	Dirigente Medico UOC Oculistica
Componente	Dr. Alberto Guerriero	Dirigente Medico UOC Oculistica
Componente	Dr.ssa Erika Vighesso	Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera

Assiste in qualità di Segretario Verbalizzante il Rag. Francesco Callegari, Assistente Amministrativo UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

A seguito dell'analisi delle schede tecniche e della verifica di conformità ai requisiti previsti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico, la Commissione ha rilevato quanto segue in merito alle offerte presentate:

**MEDICAL DEVICE**

**Esito: NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO DA CAPITOLATO TECNICO**

**Motivazioni:**

A seguito della verifica della campionatura presentata, è stato riscontrato che il blefarostato offerto è a molla non regolabile, in contrasto con le specifiche richieste.

Il vassoio offerto risulta privo della sezione protetti-componenti, anch'essa richiesta dal Capitolato Tecnico.

**Cam Hospital S.r.l.**

**Esito: NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO DA CAPITOLATO TECNICO**

**Motivazioni:**

È stato offerto un monotelo oftalmico con dimensioni pari a 140x140 cm, che eccedono la tolleranza massima accettata (+/-5%) rispetto alle misure previste dal capitolato, pari a 127x140 cm.

**MED TRADE SRL**

**Esito: NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO DA CAPITOLATO TECNICO**

**Motivazioni:**

A seguito della verifica della campionatura presentata, è stato riscontrato che il blefarostato offerto è a molla non regolabile, difforme rispetto a quanto richiesto.

Le Steri-strip Ref R1546 presentate hanno dimensioni pari a 6 mm x 100 mm, non conformi alle misure previste di 12 mm x 100 mm e superiori alla tolleranza massima consentita del +/-5%.

La Commissione, a seguito della disamina della documentazione tecnica e degli esiti delle prove effettuate sulla campionatura presentata dalle imprese concorrenti, procede quindi ad attribuire i punteggi di qualità dettagliatamente indicati nel prospetto allegato (all. A).

Il punteggio totale di qualità ottenuto dalle imprese concorrenti risulta quindi essere il seguente:


IMPRESA CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' 70,00/70,00
Beaver Visitec International Sales ltd	70,00/70,00
Medical device	NON CONFORME AL CAPITOLATO TECNICO
Cam Hospital s.r.l.	NON CONFORME AL CAPITOLATO TECNICO
MED Trade srl	NON CONFORME AL CAPITOLATO TECNICO
Tecnoftalmica Sri	40,00/70,00

Alle ore 09,45 il Presidente dispone la chiusura dei lavori e dispone di trasmettere tutti gli atti al RUP per i seguiti di competenza.


Il Presidente  
Dr. Alvise La Gloria

I Componenti:



Dr. Alberto Guerriero



Dr.ssa Erika Vighesso



Il Segretario verbalizzante  
Rag. Francesco Callegari



ALLEGATO AL VERBALE DEL 23/05/2025

DESCRIZIONE LOTTI	VALUTAZIONE DITTE										
	Punteggio attribuibile	BEAVER VISITEC INTERNATIONAL		MEDICAL DEVICE		Cam Hospital		MED TRADE SRL		Tecnoftalmica Srl	
		Punteggio	Motivazione	Punteggio	Motivazione	Punteggio	Motivazione	Punteggio	Motivazione	Punteggio	Motivazione
<b>Custom pack IVT</b>											
Praticità d'uso, consistenza, precision e capacità di taglio delle forbici	15	15		NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO DA CAPITOLATO TECNICO:	NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO DA CAPITOLATO TECNICO:	NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO DA CAPITOLATO TECNICO:			15		
Praticità d'uso, consistenza e tenuta della strumentazione (blefarostato e pinza di Bonn)	15	15		dopo verifica sulla campionatura presentata, offerto blefarostato a molla non regolabile	offerto monotelato oftalmico di dimensioni 140x140cm, oltre la tolleranza massima accettata di +/-5% sulle misure previste di 127x140cm	dopo verifica sulla campionatura presentata, offerto blefarostato a molla non regolabile			3	- apertura del blefarostato ridotta - perdita di particelle di rivestimento dopo rotazione vite per regolarne apertura - pinza non protetta	
Ritornatura del telo oftalmico (attaccatura delle sacche, corretta adesività e consistenza del film per incisione, qualità del drenaggio, orientamento delle tasche di raccolta)	15	15		dopo verifica sulla campionatura presentata, offerto vassoio privo di sezione protetti-componenti		dopo verifica sulla campionatura presentata, offerte Steri-strip Ref R1546 di misura 6mm*100mm, oltre la tolleranza massima accettata di +/-5% sulle misure previste di 12x100mm			9	film trasparente sottile e eccessivamente adesivo (difficoltà nel riposizionare e rimuovere)	
Rifinitura della teleria (assenza di Perdita di particelle, drappeggiabilità)	10	10							6	teleria spessa drappeggiabilità ridotta	
Confezionamento e aperture del pack	10	10							2	- vassoio a più scomparti ad uso alimentare - 1 solo steristrip	
Tamponcini assorbenti senza rilascio di residui	5	5							5		
<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>		