



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO
 Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297

OGGETTO: PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 2 RIUNITI ODONTOIATRICI PER LA CASA CIRCONDARIALE E PER IL DISTRETTO 1 DI ROVIGO CIG 9810681E10 ID 168964797

VERBALE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ
(ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il giorno **24** del mese di **Agosto 2023**, alle ore **12,30**, presso i locali della UOC Direzione Medica – P.O. di Rovigo, Viale Tre Martiri, 140 si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione qualitativa delle offerte pervenute a seguito procedura di gara aperta – espletata tramite l'utilizzo della piattaforma informatica SINTEL-ARCA, per la fornitura in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 02/05/2023.

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 760 del 14/06/2023 risulta così composta:

	Nominativo	Qualifica
Presidente	Dott. Gemelli Stefano	Dirigente Medico SAI Distretto 1 Rovigo
Componente	P.I. Albertini Franco	Funzionario UOS Ingegneria
Componente	Dott.ssa Monica Navaro	Dirigente Medico U.O.C Direzione Medica Ospedale Rovigo

La Commissione procede alla visione e verifica della documentazione presentata dalle 3 Ditte partecipanti, verificando la conformità delle offerte rispetto al capitolato tecnico di gara.

Al termine dell'analisi, la Commissione procede alla compilazione delle griglie di valutazione qualitativa.

Alle ore 14,30 il Presidente dispone la chiusura dei lavori.

Dott. Gemelli	
P.I. Albertini	
Dott.ssa Monica Navaro	

Rovigo, 24/08/2023




Ditta SIRA s.r.l.
 RIUNITO KAVO PRIMUS™ 1058 LIFE
 codice articolo 2185794
 CND Z12110101

	PARAMETRI VALUTAZIONE	Punteggio Max attribuibile	Coefficiente assegnato Commissario Gemelli	Coefficiente assegnato Commissario Albertini	Coefficiente assegnato Commissario Navaro	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio attribuito	motivazione
caratteristiche tecniche Riunito Dentale	caratteristiche Poltrona	10	5	5	5	5	5	Si apprezzano possibilità di carico del peso del paziente fino a 185 kg, il poggiatesta a doppia regolazione con blocco meccanico, regolabile in altezza con un'escursione di 25 cm ed orientabile di 45° e il pedale multifunzione.
	caratteristiche Lampada operatoria LED	10	8	8	8	8	8	Ottima luminosità regolabile da 8.000 a 40.000 lux.
		20	13	13	13	13	13	
caratteristiche tecniche accessori e moduli	caratteristiche Tavoleta strumenti medico	4,5	3	3	3	3	3	Si apprezza tavoletta predisposta per alloggiare fino a n. 5 strumenti.
	caratteristiche Modulo con siringa	4,5	4	4	4	4	4	Si apprezzano le caratteristiche del modulo siringa.
	caratteristiche Modulo per turbina a 4 vie	4	4	4	4	4	4	Modulo per turbina a 4 vie conforme a quanto richiesto.
	caratteristiche Modulo detartratore	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Si apprezzano le caratteristiche del modulo detartratore e il manipolo fornito completo di n. 3 punte.
	caratteristiche Modulo con micromotore ad induzione	4,5	3	3	3	3	3	Si apprezzano regolazione numero di giri da 2.000 a 40.000 rpm e Torque 2.7 Ncm.
	caratteristiche Pulsantiera di comando	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	Si apprezzano le caratteristiche della pulsantiera di comando.
	caratteristiche Gruppo idrico	4	1	1	1	1	1	Serbatoio idrico indipendente non presente e dichiarato non necessario in quanto presenti sistema disinfezione automatico e continuo e sistema di lavaggio intensivo.
		30	23	23	23	23	23	
caratteristiche sistema automatico lavaggio e igienizzazione del sistema aspirazione		15	8	8	8	8	8	Si apprezza il sistema di disinfezione in continuo per invio acqua disinfettata agli strumenti, mentre si evidenzia l'utilizzo di campana per sistema di igienizzazione dei cordoni strumenti e tubi aspirazione.
caratteristiche contratto di assistenza tecnica		5	4	4	4	4	4	Caratteristiche del contratto di assistenza tecnica conforme a quanto richiesto. Disponibilità parti di ricambio per 10 anni da data accettazione.
Totale		70	48	48	48	48	48	

Monica Navaro
Albertini
Stefano Gemelli

Ditta STED s.r.l.
DENTSPY SIRONA INTEGRO PRO
codice articolo 6427277
RDM 1763929
CND Z12110101

	PARAMETRI VALUTAZIONE	Punteggio Max attribuibile	Coefficiente assegnato Commissario Gemelli	Coefficiente assegnato Commissario Albertini	Coefficiente assegnato Commissario Navaro	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio attribuito	motivazione
caratteristiche tecniche Riunito Dentale	caratteristiche Poltrona	10	10	10	10	10	10	Si apprezzano portata sino a 185 kg e oltre, poggiatesta speciale a doppia articolazione con regolazione dell'escursione e possibilità di inversione a 180° per il posizionamento con pazienti su sedia a rotelle e il pedale di comando con controllo della potenza degli strumenti dinamici.
	caratteristiche Lampada operatoria LED	10	8	8	8	8	8	Si apprezzano i livelli di luminosità selezionabili tra 5.000 e oltre 40.000 lux.
		20	18	18	18	18	18	
caratteristiche tecniche accessori e moduli	caratteristiche Tavoleta strumenti medico	4,5	3	3	3	3	3	Si apprezza tavoletta operativa predisposta per alloggiare n. 5 strumenti.
	caratteristiche Modulo con siringa	4,5	4	4	4	4	4	Si apprezzano le caratteristiche del modulo siringa.
	caratteristiche Modulo per turbina a 4 vie	4	4	4	4	4	4	Modulo per turbina a 4 vie conforme a quanto richiesto.
	caratteristiche Modulo detartratore	4	3	3	3	3	3	Si apprezza modulo ablatore ad ultrasuoni con fibra ottica dotato di set di 2 punte scaling.
	caratteristiche Modulo con micromotore ad induzione	4,5	3	3	3	3	3	Si apprezza modulo micromotore 1200 - 40.000 giri/min, regolazione Torque da 0,20 a 5 Ncm.
	caratteristiche Pulsantiera di comando	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	Si apprezzano le caratteristiche della pulsantiera di comando.
	caratteristiche Gruppo idrico	4	3	3	3	3	3	Integro Pro permette anche il funzionamento della strumentazione e del bicchiere in modo autonomo, utilizzando il serbatoio interno come fosse la il sistema a bottiglia pressurizzata (effettivamente non dedicato allo scopo), in caso di necessità o per eventuali problemi alla rete idrica ospedaliera.
		30	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	
	caratteristiche sistema automatico lavaggio e igienizzazione del sistema aspirazione	15	10	10	10	10	10	Si apprezzano il sistema automatico di lavaggio e igienizzazione del sistema di aspirazione e il sistema di disinfezione in continuo.
	caratteristiche contratto di assistenza tecnica	5	4	4	4	4	4	Caratteristiche del contratto di assistenza tecnica conforme a quanto richiesto. Disponibilità parti di ricambio per 10 anni da data collaudo.
	Totale	70	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	

Ditta Henry Schein Krugg s.r.l.
 POLTRONA OPERATORIA ANTHOS A2.5S
 codice articolo 71HA00XX
 RDM 1825745
 CND Z12110101

	PARAMETRI VALUTAZIONE	Punteggio Max attribuibile	Coefficiente assegnato Commissario Gemelli	Coefficiente assegnato Commissario Albertini	Coefficiente assegnato Commissario Navaro	Media aritmetica dei coefficienti	Punteggio attribuito	motivazione
caratteristiche tecniche Riunito Dentale	caratteristiche Poltrona	10	10	10	10	10	10	Si apprezzano la dotazione di appoggiatesta a doppia articolazione e frizionato, estensibile ed idoneo a raggiungere tutte le posizioni, in particolare la possibilità di rotazione a 180° per utilizzo in caso di pazienti disabili; la capacità di sollevamento: fino a 190 Kg; il comando a piede multifunzionale standard dotato della funzione di attivazione e regolazione progressiva della velocità degli strumenti.
	caratteristiche Lampada operatoria LED	10	10	10	10	10	10	Ottima l'intensità luminosa fino a 50.000 LUX, regolabile con potenziometro (5.000-50.000 LUX).
		20	20	20	20	20	20	
caratteristiche tecniche accessori e moduli	caratteristiche Tavoletta strumenti medico	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	Si apprezzano la possibilità di alloggiare fino a 6 strumenti e l'escursione verticale di 46 cm; si apprezza la presenza di tavoletta porta tray estraibile
	caratteristiche Modulo con siringa	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	Si apprezzano il modulo siringa a 3 funzioni e la dotazione dello Starter Kit PRO-TIP Turbo co adattatore autoclavabile per siringa Cefla e 50 puntali monouso.
	caratteristiche Modulo per turbina a 4 vie	4	4	4	4	4	4	modulo per turbina a 4 vie conforme a quanto richiesto.
	caratteristiche Modulo detartratore	4	4	4	4	4	4	Si apprezzano le funzionalità del modulo detartratore e la dotazione di n.4 inserti.
	caratteristiche Modulo con micromotore ad induzione	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	Si apprezza il modulo con micromotore elettrico ad induzione sterilizzabile, con fibre ottiche, dotato di regolazione elettronica e preselezione della velocità (da 100 a 40.000 rpm) mediante comando a piede, coppia 5,3 Ncm, spray integrato.
	caratteristiche Pulsantiera di comando	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	Si apprezzano le caratteristiche della pulsantiera di comando
	caratteristiche Gruppo idrico	4	4	4	4	4	4	Si apprezzano il dispositivo di alimentazione degli spray alternativo all'acqua di rete, il dispositivo di alimentazione degli spray alternativo all'acqua di rete che funziona tramite un serbatoio indipendente caricato di acqua distillata e la funzione FLUSHING per il ricambio dell'acqua rimasta nelle condotte.
		30	30	30	30	30	30	
caratteristiche sistema automatico lavaggio e igienizzazione del sistema aspirazione		15	15	15	15	15	15	Si apprezzano il sistema di disinfezione in continuo dell'acqua che alimenta il riunito, il dispositivo di disinfezione intensiva e lavaggio automatico delle condotte degli spray e il sistema automatico di lavaggio e disinfezione del sistema di aspirazione con possibilità di trattamento di igienizzazione tra un paziente e l'altro. Si apprezzano le dotazioni specifiche, a seguito di sopralluogo, di separatore d'amalgama con valvola centralizzata e unità di lavaggio per il riunito del DISTRETTO 1 ROVIGO e di valvola parzializzatrice a valvola di drenaggio bacinella per aspirazione esistente per il riunito della CASA CIRCONDARIALE di Rovigo.
caratteristiche contratto di assistenza tecnica		5	5	5	5	5	5	Caratteristiche del contratto di assistenza tecnica conforme a quanto richiesto. Si apprezza la disponibilità di pezzi di ricambio originali per almeno 10 anni dalla cessata produzione del bene.
Totale		70	70	70	70	70	70	

Monica Navaro
 Stefano Gemelli