

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO
Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297
P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it
**U.O.C. Provveditorato Economato e
Gestione della Logistica**
Direttore F.F. Uoc Ing. Emanuela Terribile
Ref. Rag. Francesco Callegari
Tel.0425-393655 – fax 0425-3693641
e.mail: francesco.callegari@aulss5.veneto.it

Rovigo, lì 10/03/2023

Prot. n.26191 PB/fc
(riferimenti da citare nella risposta)

OGGETTO: Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura di Affidamento diretto con richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera A) del D.L 76/2020 convertito con legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021 tramite piattaforma SINTEL per la fornitura di Sistema vite-placca per osteotomia pediatrica, per il periodo di 36 mesi, eventualmente prorogabile di mesi 6.

CIG: ZC63A51CED

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana ha avviato la procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.Lgs 76/2020 convertito con L. 120/2020 e smi sulla Piattaforma Sintel con l'Impresa Medical 2011 s.r.l., per la fornitura di Sistema vite-placca per osteotomia pediatrica, per il periodo di 36 mesi, eventualmente prorogabile di mesi 6, per l'importo complessivo triennale presunto di € 14.500,00 (Iva non compresa) come così specificato:

Descrizione Dispositivo

Sistema vite-placca per osteotomia pediatrica

Fabbisogno triennale: 15 Sistemi (completi di 1 placca e 5 viti)

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

- sistema di placche e viti in acciaio amagnetico per osteotomie di femore e ginocchio per pazienti pediatrici in età evolutiva;
- disponibile in due misure (3.5 e 4.5 mm), placche anatomiche con numero di fori da 3 a 6, viti non bloccanti o bloccanti ad angolo fisso e di lunghezza variabile (da 12 a 80 mm);
- presenza di 2 o 3 viti prossimali a stabilità angolare a seconda dell'età;
- dimensioni del sistema adeguate all'impianto anche in bambini al di sotto dei 2 anni di età;
- strumentario dedicato per l'inserimento dell'impianto (fornito in comodato d'uso gratuito)

Motivazione del presente Avviso:

Con il presente Avviso si intende avviare un'indagine di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quello individuato e sopra indicato, vi siano altri Operatori Economici presenti sul mercato che possano fornire la fornitura in noleggio di Sistema vite-placca per osteotomia pediatrica, con le caratteristiche sopra indicate o equivalenti.

Si chiede pertanto agli operatori economici, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di gara, che sarà espletata tramite la piattaforma Sintel, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, di manifestare interesse ad essere invitati, tramite pec: protocollo.aulss5@pecveneto.it, entro e non oltre il giorno 20/03/2023 alle ore 12:00 riportando nell'oggetto:

“Avviso volontario fornitura Sistema vite-placca per osteotomia pediatrica”.

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il termine previsto per la presentazione delle offerte è il giorno 27/03/2023 alle ore 12:00.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 0425/393655), e-mail: francesco.callegari@aulss5.veneto.it

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale www.aulss5.veneto.it – sezione Bandi il giorno 10/03/2023.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Funzionario dell'UOC Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica

Rag. Paola Bertazzo

