



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO
Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297
P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it
U.O.C. Provveditorato Economato e
Gestione della Logistica
Direttore F.F. Uoc Ing. Emanuela Terribile
Ref. Rag. Francesco Callegari
Tel.0425-393655 – fax 0425-3693641
e.mail: francesco.callegari@aulss5.veneto.it

Rovigo, li 12/01/2023

Prot. n. 3026 PB/fc
(riferimenti da citare nella risposta)

Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di Procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera A) del D.L 76/2020 convertito con legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021 tramite piattaforma SINTEL per la fornitura di Dispositivi Medici dedicati alla strumentazione "PIEZOSURGERY MEDICAL" per il periodo di 36 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi.

GARA SIMOG: 8894557

Si rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n.744 del 13/12/2022 l'Azienda ULSS 5 Polesana, ha avviato la procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L 76/2020, convertito con legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, Lett. a) del D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021 sulla Piattaforma Sintel, per la fornitura di Dispositivi Medici dedicati alla strumentazione "PIEZOSURGERY MEDICAL", in dotazione alla UOS Chirurgia Maxillo-Facciale (n° inventario 336996), con l'Impresa Mectron S.p.a., per il periodo di 36 mesi eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi, per l'importo complessivo triennale presunto di € 60.000,00 (Iva non compresa) con le caratteristiche di seguito indicate:

Sub Lotto A) Inserti microsega

1. Microsega da osso MT1-10, lunghezza operativa 10,7mm, larghezza operativa 3,8mm, spessore parte operativa 0,55 mm, diametro 4,9 mm.
Fabbisogno triennale: 150 pz
2. Microsega angolata a sinistra-MT2L-4 Sinistra, lunghezza operativa 4mm, larghezza operativa 3,8mm, spessore parte operativa 0,6mm, diametro 4,9mm
Fabbisogno triennale: 15 pz
3. Microsega angolata a destra-MT2R-4 Destra, lunghezza operativa 4mm, larghezza operativa 3,8mm, spessore parte operativa 0,6mm, diametro 4,9mm
Fabbisogno triennale: 15 pz

Sub Lotto B) Microsega da osso

1. Microsega da osso per manipolo plus – MT4-10 Lunghezza operativa 10mm, spessore tagliente 0,5mm
Fabbisogno triennale: 30 pz
2. Microsega da osso per manipolo plus – MT4-20 Lunghezza operativa 20mm, spessore tagliente 0,5mm
Fabbisogno triennale: 30 pz
3. Microsega da osso MT1S-10 Lunghezza operativa 10mm, spessore tagliente 0,35mm
Fabbisogno triennale: 15 pz
4. Microsega da osso MT9-13 Lunghezza operativa 13mm, spessore tagliente 0,35mm
Fabbisogno triennale: 60 pz

Inseri in acciaio inossidabile di grado medicale, sterile, monouso, in confezione singola
Inseri chirurgici Piezosurgery Medical, progettati per funzionare esclusivamente con l'originale Manipolo.

Sub Lotto C) Scalpello con terminale circolare

- Scalpello con terminale circolare, Lunghezza stelo 27.26 mm, spessore scalpello 0,8mm, diametro scalpello 4mm, diametro codulo 5,9mm

Fabbisogno triennale: 15 pz

Inseri chirurgici Piezosurgery Medical, progettati per funzionare esclusivamente con l'originale Manipolo.

Sub Lotto D) Kit irrigazione

- Kit irrigazione sterile monouso, apirogeno, atossico

Fabbisogno triennale: 345 pz

Motivazione del presente Avviso:

Con il presente Avviso si intende avviare un'indagine di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quello individuato e sopra indicato, vi siano altri Operatori Economici presenti sul mercato che possano fornire dispositivi medici dedicati alla strumentazione "PIEZOSURGERY MEDICAL" con le caratteristiche sopra indicate o equivalenti.

Si chiede pertanto agli operatori economici, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di gara, che sarà espletata tramite la piattaforma Sintel, dopo la pubblicazione del presente avviso, di manifestare interesse ad essere invitati, tramite pec: protocollo.aulss5@pecveneto.it, entro e non oltre il giorno 25/01/2023 alle ore 12:00 riportando nell'oggetto:

"Avviso volontario fornitura di dispositivi medici dedicati alla strumentazione "PIEZOSURGERY MEDICAL".

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il termine previsto per la presentazione delle offerte è il giorno 03/02/2023 alle ore 12:00.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 0425/393655), e-mail: francesco.callegari@aulss5.veneto.it

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale www.aulss5.veneto.it – sezione Bandi il giorno 12/01/2023.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Funzionario dell'UOC Provveditorato Economato e
Gestione della Logistica

Rag. Paola Bertazzo

