

U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Direttore ff: Ing. Emanuela Terribile
Tel. 0425/394650
Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Rovigo 31/01/2023

Prot. n. 11269 RB/am

PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER

“LA FORNITURA DI N. 1 LAVAENDOSCOPI A PEROSSIDO DI IDROGENO PER LA U.O.C. O.R.L. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ROVIGO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG 9629862D81” ID n 164771754

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito **indicate**:

- n.1 lavaendoscopio a perossido di idrogeno per il lavaggio e la sterilizzazione di strumenti ottici rigidi e flessibili in dotazione all'ambulatorio ORL, in grado di:
 - Riprocessare tali strumenti secondo la normativa UNI/TR 11662 e UNI/TR/408
 - Garantire all'utente l'utilizzo di strumenti sicuri rispetto al rischio infettivo
 - Possibilità di alloggiamento in ambienti con scarsi ricambi d'aria
- Monovasca che consente di trattare fino a 4 fibroscopi o 11 ottiche rigide
- Tempi brevi di lavaggio ciclo completo di lavaggio e sterilizzazione inferiore ai 25 minuti
- Camera che consenta facilità nell'inserimento degli strumenti
- Cesto apposito intercambiabile per il trattamento fino a 4 strumenti flessibili
- Cesto apposito intercambiabile per il trattamento fino a 11 ottiche rigide
- Ingombro contenuto
- Possibilità di raccordare fino a 7 canali oltre il test di tenuta
- Test di tenuta in continuo per tutta la durata del ciclo
- Controllo totale dei canali con verifica di flussi e pressioni
- Ciclo di auto disinfezione della macchina termico (EN15883 EN14937)
- Rispondente alla norma EN ISO 15883 parte 1-4-5
- Conforme alla norma EN ISO 14937
- Memoria anche parziale dei cicli effettuali e dei ticket
- Possibilità di stampare i ticket tracciabilità più volte
- Possibilità di esportare i dati dei cicli
- Dotata di stampante
- Dotata di lettore bar code
- Dotata di porta in vetro che permette la visibilità durante il ciclo
- Costruita con materiali che garantiscono la robustezza

- Vasca di lavaggio acciaio inox
- Agente sterilizzate a base di perossido di idrogeno
- Chimici detergentitrienzimatico necessari al corretto funzionamento
- Disponibilità di indicatori chimici per perossido di idrogeno
- Temperatura di utilizzo non superiore ai 35°
- Adatta a tutti i tipi di endoscopi
- Cassetto porta chimici per la sicurezza degli operatori apparecchiatura dotata di ruote per facili spostamenti della stessa
- Addolcitore
- Batteria di prefiltrazione
- Conessioni / adattatori per lavaggio strumenti Storz, Olympus, Pentax
- Compatibilità con tutti gli strumenti endoscopici di marca Storz, Olympus, Pentax
- Il suo utilizzo non deve essere vincolato all'uso di detergenti / agenti sterilizzanti di marca specifica
- Avere un sistema per l'eliminazione di eventuali emissioni di vapori tossici, o comunque potenzialmente dannoso per gli operatori, nell'ambiente circostante, durante il ciclo ed in condizioni di stand-by, senza richiedere la presenza di particolari sistemi per l'estrazione od il trattamento dell'aria;
- Avere, in fase di carico di disinfettante, un sistema chiuso di aspirazione automatico (non saranno ammessi sistemi di carico e/o travaso manuale da parte degli operatori);
- Visualizzazione a monitor dei livelli del materiale di consumo;
- Collegamenti idraulici sul retro;

Garanzia full risk 24 mesi

L'aggiudicatario dovrà a propria cura e spese provvedere all'installazione di tutta la fornitura

Contratto full risk post garanzia della durata di 36 mesi

Materiale di consumo (comprensivo del perossido di idrogeno, detergente, carta termica stampante, filtro acqua e filtro aria) per due anni – riferito a 2.500 cicli/ anno

Valore presunto affidamento € 77.200,00 + I.V.A. 22%

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 13.02.2023**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: "*Avviso volontario per partecipazione alla procedura sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura di n.1 Lavaendoscopi a perossido di idrogeno per la U.O.C. O.R.L. del Presidio ospedaliero di Rovigo dell'Azienda ULSS 5 Polesana*"

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.aria.regione.lombardia.it).

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dot. Ares Michieletti


Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e A. Raimondi tel 0425393945.