



Azienda Sanitaria ULSS 5 Polesana

Procedura sottosoglia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L 76/2020 convertito con legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. b) del D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021 tramite piattaforma SINTEL per la fornitura di cateteri per accesso distale per tromboaspirazione intracranica, suddivisa in 3 lotti, per il periodo di 36 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi.

VERBALE 1
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 17/07/2023, alle ore 14:00, presso la UOC Farmacia Ospedaliera di Rovigo, Viale Tre Martiri, 140, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione della qualità delle offerte della procedura di gara ID 166697633/2023, per la fornitura di cateteri per accesso distale per tromboaspirazione intracranica, suddivisa in 3 lotti, per il periodo di 36 mesi eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi tramite Piattaforma Sintel.

La Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 205 del 31/03/2023, risulta così composta:

Presidente	Dr. Giuseppe Carità	Dirigente UOC Neuroradiologia PO Rovigo
Componente	Dr. Giuseppe Martire	Dirigente UOC Neuroradiologia
Componente	Dott.ssa Erika Vighesso	Dirigente Farmacista UOC Farmacia di Rovigo

Assiste in qualità di Segretario Verbalizzante il Rag. Francesco Callegari, Assistente Amministrativo UOC Provveditorato e Gestione della Logistica.

I sopra indicati Commissari, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e smi, confermano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile, degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e smi, dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13 e dell'art. 1, punto 1.3 del Codice di comportamento dei dipendenti.

Il Presidente, preso atto della regolare costituzione della Commissione, relaziona ai componenti in merito all'incarico e alle funzioni della stessa, che come risulta dagli atti di gara, consistono nelle seguenti attività:

- Verifica della documentazione, come di seguito specificata:
 - schede tecniche dei prodotti offerti, con l'indicazione del nome commerciale, il marchio, il codice del prodotto offerto, il codice del produttore, il numero di RDM e di CND di ciascun prodotto offerto, il confezionamento, nonché quant'altro ritenuto utile per una completa presentazione tecnica del prodotto offerto e delle condizioni di utilizzo/cessione;
 - eventuali schede di sicurezza relative ai prodotti offerti;
 - eventuali certificazioni attinenti al sistema di qualità sulla base delle norme europee e/o internazionali;
 - Elenco dei principali enti Pubblici già forniti in Italia e/o nel Triveneto per la stessa tipologia di prodotti, con eventuali referenze (opzionali);
- Valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche ammesse, verifica della campionatura presentata e attribuzione dei punteggi, con successiva riparametrazione dei punteggi stessi, secondo la previsione di cui all'art. 3 della Lettera d'Invito, redigendo i relativi verbali.

Per l'attribuzione del punteggio relativa alla qualità la Commissione Giudicatrice procederà applicando i seguenti criteri e relativi pesi, per singolo lotto:

Punteggio qualità lotto 1 CATETERE PER ACCESSO DISTALE PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA CON SIRINGA e lotto 2 CATETERE INTERMEDIO PER ACCESSO DISTALE

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggi massimi
Navigabilità	punti 20
Capacità di aspirazione	punti 20
Atraumaticità	punti 20
Gamma misure e lunghezze	punti 10

Punteggio qualità lotto 3 CATETERE PER ACCESSO DISTALE PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA CON POMPA

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggi massimi
Navigabilità	punti 15
Capacità di aspirazione	punti 15
Atraumaticità	punti 15
Gamma misure e lunghezze	punti 10
Semplicità d'uso della pompa	punti 15

La Commissione, per la determinazione dei punteggi relativi a ciascun parametro, in base all'esame della documentazione fornita, provvederà ad attribuire discrezionalmente ed a suo insindacabile giudizio un coefficiente variabile tra 0,0 e 1,0. Sono previsti 6 giudizi da attribuire a ciascun parametro di valutazione: a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione di un coefficiente corrispondente e più precisamente:

Giudizio	Criterio di classificazione	Coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazionali richieste.	1,00
Buono	Proposta ampia e corretta, dettagliata, rispondente in maniera più che discreta ai requisiti di qualità e alle prestazionali richieste.	0,8
Discreto	Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta ai requisiti di qualità e alle prestazionali richieste.	0,6
Sufficiente	Proposta di base, rispondente in maniera sufficiente agli standard di qualità e alle prestazionali richieste.	0,4
Scarso	Proposta limitata e poco dettagliata, rispondente in maniera scarsa ai requisiti di qualità e alle prestazionali richieste.	0,2
Inadeguato	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste.	0,0

Saranno escluse dalla gara le offerte che, sulla base della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione, non raggiungeranno il punteggio complessivo minimo (non riparametrato) stabilito quale "soglia minima" di sbarramento fissata in 42 punti su 70.

Riparametrazione: qualora l'Impresa con il miglior punteggio complessivo non consegua il punteggio massimo di 70 punti, si procederà alla riparametrazione del punteggio qualitativo assegnando 70 punti a tale offerta e punteggio direttamente proporzionale alle altre offerte applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio qualità offerta considerata} = \frac{70 \times \text{punteggio assegnato}}{\text{miglior punteggio assegnato}}$$



Lotto 2 : CATETERE INTERMEDIO PER ACCESSO DISTALE


IMPRESA CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' 70,00/70,00
Balt Italy Srl	ESCLUSO PER CARATTERISTICHE TECNICHE NON RISPONDENTI AL CAPITOLATO: alla prova pratica della versione del catetere guida dedicato per la tromboaspirazione, emerge impossibilit� di abbinarlo a catetere portante da 6F con i dispositivi in dotazione alla UOC Neuroradiologia; il dispositivo offerto per la versione dedicata per tromboaspirazione presenta diametro esterno 6F (non 5F richiesto da capitolato) e unica lunghezza da 135 cm (non disponibile in diverse lunghezze di lavoro richieste da capitolato)
Johnson & Johnson Medical Spa	ESCLUSO PER CARATTERISTICHE TECNICHE NON RISPONDENTI AL CAPITOLATO: presentato catetere guida intrecciato per accesso distale che non presenta destinazione d'uso specifica per tromboaspirazione/rimozione di emboli o trombi nel distretto vascolare cerebrale (indicazione richiesta da capitolato e confermata anche in fase di chiarimenti)
Pegasus Medical Srl	68,00/70,00

Lotto 3 : CATETERE PER ACCESSO DISTALE PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA CON POMPA

IMPRESA CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' 70,00/70,00
Promed s.r.l.	70,00/70,00


Alle ore 12:00 il Presidente dispone la chiusura dei lavori e dispone di trasmettere tutti gli atti al RUP per i seguiti di competenza

IL PRESIDENTE
Dirigente UOC Neuroradiologia PO Rovigo
Dott. Giuseppe Carit 


I COMPONENTI

Dirigente UOC Neuroradiologia

Dr. Giuseppe Martire




Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Erika Vighesso



Il Segretario Verbalizzante

Rag. Francesco Callegari



Saranno comunque escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica inviata dalle Imprese concorrenti, risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche indispensabili stabilite nel "Capitolato speciale" .

La fornitura verrà aggiudicata, alla Impresa che, dalla somma dei punteggi ottenuti per la qualità ed il prezzo, avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'affidamento della fornitura anche in presenza di un'unica offerta valida, fatto salvo l'accertamento della congruità dei prezzi offerti.

Non saranno ammesse offerte parziali, né alternative tecniche, né alternative economiche pena l'esclusione dalla gara.

Il Presidente comunica ai presenti che, come da relazione del Seggio di gara, presieduto dal RUP, la documentazione amministrativa delle seguenti Imprese concorrenti è risultata regolare e, quindi, sono state ammesse al prosieguo della procedura di gara che prevede le valutazioni qualitative, per i lotti in gara, delle offerte tecniche presentate, come di seguito indicato:

Impresa	Lotti
Balt Italy Srl	1 / 2
Johnson & Johnson Medical Spa	1 / 2
Pegasus Medical Srl	1 / 2
Promed Srl	1 / 3

La Commissione definisce di procedere con il seguente programma di attività, per la valutazione qualitativa delle offerte sopra specificate:

- 1 esame della documentazione tecnica, con analisi di merito di tutti gli elementi richiesti dagli atti di gara, tenuto conto dei relativi chiarimenti ai quesiti pervenuti;
- 2 valutazioni di idoneità delle offerte tecniche presentate in relazione al possesso dei requisiti minimi previsti dalla documentazione di gara;
- 3 valutazione della campionatura delle Imprese concorrenti;
- 4 attribuzione dei 70 punti qualità, sulla base dei criteri indicati per ciascun lotto nella documentazione di gara.

La Commissione procede quindi alla disamina della documentazione tecnica presentata, delle richieste di chiarimenti pervenute, nonché della campionatura presentata, facendo riferimento a quanto stabilito nella lettera di invito e alla tabella di valutazione qualitativa, dettagliatamente riportata al punto precedente del presente verbale.

La Commissione, procede quindi con l'attribuzione del punteggio di qualità delle offerte presentate, facendo riferimento a quanto stabilito nella Lettera di invito e alla Tabella di valutazione qualitativa, dettagliatamente riportata nell'allegato n. 1 al presente verbale.

Il punteggio totale di qualità ottenuto dalle Imprese concorrenti risulta essere il seguente:

Lotto 1 : 1 CATETERE PER ACCESSO DISTALE PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA CON SIRINGA

IMPRESA CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' 70,00/70,00
Balt Italy Srl	40,00/70,00
Johnson & Johnson Medical Spa	68,00/70,00
Pegasus Medical Srl	68,00/70,00
Promed s.r.l.	ESCLUSO PER CARATTERISTICHE TECNICHE NON RISPONDENTI AL CAPITOLATO: da scheda tecnica, il catetere presenta rivestimento idrofilico nei 25 cm distali (rispetto ai 30 cm richiesti da capitolato)

IMPRESE

LOTTO N. 1 CATETERE PER ACCESSO DISTALE PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA CON Siringa		Punteggio attribuibile	
Parametri di valutazione specifici			
navigabilità	Scorso alla prova pratica, emerge eccessiva rigidità della parte prossimale	4	
capacità di aspirazione	Buono: proposta ampia e corretta, delimitata, rispondente in maniera più che discreta ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	16	
intrinsecità	Discreto: alla prova pratica, emerge rigidità di tutta la lunghezza del catetere (porzione distale inclusa)	12	
gamma misure e lunghezze	Buono: nella gamma di misure offerte da documentazione tecnica, disponibile in 2 diametri e lunghezze (diametro int. 070" e diametro int. 085")	8	
Punteggio Totale Assegnato		40	

LOTTO N. 2 CATETERE INTERMEDIO PER ACCESSO DISTALE		Punteggio attribuibile	
Parametri di valutazione specifici			
navigabilità	ESCLUSO PER CARATTERISTICHE TECNICHE NON RISPONDENTI AL CAPITOLATO: alla prova pratica della versione del catetere guida dedicato per la tromboaspirazione, emerge impossibilità di abbinare a catetere portante da OF con i dispositivi in dotazione alla UOC		
capacità di aspirazione	Neurodiagnostica: il dispositivo offerto per la versione dedicata per tromboaspirazione presenta diametro esterno OF (non SF richiesto da capitolato) e unica lunghezza da 135 cm (non disponibile in diverse lunghezze di lavoro richieste da capitolato)		
intrinsecità			
gamma misure e lunghezze			
Punteggio Totale Assegnato		68	

LOTTO N. 3 CATETERE PER ACCESSO DISTALE PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA CON POMPA		Punteggio attribuibile	
Parametri di valutazione specifici			
navigabilità	Ottimo: proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	15	
capacità di aspirazione	Ottimo: proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	15	
intrinsecità	Ottimo: proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	15	
gamma misure e lunghezze	Ottimo: nella gamma di misure offerte da documentazione tecnica, disponibili varie der. cateteri da reperizione (132, 138, 139 e 160 cm per diametri interni da 043" a 072")	10	
semplicità d'uso della pompa	Ottimo: proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	15	
Punteggio Totale Assegnato		70	

Johnson & Johnson Medical Spa		Punteggio	
Parametri di valutazione specifici			
navigabilità	Ottimo: proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	20	
capacità di aspirazione	Ottimo: proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	20	
intrinsecità	Ottimo: proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	20	
gamma misure e lunghezze	Buono: nella gamma di misure offerte da documentazione tecnica, disponibile in 3 lunghezze (115, 125 e 131 cm)	8	
Punteggio Totale Assegnato		68	

Johnson & Johnson Medical Spa		Punteggio	
Parametri di valutazione specifici			
navigabilità	ESCLUSO PER CARATTERISTICHE TECNICHE NON RISPONDENTI AL CAPITOLATO: presente catetere guida interceduto per accesso distale che non presenta destinazione d'uso specifica per tromboaspirazione/rimozione di emboli o trombi nel distretto vascolare cerebrale (indicazione richiesta da capitolato e confermata anche in fase di charterment)		
capacità di aspirazione			
intrinsecità			
gamma misure e lunghezze			
Punteggio Totale Assegnato		68	

Pegassus Medical Srl		Punteggio	
Parametri di valutazione specifici			
navigabilità	Ottimo: proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	20	
capacità di aspirazione	Ottimo: proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	20	
intrinsecità	Ottimo: proposta assolutamente completa, rispondente in maniera ottimale ai requisiti di qualità e alle prestazioni richieste	20	
gamma misure e lunghezze	Buono: nella gamma di misure offerte da documentazione tecnica, disponibile in 2 lunghezze (105 e 115 cm)	8	
Punteggio Totale Assegnato		68	

Promed Srl		Punteggio	
Parametri di valutazione specifici			
navigabilità	ESCLUSO PER CARATTERISTICHE TECNICHE NON RISPONDENTI AL CAPITOLATO: da scheda tecnica, il catetere presenta rivestimento idrofilico nei 25 cm distali (rispetto ai 30 cm richiesti da capitolato)		
capacità di aspirazione			
intrinsecità			
gamma misure e lunghezze			
Punteggio Totale Assegnato		68	

IL PRESIDENTE
 Dott. Giuseppe Curta

IL COMPONENTI
 Dott. Giuseppe Martini

IL SEGRETARIO VERBALE
 Dott. Francesco Calabrese

Giuseppe Curta
Giuseppe Martini
Francesco Calabrese

Dessa Erika Velhesso
Erika Velhesso

