



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO  
 Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297  
**P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it**

**U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica**

Direttore Uoc Dr. Roberto Banzato

Ref. Rag. Francesco Callegari

Tel.0425.393655 – Fax 0425.393641

e.mail [francesco.callegari@aulss5.veneto.it](mailto:francesco.callegari@aulss5.veneto.it)

Rovigo, li 27/06/2022

Prot. n. **59225** RB/pb

(da citare nella corrispondenza)

**AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE PER L'AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DI CITOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO, PER IL PERIODO DI 12 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI MESI 12. CIG Z0A36F14C9**

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, ha avviato la procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera A) del d.l 76/2020 convertito con legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. A) del d.l. 77/2021 convertito con legge 108/2021 sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. – Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti della Regione Lombardia ID 156368979/2022, di per la fornitura in oggetto, per il periodo di 12 mesi, per l'importo complessivo annuale presunto di € 9.500,00 (Iva non compresa) per i fabbisogni e caratteristiche di seguito indicate:

TIPOLOGIA DISPOSITIVI	QUANTITÀ
A) CITOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO	70 PZ
B) MONITOR TRASPORTABILE 12"/13"	01 PZ

**CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:**

**A) CITOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO**

- In confezione singola sterile
- Campo visivo di 120°
- Profondità di campo 3-100mm
- Illuminazione a LED
- Angolo di curvatura 210° verso l'alto 120° verso il basso
- Diametro della sonda di inserimento 16.2fr/5.4mm(0.21")
- Diametro dell'estremità distale 16.2fr/5.4mm(0.21")
- Diametro massimo della sonda d'inserzione 18fr/6mm
- Diametro esterno massimo 6.0mm
- Diametro interno minimo 2.2mm
- Lunghezza utile 390mm
- Lunghezza canale lavoro 6.6fr/2.2mm
- Dotato di fotocamera digitale e connettore luer stock standard per l'irrigazione ed aspirazione

## B) MONITOR TRASPORTABILE 12"/13"

- Monitor HD12"/13" trasportabile completo di cavi di collegamento digitale a monitor esterni.

Si invitano pertanto gli operatori economici, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di gara, espletata tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia ([www.sintel.regione.lombardia.it/](http://www.sintel.regione.lombardia.it/)), a chiedere di essere invitati, tramite pec: **protocollo.aulss5@pecveneto.it**, **entro e non oltre il giorno 08/07/2022 alle ore 12:00** riportando nell'oggetto:

***“Avviso volontario fornitura di CITOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO prot. 59225”.***

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il termine previsto per la presentazione delle offerte è il giorno 15/07/2022 alle ore 12:00.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 0425/393655), e-mail: [francesco.callegari@aulss5.veneto.it](mailto:francesco.callegari@aulss5.veneto.it)

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale [www.aulss5.veneto.it](http://www.aulss5.veneto.it) – sezione Bandi il giorno 27/06/2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Rag. Paola Bertazzo

