



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Rovigo 28/07/2022

Direttore: Dr. Roberto Banzato

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it)

Prot. n. 69982 RB/am

**AVVISO INDAGINE DI MERCATO E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE  
PROCEDURE SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER**

**“LA FORNITURA DI N. 1 LAVAENDOSCOPI A PEROSSIDO DI IDROGENO PER LA U.O.C. O.R.L.  
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ROVIGO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA”**

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, intende procedere a SPECIFICA Indagine di Mercato per quanto sopra indicato con le seguenti caratteristiche:

- n.1 lavaendoscopio a perossido di idrogeno per il lavaggio e la sterilizzazione di strumenti ottici rigidi e flessibili in dotazione all'ambulatorio ORL, in grado di:
  - Riprocessare tali strumenti secondo la normativa UNI/TR 11662 e UNI/TR/408
  - Garantire all'utente l'utilizzo di strumenti sicuri rispetto al rischio infettivo
  - Possibilità di alloggiamento in ambienti con scarsi ricambi d'aria
- Monovasca che consente di trattare fino a 4 fibroscopi o 11 ottiche rigide
- Tempi brevi di lavaggio ciclo completo di lavaggio e sterilizzazione inferiore ai 25 minuti
- Camera che consenta facilità nell'inserimento degli strumenti
- Cesto apposito intercambiabile per il trattamento fino a 4 strumenti flessibili
- Cesto apposito intercambiabile per il trattamento fino a 11 ottiche rigide
- Ingombro contenuto
- Possibilità di raccordare fino a 7 canali oltre il test di tenuta
- Test di tenuta in continuo per tutta la durata del ciclo
- Controllo totale dei canali con verifica di flussi e pressioni
- Ciclo di auto disinfezione della macchina termico ( EN15883 EN14937 )
- Rispondente alla norma EN ISO 15883 parte 1-4-5
- Conforme alla norma EN ISO 14937
- Memoria anche parziale dei cicli effettuali e dei ticket
- Possibilità di stampare i ticket tracciabilità più volte
- Possibilità di esportare i dati dei cicli
- Dotata di stampante
- Dotata di lettore bar code
- Dotata di porta in vetro che permette la visibilità durante il ciclo
- Costruita con materiali che garantiscono la robustezza
- Vasca di lavaggio acciaio inox
- Agente sterilizzate a base di perossido di idrogeno
- Chimici detergenti/enzimatici necessari al corretto funzionamento
- Disponibilità di indicatori chimici per perossido di idrogeno

- Temperatura di utilizzo non superiore ai 35°
- Adatta a tutti i tipi di endoscopi
- Cassetto porta chimici per la sicurezza degli operatori apparecchiatura dotata di ruote per facili spostamenti della stessa
- Addolcitore
- Batteria di prefiltrazione
- Conessioni / adattatori per lavaggio strumenti Storz, Olympus, Pentax
- Compatibilità con tutti gli strumenti endoscopici di marca Storz, Olympus, Pentax
- Il suo utilizzo non deve essere vincolato all'uso di detergenti / agenti sterilizzanti di marca specifica
- Avere un sistema per l'eliminazione di eventuali emissioni di vapori tossici, o comunque potenzialmente dannoso per gli operatori, nell'ambiente circostante, durante il ciclo ed in condizioni di stand-by, senza richiedere la presenza di particolari sistemi per l'estrazione od il trattamento dell'aria;
- Avere, in fase di carico di disinfettante, un sistema chiuso di aspirazione automatico (non saranno ammessi sistemi di carico e/o travaso manuale da parte degli operatori);
- Visualizzazione a monitor dei livelli del materiale di consumo;
- Collegamenti idraulici sul retro:

Garanzia full risk 24 mesi

**L'aggiudicatario dovrà a propria cura e spese provvedere all'installazione di tutta la fornitura**

**Contratto full risk post garanzia della durata di 36 mesi**

**Materiale di consumo (comprensivo del perossido di idrogeno, detergente, carta termica stampante, filtro acqua e filtro aria) per cinque anni – riferito a 2.500 cicli/ anno**

**Valore presunto affidamento € 77.200,00 + I.V.A. 22%**

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 11.08.2022**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: *“Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura di n. 1 Lavaendoscopi a perossido di idrogeno per la U.O.C. O.R.L. del Presidio ospedaliero di Rovigo dell'Azienda ULSS 5 Polesana”*


Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia ([www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)).

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e A. Raimondi tel 0425393945.