



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Rovigo 11/05/2022

Direttore: Dr. Roberto Banzato

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Prot. n. 43849 RB/am

AVVISO INDAGINE DI MERCATO E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE PROCEDURE SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER

“LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 3 SISTEMI CO2 PER LA S.O. DELLA U.O.C. ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG 92209497D4”

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, intende procedere a SPECIFICA Indagine di Mercato per quanto sopra indicato con le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche tecniche minime:

- 1) **Insufflatore a CO2** compatibile con la strumentazione Pentax con velocità di flusso regolabile nel range adatto all'endoscopia digestiva, alimentazione da impianto con attacco (AFNOR/UNI la cui tipologia verrà specificata al momento dell'ordine); - completo di tutti gli accessori per il posizionamento ed utilizzo.
- 2) **La Ditta dovrà fornire tubi alta pressione per bombole di CO2 da 5 litri**
- 3) Raccordi per bombole CO2
- 4) Tubo alta pressione per bombole CO2
- 5) Raccondi per CO2
- 6) Supporto bombola di CO2 per rack Pentax
- 7) **Materiale di consumo** monogiornata dedicato nelle quantità di 1.500 prestazioni /anno per 3 anni (pari a 4.500 prestazioni)
- 8) Manuale d'uso in italiano
- 9) Requisiti costruttivi conformi alle normative CEI e leggi vigenti del settore
- 10) Garanzia dello strumento full-risk per almeno 24 mesi
- 11) Tempi di consegna entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine

Valore presunto affidamento € 80.000,00 + I.V.A. 22%

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 23.05.2022**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: *“Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura e manutenzione di n. 3 Sistemi Co2 per la S.O. della U.O.C. Endoscopia dell'Azienda ULSS 5 Polesana CIG 92209497D4 ”*


Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it).

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Arés Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e A. Raimondi tel 0425393945.