



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Rovigo 11/05/2022

Direttore: Dr. Roberto Banzato

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Prot. n. 43831 RB/am

AVVISO INDAGINE DI MERCATO E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE PROCEDURE SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER

“LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 6 VENTILATORI PER LE U.O.C. PRONTO SOCCORSO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG 91892297A8”

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, intende procedere a SPECIFICA Indagine di Mercato per quanto sopra indicato con le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche tecniche minime ventilatore trasporto:

- Ventilatore polmonare elettronico di ultima generazione con tecnologia a turbina integrata per il trattamento di pazienti adulti, obesi, pediatrici e neonatali, e per ventilazione non-invasiva (NIV) con compensazione delle perdite;
- Ergonomico e leggero, trasportabile per uso extraospedaliero ed intraospedaliero, con alimentatore integrato;
- Schermo touch da minimo 8 " a colori
- Flusso di picco 260 l/min
- Possibilità di terapia con ossigeno ad alto flusso integrata, utilizzando lo stesso dispositivo e circuito paziente.
- La turbina integrata ad alte prestazioni totalmente indipendente dall'aria compressa.
- Ventilazione per RCP
- modalità di ventilazione che regoli costantemente frequenza respiratoria, volume corrente e pressione inspiratoria sulla base della meccanica polmonare e dello sforzo del paziente. In modo da adattare la ventilazione respiro per respiro, 24 ore al giorno, dall'intubazione all'estubazione.
- Connettività wireless
- Integrazione dell'umidificazione
- E' richiesta la visualizzazione di curve e loops e misure di meccanica respiratoria
- Deve essere dotato di batterie integrate della durata minima di 4 ore,
- Adattamento automatico alle variazioni del pattern respiratorio e alle perdite presenti nelle vie aeree, in modo da ottenere una sincronizzazione ottimale tra il paziente e il dispositivo
- I parametri ventilatori quali almeno volume corrente, pressione inspiratoria, flusso inspiratorio max, frequenza respiratoria, devono essere ampiamente regolabili in condizioni di sicurezza.
- Di tutti i parametri numerici monitorizzati o calcolati deve essere possibile avere i trends grafici fino a 24 ore
- Le modalità ventilatorie devono permettere il trattamento del paziente nelle più svariate patologie e quindi si richiede la presenza di ventilazioni controllate sia volumetriche che pressometriche oltre che ventilazioni assistite e CPAP , e ventilazione a controllo automatico in funzione della meccanica respiratoria

- o Possibilità di memorizzazione ed esportazione di curve, immagini, trend e registri tramite supporto USB e possibilità di interfaccia con cartella clinica informatizzata o monitor paziente
- o Dotato di aggancio per bombola di ossigeno
- o Ventilatore dotato di sistema di protezione per resistere ad eventuali shock;
- o Garanzia 24 mesi full risk

Valore presunto affidamento € 90.000,00 + I.V.A. 22%

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 23.05.2022**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: *"Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura e manutenzione di n. 6 ventilatori per le U.O.C. Pronto Soccorso dell'Azienda ULSS 5 Polesana CIG 91892297A8"*

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it).

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e A. Raimondi tel 0425393945.