



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO
 Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297
P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore Uoc Dr. Roberto Banzato
 Ref. Paola Bertazzo

Tel.0425-393944 – fax 0425-3693641
 e.mail alberto.lunardi@aulss5.veneto.it

Rovigo, li 01/06/2022

Prot. n. 51448 RB/pb
 da citare nella corrispondenza

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE PER L'AVVIO AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO DEL NERVO LARINGEO RICORRENTE PER L'UOC CHIRURGIA PO ADRIA, PER IL PERIODO DI 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER SEI MESI.

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, ha avviato la procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e smi sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. – Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti della Regione Lombardia **ID 155368892/2022** con l'operatore economico SEDA Spa, per la fornitura di **sistemi per il monitoraggio intraoperatorio del nervo laringeo ricorrente per l'UOC Chirurgia PO Adria**, per il periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabile per 6 mesi, per l'importo complessivo biennale presunto di € 23.500,00 (Iva non compresa) con le seguenti caratteristiche:

Fabbisogno annuo	A) sistema con software: n° 1 in noleggio B) elettrodi laringei: n° 50 pz / aa C) sonde bipolari: n° 50 pz / aa
Caratteristiche tecniche	Componente A) <ul style="list-style-type: none"> • Sistema con software 4 canali per potenziali d'azione muscolari (EMG), per l'utilizzo nella chirurgia tiroidea, trasportabile, dotato di display <i>touchscreen</i> e allarmi acustici e/o visivi in caso di componenti scollegati; • in grado di gestire l'immissione diretta dei dati paziente e dei parametri di programmazione nonché per l'archiviazione dei dati paziente (possibilità di esportazione mediante chiavetta USB); • corrente di stimolazione variabile entro il range 0,1 - 10 per prevenire danni al nervo Componente B) <ul style="list-style-type: none"> • elettrodo laringeo adesivo, monouso, sterile, posizionabile su qualsiasi tubo endotracheale in commercio (standard e armato); • disponibile in varie misure, in confezione singola sterile; • integrato con cavo monouso dotato di connettori di sicurezza DIN per il collegamento con il componente di cui al punto A)

	Componente C)
--	----------------------

- sonda bipolare a microforchetta, monouso, sterile, con connettore di sicurezza DIN per il collegamento con il componente di cui al punto A)

Motivazione del presente Avviso:

Con il presente Avviso si intende avviare un'indagine di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quello individuato e sopra indicato, vi siano altri Operatori Economici presenti sul mercato che possano fornire i **sistemi per il monitoraggio intraoperatorio del nervo laringeo ricorrente** con le caratteristiche sopra indicate o equivalenti.

Si invitano pertanto gli operatori economici, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di gara, espletata tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.sintel.regione.lombardia.it/), a chiedere di essere invitati, tramite pec: **protocollo.aulss5@pecveneto.it**, **entro e non oltre il giorno 13/06/2022 alle ore 12,00** riportando nell'oggetto:

“Avviso volontario fornitura di sistemi per il monitoraggio intraoperatorio del nervo laringeo ricorrente”.

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il termine previsto per la presentazione delle offerte è il giorno 16/06/2022 alle ore 13,00.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 0425/393944), e-mail: paola.bertazzo@aulss5.veneto.it

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale www.aulss5.veneto.it – sezione Bandi il giorno 01/06/2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Paola Bertazzo

