



Rovigo, 01/07/2022

Prot. n. **61185**

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO, IN NOLEGGIO, COMPRESIVO DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI CITOFLUORIMETRICHE PER LA UOC MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA PER IL PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI. CIG 9249984047

ID SINTEL 155356067

- Risposte ai QUESITI pervenuti alla data del 29/06/2022 -

Quesito 1)

- a) Nell'Allegato "All. 2 Istanza di partecipazione" - a pag. 1 e 2 è riportato quanto segue **CHIEDE** di partecipare alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura in noleggio di sistemi automatici per l'etichettatura e la tracciabilità di campioni, comprensivo del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica, per i centri prelievo ospedalieri di Rovigo, Adria e Trecenta dell'A.ulss 5 Polesana, per il periodo di cinque anni" - A tal proposito siamo a chiedere conferma che tale oggetto sia da considerarsi un refuso.
- b) A pag. 10 del Disciplinare di gara indicate all' ART. 3 **OGGETTO DELLA FORNITURA E IMPORTO** "L'appalto è costituito da un unico lotto, trattandosi della fornitura di reagenti per l'esecuzione di uno specifico test (procalcitonina)" - A tal proposito siamo a chiedere conferma che tale oggetto sia da considerarsi un refuso.
- c) In relazione alla richiesta a pag. 34 disciplinare: in riferimento alla richiesta di allegare schede tecniche del materiale offerto, vista il numero e la dimensione dei file si chiede la possibilità di poter allegare una scheda tecnica e relativa dichiarazione di conformità esemplificativa per ogni singola fluorescenza offerta.
- d) In riferimento alla richiesta a pag. 8 capitolato d'oneri, "B. Reagenti - Anticorpi monoclonali in singola marcatura dalla prima (FL1) alla decima fluorescenza (FL8);" si chiede al vostro ente conferma che trattasi di refuso la "decima" fluorescenza e sia da intendere "ottava" fluorescenza.

Risposta 1)

- a) Si conferma che quanto riportato nell'Allegato 2 - Istanza di partecipazione, è un refuso e pertanto deve essere sostituito con "CHIEDE di partecipare alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura di un sistema diagnostico, in noleggio, comprensivo di reagenti e materiali di consumo, per l'esecuzione di indagini citofluorimetriche per la UOC Medicina Trasfusionale dell'A. Ulss 5 Polesana per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi".
- b) Si conferma che quanto riportato a pag. 10 del Disciplinare di gara è un refuso e pertanto deve essere sostituito con "L'appalto è costituito da un unico lotto, trattandosi della fornitura di un sistema diagnostico, in noleggio, comprensivo di reagenti, materiale di consumo e servizio di



assistenza tecnica per l'esecuzione di indagini citofluorimetriche per la UOC Medicina Trasfusionale".

- c) Si conferma la possibilità di poter allegare una scheda tecnica e relativa dichiarazione di conformità esemplificativa per ogni singola fluorescenza offerta.
- d) Si conferma che quanto riportato a pag. 8 del Capitolato d'oneri, "B. Reagenti - Anticorpi monoclonali in singola marcatura dalla prima (FL1) alla decima fluorescenza (FL8)" è un refuso e, pertanto, deve essere sostituito con "B. Reagenti - Anticorpi monoclonali in singola marcatura dalla prima (FL1) alla ottava fluorescenza (FL8)".

Quesito 2)

Relativamente al numero di test indicato nel Capitolato d'oneri, pag. 1, si chiede di confermare che il numero indicato di test/anno richiesti corrisponde al valore dei singoli test da valutare e non dalle combinazioni multicolore eventualmente offerte.

Di conseguenza, per quanto riguarda la combinazione CD45/CD3/CD4/CD8, si richiedono complessivamente 4.000 singole specificità, ma 1.000 test nel caso in cui si offra la combinazione in quadrupla fluorescenza.

Lo stesso si dica per la combinazione con 6 diverse specificità: nel caso in cui si offra la combinazione a 6 fluorescenze così come descritta, dovranno essere previsti 300 test in sestupla fluorescenza.

Tipo di Test	Numero test/anno
CD45/CD3/CD4/CD8	4.000
CD45/CD3/CD4/CD8/CD19/CD16-56	1.800

Risposta 2)

Si precisa che il numero dei test /anno richiesti, deve essere considerato in funzione del numero di fluorescenze usate per ogni test, e si può esprimere anche nel seguente modo:

- 1.000 determinazioni / anno per fluorescenza quadrupla;
- 300 determinazioni / anno per combinazioni a 6 fluorescenze.

Tutti i concorrenti dovranno prendere visione delle **risposte ai quesiti** e tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano presentato richiesta.

IL RUP
 Dott. Roberto Banzato

