



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO  
 Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297  
**P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it**

**U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica**

Direttore Uoc Dr. Roberto Banzato  
 Ref. Sig.ra Paola Bertazzo

Tel.0425-393944 – fax 0425-3693641  
 e.mail [paola.bertazzo@aulss5.veneto.it](mailto:paola.bertazzo@aulss5.veneto.it)

Rovigo, li 23/06/2022

Prot. n. **58623** RB/pb  
 (da citare nella corrispondenza)

**AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE PER L'AVVIO AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DI DUODENOSCOPIO MONOUSO, PER IL PERIODO DI 24 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER SEI MESI. CIG: Z4F36EBA8D**

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, ha avviato la procedura di gara sottosoglia, ai sensi art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. – Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti della Regione Lombardia ID 156294359/2022 per la fornitura di Duodenoscopio monouso, per il periodo di 24 mesi, per l'importo complessivo biennale presunto di € 15.000,00 (Iva non compresa) per i fabbisogni e caratteristiche di seguito indicate:

**TIPOLOGIA – QUANTITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Fabbisogno biennale</b>	A) Sistema Video-Controller / Processore a noleggio B) Duodenoscopio Monouso	N° pezzi 1 N° pezzi 4
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<p><b>Componente A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Video-Controller / Processore a noleggio</li> </ul> <p><b>Componente B)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilità di visione laterale, punta curvabile, elevatore sulla punta distale e apposita leva per il controllo dell'elevatore;</li> <li>• Sterile, monouso;</li> <li>• Sistema ottico con direzione della visuale: retroversione almeno 5°, campo visivo almeno 108°;</li> <li>• Sezione di inserimento con diametro esterno estremità distale minimo 13,7 mm, diametro esterno tubo di inserimento 11,3mm, lunghezza utile di lavoro 1240mm;</li> <li>• Canale di lavoro con diametro interno 4,2mm (12,6FR);</li> <li>• Sezione curvabile con la seguente angolazione: altro 120°, basso 90°, sinistra 90° e destra 110°</li> <li>• Metodo illuminazione doppio LED</li> </ul>	

Si invitano pertanto gli operatori economici, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di gara, espletata tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia ([www.sintel.regione.lombardia.it/](http://www.sintel.regione.lombardia.it/)), a chiedere di essere invitati, tramite pec: **protocollo.aulss5@pecveneto.it**, **entro e non oltre il giorno 30/06/2022 alle ore 12,00** riportando nell'oggetto:

***“Avviso volontario fornitura di duodenoscopia monouso Prot. 58617”.***

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il termine previsto per la presentazione delle offerte è il giorno 06/07/2022 alle ore 13,00.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 0425/393629), e-mail: [paola.bertazzo@aulss5.veneto.it](mailto:paola.bertazzo@aulss5.veneto.it)

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale [www.aulss5.veneto.it](http://www.aulss5.veneto.it) – sezione Bandi il giorno 23/06/2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Rag. Paola Bertazzo

