

U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Direttore: Dr. Roberto Banzato
Tel. 0425/394650
Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Rovigo 05/09/2022

Prot. n. 81066 RB/am

**AVVISO INDAGINE DI MERCATO E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE
PROCEDURE SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER**

**“FORNITURA URGENTE DI N.1 CENTRALE DI MONITORAGGIO, N.5 MONITOR FETALE E N.3
TELEMETRIE”**

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, intende procedere a SPECIFICA Indagine di Mercato per fornitura di quanto sopra indicato e con le seguenti caratteristiche:

N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO OSTETRICO, PER 10 MONITOR FETALI

Caratteristiche principali:

- Analisi oggettiva dei tracciati CTG basata sui criteri Dawes/Redman

- Richiamare i tracciati ctg e le relative note paziente, accesso ai dati registrati in un archivio centralizzato
- Segnalazione delle complicanze materne e fetali attraverso allarmi acustici e visivi, entrambi personalizzabili dall'operatore per adeguarli ai protocolli locali.
- Rapido inserimento dei dati, interfaccia utente completamente personalizzabile per adattarsi alle esigenze Archivio dati consistente e opzioni di backup
- Visualizzazione totalmente interattiva di tracciato singolo o multiplo fino a 10 tracciati
- Possibilità di Interfaccia con database ospedalieri tramite protocolli HL7
- Allarmi di frequenza cardiaca fetale configurabili
- Supporto per i dati dei segnali vitali materni

Composta da:

- Server fisico da posizionare in reparto (PC e monitor)
- N. 1 Client: stazione di lavoro con PC di ultima generazione, completa di monitor LCD 40, stampante, per la Sala Parto
- N. 1 Client: stazione di lavoro con PC di ultima generazione, completa di monitor LCD almeno 21", stampante, per Ambulatorio CTG
- N. 1 Client: stazione di lavoro con PC di ultima generazione, completa di monitor LCD almeno 21", stampante, per Degenze

Riceve e memorizza tutte le informazioni provenienti dai CTG.

Dotato di memoria esterna per back up.

COMPATIBILITA' DEI MONITOR FETALI:

Possibilità di connettere alla Centrale i monitor fetali compatibili con la centrale. Di seguito l'elenco dei monitor presenti in reparto:

- Huntleigh sonicaid modello TEAM3- FM820/FM830 adapt, FM820/830 Encore, Team e BD4000 dotati di porta seriale abilitata**
- Philips, FM20/30/40/50 (dotati di porta seriale abilitata) dotati di porta seriale abilitata**

Opzione per back-up / server virtuale



1

L'offerta deve includere l'installazione, il collaudo funzionale e la formazione del Personale Clinico.

<p>n. 4 cardiocografi / monitor fetali con scalpo fetale per unità Gruppo Parto</p>	<p><u>MONITOR FETALE GEMELLARE</u></p> <p>Monitor fetale ad alte prestazioni che utilizza le più moderne tecnologie per l'acquisizione dei segnali.</p> <p>Compatto e leggero con display Touch Screen ad alta risoluzione di dimensione di almeno 5.5" .</p> <p>Accesso istantaneo alle impostazioni critiche e agli allarmi.</p> <p>Visualizzazione grafica e numerica dei parametri monitorati.</p> <p>Sonde US ad alta sensibilità.</p> <p>Memoria tracciati.</p> <p>Predisposizione per secondo feto.</p> <p>Connessione a Centrale</p> <p><u>CAVO PER CTG SCALPO FETALE</u></p> <p>Stampa su scale differenziate dei tracciati fetali gemellari per una più chiara differenziazione e per una migliore interpretazione dei segnali.</p> <p>Visualizzazione a richiesta, sia dei dati numerici che del grafico in tempo reale.</p> <p>Trasduttori waterproof.</p> <p>Trasduttore per le contrazioni esterne</p> <p>tocodinamometrico impermeabile, a superficie piana, con possibilità di zero automatico e manuale del sistema.</p> <p>MARCA EVENTO MANUALE</p> <p>RILEVAZIONE AUTOMATICA MOVIMENTI FETALI</p> <p>Visualizzazione simultanea di tutti i parametri fetali e del loro andamento grafico.</p> <p>Allarmi:</p> <ul style="list-style-type: none">-di alta e bassa frequenza (tachicardia-bradicardia FCF, Perdita segnale <p>STAMPANTE</p> <p>Stampante termica ad alta risoluzione, con annotazioni automatiche.</p> <p>ANALISI OGGETTIVA CTG</p> <p>Secondo i criteri Dawes/Redman</p> <p>CARRELLO DEDICATO</p> <p style="text-align: center;">ACCESSORI IN DOTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none">- N.1 trasduttore ad ultrasuoni ed n.1 trasduttore toco;- pulsante marca eventi per i movimenti fetali;- cinghie;- gel per ultrasuoni;- carta termica per stampante;- cavo di alimentazione;- manuale d'uso
---	--

<p>n. 1 cardiocografo / monitor fetali con parametri materni per il Gruppo Parto</p>	<p>MONITOR CTG MATERNO-FETALE Monitor fetale ad alte prestazioni che utilizza le più moderne tecnologie per l'acquisizione dei segnali. Compatto e leggero con display Touch Screen ad alta risoluzione di dimensione pari ad almeno 5" SEGNALI VITALI MATERNI - polso materno Pressione sanguigna materna Metodo Oscillometrico Modalità: Manuale o Automatico CARRELLO DEDICATO ACCESSORI IN DOTAZIONE: - N.1 trasduttore ad ultrasuoni ed n.1 trasduttore toco; - polso materno - Doppio Bracciale di rilevazione (adulto e obeso) - pulsante marca eventi per i movimenti fetali; - cinghie; - gel per ultrasuoni; - carta termica per stampante; - cavo di alimentazione; - manuale d'uso; ACCESSORI PER MONITORAGGIO GEMELLARE</p>
--	--

TELEMETRIE

SALA PARTO	SISTEMA TELEMETRICO SENZA FILI	QUANTITA'
	<p>Sistema Telemetrico wireless di nuova generazione. Trasduttori impermeabili per utilizzo in vasca per monitoraggio parto in acqua. Trasduttore Cardio: Trasduttore Toco: Riconoscimento automatico dei trasduttori quando gli stessi vengono staccati dalla base di ricarica.</p>	<p>03</p>

Garanzia dello strumento full-risk per almeno 24 mesi

Valore presunto affidamento € 98.000,00 + I.V.A. 22%

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 13.09.2022**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: "Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura URGENTE di n.1 Centrale Di Monitoraggio, n.5 Monitor Fetale e n.3 Telemetrie"




Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it).

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Direttore UOC
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Dott. Roberto Barzato



Per ulteriori informazioni si prega contattare

Dr. Ares Michieletti tel 0425 394650 e Dr.ssa Antonella Raimondi tel 0425 393945.