



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
 Direttore: Dr. Roberto Banzato
 Tel. 0425/393655
 Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Rovigo 11/10/2022

Prot. n. **93556 AM/ar**
 (riferimenti da citare nella risposta)

Oggetto: PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI ISTEROSCOPI DIAGNOSTICI E ACCESSORI. CIG Z5E38182E4

ID 160312414

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito indicate:

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE	FABBISOGNO
<ul style="list-style-type: none"> Sistema ottico autoclavabile ad alta definizione di seconda generazione con angolo di visione obliquo a 30°, struttura del trafilato a triplo tubo che consenta una maggiore resistenza dei componenti interni, trasmissione della luce incorporata, diam. 2.9 mm lungh. 30 cm completo di tubo di protezione per sterilizzazione. 	8
<ul style="list-style-type: none"> Camicia a flusso singolo dotata di rubinetto fisso e trafilato graduato, diam. Non superiore a 4 mm 	8
<ul style="list-style-type: none"> Container in acciaio inox dotato di supporti siliconici per la sterilizzazione a gas o a vapore degli isteroscopi. 	8
<ul style="list-style-type: none"> Cavo a fibre ottiche esagonali per sorgente luminosa, completo di raccordi di connessione, diam. 2.5 mm lungh. 230 cm. 	3
POSSESSO DEL MARCHIO CE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 37 DEL 25/01/2010, IN ATTUALIZIONE DELLA DIRETTIVA 07/47/CEE	

Importo indicativo € 33.500,00. Si precisa che verranno valutate anche offerte con quotazioni economicamente superiori, in quanto trattasi di importo indicativo.

Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare a questa Amministrazione, l'interesse alla partecipazione alla procedura sottosoglia per l'assegnazione della fornitura dichiarando la capacità tecnica di fornire quanto in oggetto.

Tale richiesta dovrà pervenire esclusivamente, via PEC all'indirizzo protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: "PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI ISTEROSCOPI DIAGNOSTICI E ACCESSORI. CIG Z5E38182E4".

Si precisa che il termine ultimo per la manifestazione di interesse è fissato per le ore 18:00 del 18/10/2022.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale il giorno 11/10/2022.

Il R.U.P.
Dott. Ares Michieletti


Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Antonella Raimondi telefono 0425 393945