



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO  
Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297  
**P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it**

**U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica**

Direttore Uoc Dr. Roberto Banzato  
Ref. Paola Bertazzo

Tel.0425-393944 – fax 0425-3693641  
e.mail [paola.bertazzo@aulss5.veneto.it](mailto:paola.bertazzo@aulss5.veneto.it)

Rovigo, li 18/10/2021

Prot. n. 92987 RB/pb

**AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE PER L'AVVIO AFFIDAMENTO DIRETTO (PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E SMI) TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DI “PLACCHE PER OSTEOSINTESI MAXILLO-FACCIALE” IN FABBISOGNO ALL’UOC ORL DI ROVIGO, PER IL PERIODO DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI 3 MESI.**

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, ha avviato la procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e smi sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. – Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti della Regione Lombardia **ID 146617482** con l'operatore economico JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA, per la fornitura di “Placche per osteosintesi maxillo-facciale” in fabbisogno all'UOC ORL di Rovigo, per il periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di 3 mesi, per l'importo complessivo annuale posto a base d'asta di € 39.900,00 (Iva non compresa).

**PIATTAFORMA DI PLACCHE PER OSTEOSINTESI DELLE OSSA CRANIO-MAXILLO-FACCIALI CON CONTRATTO ESTIMATORIO DI CONTO DEPOSITO:**

**Piattaforma Matrix Midface placche (forme diverse) e viti (misure diverse),** aventi le seguenti caratteristiche minime:

- viti in lega di titanio (Ti-6Al-7Nb) aventi un unico diametro da 1,55 mm compatibile con tutte le placche disponibili
- viti con passo del filetto pari a 0,6 mm per consentire il massimo contatto con l'osso e maggiori resistenza e stabilità della vite
- gamma completa di viti: misure 3-8 mm per viti auto-foranti, misure 3-12 mm per viti autofilettanti, misure 3-12 mm e diametro 1,85 mm per viti di emergenza
- placche in titanio puro disponibili in 4 spessori a crescente resistenza (0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm e 0,8 mm)
- ampia gamma di forme per coprire le varie opzioni chirurgiche
- sistema con codifica a colori

**Piattaforma Matrix Mandible placche (forme diverse) e viti (misure diverse),** aventi le seguenti caratteristiche minime:

- viti in lega di titanio (Ti-6Al-7Nb) autofilettanti, a intaglio ottimale cruciforme, di diametro 2,0 mm, 2,4 mm, 2,7 mm (emergenza) e 2,9 mm, angolazione di almeno 10° a seconda delle dimensioni della placca
- possibilità di inserimento fuori asse della vite fino a 15° (asse cacciavite-vite)
- placca in titanio, caratterizzata da una tecnologia di bloccaggio conica per una stabilità affidabile tra vite e placca, da profili e bordi arrotondati e da fori filettati
- design della placca a stabilità angolare ottimizzato per ridurre le sollecitazioni nelle zone critiche

- gamma completa di placche di bloccaggio, misure da 1,0 mm a 2,8 mm in grado di coprire i 2/3 della circonferenza della mandibola
- disponibilità di placche di ricostruzione larghe per il bloccaggio a ponte dei difetti, placche di ricostruzione con forma tridimensionale premodellata e placche speciali per fratture sottocondilari
- sistema con codifica a colori

Entrambi i sistemi dovranno comprendere uno strumentario specifico dedicato del tipo:

- Dispositivi di taglio tipo Tronchese per placche 1.0 e 1.5
- Dispositivi di taglio per placche tipo 2.8
- Pinza piega placche
- Pinza fissa guida con sfera
- Leva piega placche sul piano
- Leva piega placche fuori piano
- Leva piega placche per torsione
- Cacciavite con asta eimpugnatura
- Guida punte 1.5, 1.8, 2.4
- Punte elicoidali perfora osso 1.5 1.8 e 2.4
- Misuratore di profondità
- Manicotto con otturatore

### **Motivazione del presente Avviso:**

Con il presente Avviso si intende avviare un'indagine di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quello individuato e sopra indicato, vi siano altri Operatori Economici presenti sul mercato che possano fornire i Dispositivi Medici sopra citati, con le caratteristiche richieste o equivalenti.

Si invitano pertanto gli operatori economici, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di gara **ID 146617482**, espletata tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia ([www.sintel.regione.lombardia.it/](http://www.sintel.regione.lombardia.it/)), a chiedere di essere invitati, tramite pec: **protocollo.aulss5@pecveneto.it**, **entro e non oltre il giorno 27/10/2021 alle ore 12,00** riportando nell'oggetto:

***“Avviso volontario per la trasparenza ex ante per affidamento Fornitura di “Placche per osteosintesi maxillo-facciale”.***

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il termine previsto per la presentazione delle offerte è il giorno 03/11/2021 alle ore 12,00.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Tel 0425-393944 e-mail: [paola.bertazzo@aulss5.veneto.it](mailto:paola.bertazzo@aulss5.veneto.it)

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito aziendale [www.aulss5.veneto.it](http://www.aulss5.veneto.it) – sezione Bandi, il giorno 18/10/2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Paola Bertazzo

