



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Rovigo 30/09/2021

Direttore: Dr. Roberto Banzato

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Prot. n. 86864

PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER

“PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N.20 LETTI PER TERAPIA INTENSIVA PER LE UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL’AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG 8914019130”.

ID n. 145938347

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito **indicate**:

Caratteristiche tecniche minime

- Letto elettrico adatto per l'uso in terapia intensiva, a quattro sezioni e 3 snodi, con regolazione elettrica di altezza, della sezione testa, dello schienale, femorale e della sezione gambe.

Ogni letto deve essere dotato di:

- movimentazioni sincronizzate per il mantenimento di posture ergonomiche, in particolare durante il sollevamento la sezione capo/tronco, dovrà traslare automaticamente e opportunamente per ridurre lo schiacciamento della zona toracica/addominale e/o la migrazione del paziente, minimizzando la necessità di riposizionamento
- alimentazione 220—240 V CA, 50-60 Hz
- Struttura portante che permetta agevole accesso del solleva persone e dell’arco a C da entrambi i lati del letto
- batteria ausiliaria di lunga durata che dovrà supplire alle movimentazioni del letto in caso di necessità (tutte le movimentazioni del letto dovranno essere ottenibili anche in mancanza di alimentazione elettrica)
- Trendelemburg/antitrendelemburg +/- 12°
- comando bilaterale per la rianimazione cardio-polmonare di emergenza
- Superficie facilmente allungabile con testiera e pediera facilmente rimovibili dotate di sistema di blocco /sblocco
- disponibilità della funzione “seduta cardiologica” raggiungibile con un solo comando
- disponibilità della funzione di basculamento laterale
- Sponde laterali a più sezioni integrate nel letto per il contenimento del paziente adeguate alla normativa in materia di contenzione in grado di superare in altezza il materasso per un contenimento del paziente in piena sicurezza. Le sponde dovranno essere abbattibili almeno fino al piano rete, in modo tale da non creare ingombro nel rifacimento dei letti e nella discesa del paziente, discesa servoassistita o comunque ammortizzata. Inoltre dovranno presentare caratteristiche ergonomiche tali da permettere, anche quando abbassate, un facile accesso alle varie funzioni del letto
- Comandi integrati nelle sponde laterali, più a comando a pulsante e comando a pedale bilaterale alto-basso / basculamento

- Possibilità di esclusione delle funzioni dei comandi paziente
- Display LCD touchscreen
- Schienale radiotrasparente, con vassoio porta lastre
- di facile pulizia e disinfezione, senza vincoli a prodotti dedicati
- Carico di lavoro in sicurezza di almeno 250 Kg
- Ruote antitraccia, antistatiche, gemellate del diametro non inferiore a 150 mm piroettanti e frenabili, con comando posto sui due lati del letto e allarme per letto non frenato
- Elevata protezione contro acqua e polveri
- Accessori:
 - tutto quanto necessario a garantire il trasporto facile e sicuro del letto
 - astasollevamalati con trapezio regolabile in altezza con portata adeguata per il sollevamento
 - asta porta flebo sagomata a più ganci telescopica, in grado di supportare sia flebo che pompe di infusione.
 - supporto porta bombole
 - tavolino lato piedi
 - Luce notturna di cortesia
 - bilancia integrata al letto conforme alla direttiva 2014/31/UE (NAWI)
 - cavo di collegamento al nodo equipotenziale

Garanzia 24 mesi

Base d'asta € 203.000,00 I.V.A. non compresa comprendente fornitura e contratto assistenza tecnica 72 mesi post garanzia

Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare (**entro il 08/10/2021**) a questa Amministrazione, l'interesse alla partecipazione alla procedura sottosoglia per l'assegnazione della fornitura dichiarando la capacità tecnica di fornire le apparecchiature complete delle caratteristiche sopra indicate.

Tale richiesta dovrà pervenire esclusivamente . via PEC all'indirizzo protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: *"Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura **"PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N.20 LETTI PER TERAPIA INTENSIVA PER LE UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG 8914019130"***

Si precisa che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 18:00 del 22/10/2021

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale il giorno 30/09/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ares Michieletti


Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e S. Guolo tel 0425393655.