



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO  
Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297  
**P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it**

**U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica**

Direttore Uoc Dr. Roberto Banzato  
Ref. Paola Bertazzo

Tel. 0425-393944 – fax 0425-3693641  
e.mail [paola.bertazzo@aulss5.veneto.it](mailto:paola.bertazzo@aulss5.veneto.it)

Rovigo, li 22/09/2021

Prot. n. 83766 RB/al

**AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE PER L'AVVIO PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI "CATETERE A PALLONCINO CORONARICO" E DI "STENT CORONARICO", PER IL PERIODO DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI 3 MESI.**

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, ha avviato la procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e smi sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. – Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti della Regione Lombardia **ID 145667332/2021** con l'operatore economico Boston Scientific SpA, per la fornitura di "Catetere a palloncino coronarico" e di "Stent coronarico", per il periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile per 3 mesi, per l'importo complessivo annuale presunto di € 29.400,00 (Iva non compresa) come di seguito indicato:

Quantità annua	Dispositivo medico	CATETERE A PALLONCINO CORONARICO, TIPO: "WOLVERINE CUTTING BALLOON"
20	Caratteristiche tecnico cliniche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catetere a palloncino coronarico a configurazione monorail dotato di 3 o 4 aterotomi (microlame che vengono estroflesse durante il gonfiaggio del pallone) montati longitudinalmente sulla superficie esterna del pallone e in grado di effettuare microincisioni della placca fibro-calcifica e consentire una dilatazione controllata;</li> <li>• Aterotomi in acciaio dotati di punta in flessione ("Flex-Point") posizionati ogni 5 mm per incrementare la flessibilità;</li> <li>• Ridotto profilo di ingresso (<math>\leq 0.017</math> inch) e di crossing (rivestimento idrofilico Z-Glide TM sul corpo del catetere che facilita la navigabilità del dispositivo nell'anatomia coronarica);</li> <li>• Lunghezze del pallone da 6 a 15 mm, diametri del pallone da 2 a 4 mm.</li> </ul>

Importo annuo presunto di € 15.000,00, Iva non compresa;

Quantità annua	Dispositivo medico	STENT CORONARICO, TIPO: "SINERGY MEGATRON"
30	Caratteristiche tecnico cliniche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stent coronarico premontato in lega di platino-cromo a rilascio di Everolimus, caratterizzato da un rivestimento abluminale in farmaco/ polimero bioassorbibile montato su un sistema di rilascio monorail;</li> <li>• piattaforma dello stent progettata per l'impianto in vasi prossimali e di grosso calibro (tronco comune), con una capacità di sovraespansione del diametro nominale fino a 6,0 mm di diametro per tutte le misure;</li> <li>• design con basso carico polimerico, ridotto spessore del rivestimento abluminale (4 micron) e rapido bioassorbimento del polimero a 4 mesi (tecnologia SYNCHRONY™);</li> <li>• spessore delle maglie di 89 micron;</li> <li>• lunghezze da 8 a 32 mm, diametri da 3,5 a 5 mm.</li> </ul>

Importo annuo presunto € 14.400,00 Iva non compresa;

**Motivazione del presente Avviso:**

Con il presente Avviso si intende avviare un'indagine di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quello individuato e sopra indicato, vi siano altri Operatori Economici presenti sul mercato che possano fornire "catetere a palloncino coronarico" e "stent coronarico" con le caratteristiche sopra indicate o equivalenti.

Si invitano pertanto gli operatori economici, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di gara, espletata tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia ([www.sintel.regione.lombardia.it/](http://www.sintel.regione.lombardia.it/)), a chiedere di essere invitati, tramite pec: **protocollo.aulss5@pecveneto.it**, **entro e non oltre il giorno 04/10/2021 alle ore 12,00** riportando nell'oggetto:

***"Avviso volontario per la trasparenza ex ante per affidamento fornitura di catetere a palloncino coronarico e di stent coronarico".***

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il termine previsto per la presentazione delle offerte è il giorno 11/10/2021 alle ore 13,00.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 0425/393944), e-mail: [paola.bertazzo@aulss5.veneto.it](mailto:paola.bertazzo@aulss5.veneto.it)

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale [www.aulss5.veneto.it](http://www.aulss5.veneto.it) – sezione Bandi il giorno 22/09/2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Paola Bertazzo

