



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Rovigo 10/11/2021

Direttore: Dr. Roberto Banzato

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it)

Prot. n. **100831** RB/am

PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER

**“PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 21 MONITOR PER LA REFERTAZIONE DI ESAMI RADIOLOGICI PER LA U.O.C. DI RADIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG 8937670E98”**

**ID n 147368065**

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito **indicate**:

#### **Caratteristiche generali dei monitor**

- 2 monitor a scala di grigi / colore (per la mammografia) da 5MP
- Le altre stazioni con monitor singoli da 6 MP a colore
- Dimensione dei display (almeno 21 pollici per i monitor di mammografia e 30 pollici per i rimanenti)
- I monitor da 6 MP configurabili a schermo diviso (3+3 MP)
- La coppia di monitor dovrà essere cromaticamente accoppiata (stessa temperatura colore)
- Differenza percentuale della luminanza massima tra i due monitor inferiore al 10%
- Luminosità calibrata di almeno 500 cd/m2 per la mammografia
- Luminosità calibrata di almeno 400 cd/m2 per gli altri monitor
- Deviazione della luminanza massima inferiore al 30%
- Sistema di correzione dell'uniformità del pannello
- Scheda grafica dello stesso fornitore del display
- Vetro frontale protettivo del pannello
- Supporto regolabile in altezza e inclinazione
- Garanzia FULL RISK minima di 5 anni (su tutta la fornitura: scheda grafica e display che permetta, gestisca la calibrazione dei monitor secondo la curva Dicom GSDF e display)
- Garanzia di funzionamento di 20.000 ore
- Sistema di calibrazione e controllo QA (locale e web), comprensivo di sensore integrato, personalizzabile a seconda della destinazione d'uso (comprensiva del servizio di installazione,

configurazione e di tutte le licenze necessarie al controllo completo da remoto e per collegare i prodotti offerti e training per il personale della Fisica Sanitaria)

- Tempi di consegna 30 gg solari
- Assistenza tecnica e manutenzione di tipo full risk
- giornate di formazione
- Certificato CE DM 93/42, o successive (I monitor devono essere riconosciuti come dispositivi medici)
- La Ditta dovrà fornire compresa nella fornitura n.1 coppia di display muletto che dovrà risiedere presso l'Azienda ULSS 5 Polesana, ufficio Tecnico

Base d'asta € 125.000,00 (I.V.A. non compresa)

Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare (**entro il 18/11/2021**) a questa Amministrazione, l'interesse alla partecipazione alla procedura sottosoglia per l'assegnazione della fornitura dichiarando la capacità tecnica di fornire le apparecchiature complete delle caratteristiche sopra indicate.

Tale richiesta dovrà pervenire esclusivamente . via PEC all'indirizzo [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it), riportando nell'oggetto: *"Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura " N. 21 MONITOR PER LA REFERTAZIONE DI ESAMI RADIOLOGICI PER LA U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ROVIGO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA. CIG 8937670E98"*

**Si precisa che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 18:00 del 30/11/2021**

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale il giorno 10/11/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650.