



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Rovigo 22/10/2021

Direttore: Dr. Roberto Banzato

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.ulss5@pecveneto.it

Prot. n. 94740 RB/am

PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER

“PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA PER LA FORNITURA E LA MANUTENZIONE FULL RISK DI 48 MESI POST PERIODO DI GARANZIA DI 24 MESI DI ATTREZZATURE DIVERSE PER L'U.O.C. DI OCULISTICA DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA. CIG 8905096DAE”

ID n. 146780412

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito **indicate**:

Rif. 1 Tonometro a rimbalzo

Tonometro portatile per la diagnosi precoce e controllo del glaucoma, con peso non superiore ai 200 gr. e dotato di luce verde/rossa in grado di segnalare l'asse corretto per l'esame. Adatto per screening di massa poiché rapido, indolore, senza la necessità dell'uso di colliri, né di competenze specialistiche. Utilizzabile anche nei soggetti non collaboranti ed in posizione supina.

Rif. 2 Autorefrattometri/Cheratometri computerizzati

- Ampio range di misurazione dei poteri refrattivi (-30/+25D sferiche; fino a +/- 12D cilindriche)
- Ampio range di misurazione dei parametri corneali (+25, o o/+ 67, 50 poteri refrattivi, +/- 12 potere cilindrico)
- Misurazione di valori sagittali (25° dal centro, superiori, inferiori, temporali e nasali)
- Completo di autoshooting e eyetracker attivo
- Rilevazioni anche con diametro pupillare di 2,00 mm
- Possibilità di comparare i valori refrattivi centrali e quelli periferici
- Rilevazione dei valori refrattivi attraverso la tecnologia a diodo super luminescente (SLD)
- Mentoniera elettrica integrata
- Monitor LCD inclinabile
- Stampante termica
- Interfacciabile con forometro computerizzato

Rif. 3 lampada a fessura con stereovariatore per l'indagine del fondo oculare con sistema digitale di acquisizione immagini

- o sistema di illuminazione dall'alto a luce LED bianca
- o microscopio a 5 ingrandimenti
- o completa di filtri blu, verde e grigio
- o stereo-variatore per indagine del fondo oculare
- o filtro giallo incorporato
- o predisposte per installazione su riunito e complete di mentoniera
- o complete di tonometro ad appianazione digitale
- o monitor 4K da 55 Pollici
- o PC con monitor sa 28 pollici

Rif. 4 Autorefrattometro/Cheratometro/Pneumotometro/Pachimetro all in one

- o Illuminazione con diodo super luminescente e telecamera CCD ad alta sensibilità
- o Misurazioni tonometriche eseguite con il metodo della mira ad anello
- o Ampio range di misurazione pachimetrica (300-800 micron)
- o Pachimetria senza contatto
- o Calcolo automatico del valore IOP compensato
- o Joystic per allineamento flessibile
- o Misurazione oggettiva del potere accomodativo
- o Doppio anello di misurazione
- o Immagine in retroilluminazione per l'osservazione delle opacità
- o Intervallo di misurazione autoref: sfero -30 a + 25, cilindro da 0 a +12/-12
- o Intervallo di misurazione tonometro: da 1 a 60 mmgh
- o Display LCD a colori da almeno 7 pollici orientabile
- o Dotato di stampante termica

Rif. 5 oftalmoscopio binoculare indiretto

Rif. 6 oftalmoscopio diretto

Base d'asta € 150.000,00 I.V.A. non compresa

Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare (**entro il 28/10/2021**) a questa Amministrazione, l'interesse alla partecipazione alla procedura sottosoglia per l'assegnazione della fornitura dichiarando la capacità tecnica di fornire le apparecchiature complete delle caratteristiche sopra indicate.

Tale richiesta dovrà pervenire esclusivamente . via PEC all'indirizzo protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: *“Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura **“PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA PER LA FORNITURA E LA MANUTENZIONE FULL RISK DI 48 MESI POST PERIODO DI GARANZIA DI 24 MESI DI ATTREZZATURE DIVERSE PER L'U.O.C. DI OCULISTICA DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA. CIG 8905096DAE”**”*

Si precisa che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 18:00 del 10/11/2021

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale il giorno 20/07/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dot. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e S. Guolo tel 0425393655.

