

Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO
Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297

P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it

Prot. n. 72354 del 13/08/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N.1 ANGIOGRAFO PER L'U.O.S. DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA ENDOLUMINALE CARDIOVASCOLARE DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG 880228535F

QUESITI / RISPOSTE / CHIARIMENTI

QUESITO n.1

Facendo riscontro alla Vostra risposta del quesito 26 del 28.07.2021, si chiede di confermare che i manuali siano solo da presentare in formato elettronico in piattaforma in fase di gara e che la dizione "FORMA CARTACEA" relativo alla console di comando sia un refuso.

RISPOSTA

si conferma che i manuali possono essere presentati in formato elettronico in piattaforma in fase di gara ma che al momento del collaudo dovranno essere consegnati in "FORMA CARTACEA".

QUESITO n.2

In riferimento alla voce "Torretta per ingresso catetere ICE ditta Boston per invio immagini all'LMD" riportata nel "CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA E LA MANUTENZIONE DI N. 1 ANGIOGRAFO PER L'U.O.S. DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA ENDOLUMINALE CARDIOVASCOLARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ROVIGO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA - Art. 2 Caratteristiche tecniche - Accessori", si chiede di specificare se risulta necessario offrire il sistema Boston Ice ed in quale configurazione, come ad esempio con installazione fissa oppure carrellata; oppure se sia necessario fornire soltanto un modulo di interfacciamento che permetta di replicare il segnale video del sopra citato sistema, di cui siete già in possesso, sul Large Monitor Display LMD. In caso la richiesta facesse riferimento al solo modulo di interfacciamento, si chiede inoltre di fornirne le specifiche tecniche e le caratteristiche funzionali.

RISPOSTA

La sala angiografica dovrà essere corredata del sistema Boston Ice con installazione integrata (non carrellata) e non sarà ritenuta adeguata l'offerta del solo modulo di interfacciamento che permetta semplicemente la replicazione del segnale video.

QUESITO n.3

Con la presente, in virtù della proroga dei termini di partecipazione e delle risposte ai chiarimenti siamo a chiedere quanto segue: Nell'Allegato 4 Capitolato Tecnico Angiografo leggiamo della necessità di prevedere in offerta un "software dedicato che permetta di misurare la riserva coronarica in modo non invasivo sfruttando il dato derivato dall'angiografia". Considerando che sul mercato sono disponibili software di ditte diverse da Medis Medical Imaging che permettano una valutazione fisiologica ed anatomica dell'estensione e del grado di malattia coronarica senza la necessità dell'utilizzo di device invasivi o della somministrazione di adenosina intracoronarica e che consentano di ridurre i rischi per il paziente ed i costi procedurali, si chiede se sia possibile offrire un software di una ditta diversa da Medis in grado di garantire le prestazioni richieste.

RISPOSTA:

Si conferma che la sala angiografica dovrà presentare un software dedicato che permetta di misurare la riserva coronarica in modo non invasivo sfruttando il dato derivato dall'angiografia. A questo proposito si specifica che sarà possibile offrire un software di una ditta anche diversa da Medis in grado di garantire le prestazioni richieste e che presenti una documentazione tecnico-scientifica (che sarà oggetto di specifica valutazione da parte della commissione valutatrice) tale da garantire, a questo specifico scopo, almeno la non inferiorità rispetto alle prestazioni garantite dalla ditta Medis.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ares Michieletti

