



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Rovigo 31/03/2022

Direttore: Dr. Roberto Banzato

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Prot. n. 30139 RB/am

AVVISO INDAGINE DI MERCATO E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE PROCEDURE SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER

“LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA PER L’U.O.S.D. CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ADRIA DELL’AZIENDA ULSS 5 POLESANA”

Si rende noto che l’Azienda ULSS 5 Polesana, intende procedere a SPECIFICA Indagine di Mercato per quanto sopra indicato con le seguenti caratteristiche:

Le apparecchiature devono essere costituite da:

- n° 2 tapis roulant medicali certificati con protocolli di test massimali e sub- massimali
- n° 3 cyclette medicali certificate con protocolli di test massimali e sub-massimali
- n° 1 Upper Body Ergometer medicale certificata con protocolli di test massimali e sub-massimali

TAPIS ROULANT

- di tipo medicale certificato
- dimensioni max 225 cm x 100 cm
- compatibile fino ad peso utente di almeno 200 Kg
- possibilità di connessione di rete
- display con alta visibilità anche con codifica di colori per facilitare l’utilizzo di pazienti con ridotte capacità visive
- presenza di segnali acustici per l’inizio e/o la fine dell’esercizio
- presenza di interruttore di emergenza con la possibilità anche di collegarlo al paziente
- manopole facili da raggiungere permettendo ai pazienti di regolare velocità e pendenza mantenendo sempre una postura corretta
- presenza di dispositivo per rilevamento utente che comporti l’arresto del nastro se il nastro è in movimento senza che nessuno vi cammini o corra
- possibilità di raggiungere un’inclinazione fino al 18%
- possibilità di variare automaticamente le di modalità di lavoro a frequenza cardiaca costante, in base al target di frequenza cardiaca indicata all’inizio dell’esercizio
- possibilità di personalizzazione e salvataggio di profili di allenamento
- compatibile e collegabile con elettrocardiografi e/o con strumenti di test esterni per il test da sforzo e per il consumo massimo di ossigeno

- presenza di una adeguata libreria di protocolli di test massimali e sottomassimali (Bruce test, Bruce modificato, Naughton test, Balke e Ware test, ecc...)
- facilità di pulizia e manutenzione (eventualmente anche con indicatore o segnalatore di manutenzione preventiva)

CYCLETTE

- di tipo medicale certificato
- dimensioni max 125 cm x 65 cm
- compatibile fino ad peso utente di almeno 170 Kg
- possibilità di connessione di rete
- display con alta visibilità anche con codifica di colori per facilitare l'utilizzo di pazienti con ridotte capacità visive
- presenza di segnali acustici per l'inizio e/o la fine dell'esercizio
- regolazione del sellino in altezza e in senso antero-posteriore
- manubrio versatile con possibilità di posizione diverse
- pedali confortevoli e sicuri
- possibilità di avere anche pedivelle regolabili
- possibilità di variare automaticamente le modalità di lavoro a frequenza cardiaca costante, in base al target di frequenza cardiaca indicata all'inizio dell'esercizio
- potenza frenante fino almeno a 500 watt
- possibilità di personalizzazione e salvataggio di profili di allenamento
- compatibile e collegabile con elettrocardiografi e/o con strumenti di test esterni per il test da sforzo e per il consumo massimo di ossigeno
- presenza di una adeguata libreria di protocolli di test massimali e sottomassimali e anche di protocolli personalizzabili
- facilità di pulizia e manutenzione (eventualmente anche con indicatore o segnalatore di manutenzione preventiva)

UPPER BODY ERGOMETER

- di tipo medicale certificato
- dimensioni max 160 cm x 75 cm
- compatibile fino ad un peso utente di almeno 170 Kg
- possibilità di connessione di rete
- display con alta visibilità anche con codifica di colori per facilitare l'utilizzo di pazienti con ridotte capacità visive
- presenza di segnali acustici per l'inizio e/o la fine dell'esercizio
- sellino regolabile e con supporto lombare
- utilizzabile anche da pazienti in carrozzina
- manici telescopici regolabili

- possibilità di variare automaticamente le modalità di lavoro a frequenza cardiaca costante, in base al target di frequenza cardiaca indicata all'inizio dell'esercizio
- potenza frenante fino almeno a 500 watt
- doppia modalità di resistenza in senso orario e antiorario
- multipli livelli di difficoltà
- possibilità di personalizzazione e salvataggio di profili di allenamento
- presenza di una adeguata libreria di protocolli di test massimali e sottomassimali (Ergoline, Trackmaster, C-safe ecc) e anche di protocolli personalizzabili
- facilità di pulizia e manutenzione (eventualmente anche con indicatore o segnalatore di manutenzione preventiva)

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

Come caratteristica migliorativa la possibilità di salvare su supporto esterno (pendrive o altro supporto) i dati personali del paziente e i parametri di esercizio eseguiti o raggiunti, potendo così avviare l'allenamento senza dover inserire ogni volta tali dati sullo strumento.

Garanzia 24 mesi full risk

Valore presunto affidamento € 50.000,00 + I.V.A. 22%

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 10.04.2022**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: *"Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura di attrezzature per la riabilitazione cardiologica per la U.O.S.D. Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Adria DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG 91590775771"*

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it).

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. *Ares Michieletti*


Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e S. Guolo tel 0425393655.