



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO
Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297
P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it

U.O.C. Provveditorato Económico e Gestione della Logistica

Direttore Uoc Dr. Roberto Banzato
Ref. Paola Bertazzo

Tel.0425-393944 – fax 0425-3693641
e.mail paola.bertazzo@aulss5.veneto.it

Rovigo, lì 21/03/2022

Prot. n. 26723 PB/pc

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE PER L'AVVIO AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO (PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI) TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER IRRIGAZIONE RISCALDATA PER ENDOSCOPIA UROLOGICA TIPO ENDOFLOW PER UOC UROLOGIA DI ROVIGO.

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, ha avviato la procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e smi sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. – Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti della Regione Lombardia **ID 152327611**, per la fornitura di “**Sistema per irrigazione riscaldata per endoscopia urologica tipo endoflow**” per UOC Urologia Rovigo, per il periodo di 24 mesi, per l'importo complessivo biennale presunto di €. 38.500,00 (Iva non compresa).

Descrizione fornitura:

Il sistema si compone di:

- ✓ n. 1 Pompa di irrigazione/aspirazione in noleggio;
- ✓ n. 400/biennio set per le alte vie;
- ✓ Assistenza tecnica full risk e assistenza specialistica per il sistema per irrigazione;
- ✓ Formazione del personale addetto all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- presenza di camera doppia di pressurizzazione e riscaldamento, con pompa peristaltica d'aspirazione (230V/50Hz);
- mantenimento della pressione isostatica costante;
- capacità della camera di sacche standard da 1 a 3 L;
- prestazioni in termini di range di pressione di irrigazione compresi tra 0 e 1000 mbar, di velocità di aspirazione fino a 290mL/min e di temperatura di riscaldamento di 38°C;
- da utilizzare in combinazione con i set di irrigazione e aspirazione (separati) monouso e sterili dotati di 2 spike, connettore universale per endoscopi e luer lock maschio ruotabile.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, pubblicata nella piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.sintel.regione.lombardia.it) **ID 152327611**, potranno chiedere di essere invitati, **entro e non oltre il giorno 01/04/2022 alle ore 12,00** tramite PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it – riportando nell'oggetto: “*Avviso pubblico gara per la fornitura di un Sistema per irrigazione riscaldata per endoscopia urologica tipo endoflow per la UOC Urologia Rovigo*”.

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il termine previsto per la presentazione delle offerte è il giorno 08/04/2022 alle ore 12,00.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 0425/393944), e-mail: paola.bertazzo@aulss5.veneto.it

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale www.aulss5.veneto.it – sezione Bandi il giorno 21/03/2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Paola Bertazzo

