

U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Rovigo 12/04/2022

Direttore: Dr. Roberto Banzato

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it)

Prot. n. 34662 RB/am

**AVVISO INDAGINE DI MERCATO E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE PROCEDURE SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER**

**“LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO PAZIENTE CENTRALIZZATO WIRELESS PER LA U.O.S.D. CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ADRIA DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA”**

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, intende procedere a SPECIFICA Indagine di Mercato per quanto sopra indicato con le seguenti caratteristiche:

**RETE WIRELESS DEDICATA COMPRESA NELLA FORNITURA**

Tutte le telemetrie dovranno essere dotati di funzionalità wireless e dovrà essere prevista la copertura dell'intera area dell'area sotto indicata. Sarà onere della Ditta aggiudicataria fornire apparati di rete quali access point wireless, posizionare cavi di rete, cablare i cavi rete wifi, certificare la rete di tipo medicale, switch POE da mettere nell'armadio rete di piano.

**N. 6 TRASMETTITORI TELEMETRICI** con le seguenti caratteristiche:

- Display a colori da almeno 2.5”, con funzionalità touch-screen, in grado di visualizzare i dati e le forme d'onda di una o più tracce
- Leggero e resistente alle cadute e ai liquidi
- Monitoraggio ECG fino a 12 derivazioni e comunque con almeno 8 derivazioni non ricostruite
- SpO2
- Software analisi Aritmie Ventricolari, Sopraventricolari e Fibrillazione Atriale
- Analisi del Tratto ST, dell'intervallo QT/QTc
- N. 12 batterie ricaricabili agli ioni di litio e relativo caricabatterie

**N.1 CENTRALE DI MONITORAGGIO** basata su P.C. di ultima generazione, con sistema operativo ancora con supporto di casa madre, con architettura di ultima generazione e hard disk tipo di elevata capacità, in grado di gestire almeno 10 posti letto (espandibili a 32) con schermo a colori di ampie dimensioni (almeno 27”), Hard disk SSD, e stampante laser jet. In grado di:

- Memorizzazione e riesame fino a 7 giorni di dati di monitoraggio
- Modulo HL7 per importazione e esportazione dati alla cartella clinica regionale
- Modulo WEB per la consultazione remota
- Visualizzare contemporaneamente tutti i posti letto e riprodurre integralmente gli schermi di

ciascunmonitor

- Visualizzare e gestire, su almeno 3 diversi livelli d' importanza diversa, tutti gli allarmi provenienti dai monitor collegati in rete
- Creare configurazioni specifiche di trend, allarmi, eventi, per tipologia di paziente (cardiaco, ventilatorio, emodinamico, ecc.)
- Memorizzare in forma continua (funzione tipo holter) per almeno 48 ore, tre o più forme d'onda a piacere (ECG, Respiro, Polso, Pressioni Invasiva, etc.) per ciascun paziente
- Memorizzare gli allarmi, i trend e gli eventi più significativi per almeno 48 ore di tutti i pazienti monitorizzati con richiamo delle relative forme d'onda
- Essere dotata di esportazione automatica dei dati in formato standard HL7 per eventuale collegamento alla cartella clinica o alla memorizzazione dei dati a lungo termine
- Stampante Laser

**N. 1 CLIENT DELLA CENTRALE** basata su P.C. di ultima generazione, con S.O. ancora supportato da casa madre, con schermo a colori di ampie dimensioni (almeno 27"), con le stesse funzionalità della Centrale Principale:

#### **Garanzia 24 mesi full risk**

**Valore presunto affidamento € 60.000,00 + I.V.A. 22%**

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 22.04.2022**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it), riportando nell'oggetto: *"Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura di un sistema di monitoraggio paziente centralizzato wireless per la U.O.S.D. Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Adria DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA"*


Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia ([www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)).

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dot. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e S. Guolo tel 0425393655.