



Rovigo, 10/05/2022

Prot. n. **43387**

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI, CONTROLLI, CALIBRATORI E VEQ PER ESECUZIONE TEST PROCALCITONINA IN REGIME DI URGENZA H24, CON UTILIZZO DELLA CATENA "ROCHE" GIÀ IN USO, PER LA UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA PER IL PERIODO DI TRE ANNI. CIG 9178475D2B

ID SINTEL 153340105

- Risposte ai QUESITI pervenuti alla data del 09/05/2022 -

Quesito 1)

Si chiede di confermare che la fornitura deve comprendere, per tutta la durata del contratto e a titolo gratuito, anche il materiale di consumo necessario per la corretta esecuzione del test Procalcitonina sulla piattaforma strumentale così come indicato a pag. 1 e 2 del Capitolato d'Oneri.

Risposta 1)

Si conferma che la fornitura dovrà comprendere, per tutta la durata del contratto e a titolo gratuito, anche il materiale di consumo necessario per la corretta esecuzione del test Procalcitonina sulla piattaforma strumentale.

Quesito 2)

- a) Si chiede come i 28.000 test previsti in capitolato siano da ripartire tra i tre presidi di Rovigo, Adria e Trecenta.
- b) Si chiede se i 28.000 test previsti siano comprensivi delle determinazioni per calibrazioni, controlli e VEQ oppure se tali determinazioni debbano essere aggiunte.

Risposta 2)

Si precisa che:

- a) la ripartizione, indicativa, dei test tra i presidi dell'A. Ulss 5 Polesana è la seguente:

Presidio Ospedaliero di Rovigo:	50% dei test;
Presidio Ospedaliero di Adria:	25% dei test;
Presidio Ospedaliero di Trecenta:	25% dei test;
- b) come indicato nel Capitolato di gara, i reagenti per calibrazioni, controlli interni, VEQ e ripetizioni, dovranno essere forniti, per i 3 laboratori, a titolo gratuito, in aggiunta ai 28.000 test annui richiesti.

**Quesito 3)**

Si chiede di confermare che, laddove, nei requisiti minimi sono richiesti "Reagenti, calibratori e controlli pronti all'uso e con riconoscimento con barcode" ci si riferisce esclusivamente al reagente e non ai calibratori e controlli.

Risposta 3)

Si comunica che, per mero errore materiale, nei requisiti minimi è stato richiesto di fornire "reagenti, calibratori e controlli pronti all'uso e con riconoscimento con barcode". Si precisa, che l'indicazione "pronti all'uso" è da riferirsi ai soli reagenti, mentre i calibratori e controlli possono essere forniti anche liofilati e con barcode.

Quesito 4)

In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto a pag. 13 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che l'elenco delle forniture da fornire sono quelle relative al settore analogo all'oggetto di gara ovvero del settore immunochimica.

Risposta 4)

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto a pag. 13 del Disciplinare di gara, si conferma quanto indicato nel Disciplinare stesso: "L'operatore economico deve attestare il possesso del seguente requisito di capacità professionale e tecnica ex art. 83, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: Forniture di reagenti, controlli, calibratori e Veq".

Quesito 5)

In riferimento al punto 20) dell'Allegato 2 "Istanza di partecipazione", si chiede di confermare che il riferimento a "Azienda Ulss 18" sia un refuso e che debba essere sostituito con "Azienda ULSS 5 Polesana".

Risposta 5)

Si conferma che il riferimento a "Azienda Ulss 18", al punto 20 dell'Allegato 2, è un refuso e pertanto deve essere sostituito con "Azienda Ulss 5 Polesana".

Tutti i concorrenti dovranno prendere visione delle **risposte ai quesiti** e tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano presentato richiesta.

IL RUP
Dott. Roberto Banzato

