



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Rovigo 23/11/2021

Direttore: Dr. Roberto Banzato

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Prot. n. 105093

PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER

“PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA PER LA FORNITURA N. 6 LETTI BILANCIA PER L'U.O.C. EMODIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRECENTA DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG Z6D30767B5”

ID n. 147839001

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito indicate:

Caratteristiche tecniche minime

Caratteristiche tecniche minime

- Letto bilancia a lettura peso digitale omologato con certificato di approvazione CE ai sensi della direttiva 2014/31/UE. In tale certificato dovrà leggersi il nome del letto bilancia offerto.
- Portata minima superiore a 150Kg
- Div.50g/100g
- Visore peso con led luminosi visibili a distanza
- Display completo di scheda RS232 integrata
- Tara automatica e manuale
- Piano rete regolabile in altezza tramite colonne motorizzate
- Struttura in acciaio inox anche opportunamente trattato, considerato che dette strutture vengono giornalmente a contatto con soluzione saline anche ipertoniche. Si chiede esplicita dichiarazione di conformità al presente requisito.
- Letto diviso in quattro sezioni con tripla articolazione di cui sezioni torace e bacino motorizzate con movimenti indipendenti
- Trendelenburg e antitrendelenburg, tramite colonne motorizzate
- Dotazione di sponde laterali anche semisponde a scomparsa per l'accesso agevole del paziente
- Sblocco rapido dello schienale, per favorire la manovra RCP
- Spalle immediatamente asportabili

- Dotato di n. 4 ruote piroettanti di 150 mm di diametro, con sistema frenante, in materiale anti-elettrostatico. Posizioni selezionabili: freno totale, libero, ruota direzionale.
- Presenza di spazio libero sotto la base del letto di almeno 16 cm nella parte centrale per permettere l'utilizzo dei solleva-paziente.
- Pediera asportabile, testiera asportabile
- Spalle con maniglione di spinta ergonomico, integrato
- Tavolino estraibile sulla pediera porta monitor
- Consolle comando ad uso esclusivo del personale e pulsantiera in uso al paziente con chiave/dispositivo inibizione comandi
- Sistema di sblocco rapido d'emergenza dello schienale con azzeramento del piano rete e posizionamento del paziente all'altezza minima per massaggio cardiaco.
- Bilancia: Classe C3, con celle di carico ai 4 angoli del letto, tara in modalità automatica e manuale a sottrazione prima e durante la dialisi, divisione minima 50g 50/100g (con lettura con doppia scala), visualizzatore elettronico del peso tramite display e batteria interna
- N.1 asta da infusione telescopica da inserire negli alloggiamenti angolari. Dotata di 4 ganci in metallo
- Staffa con maniglione. Asta removibile solleva-paziente con maniglia solleva-paziente
- Letti forniti completi di bracciolo esterno regolabile in altezza, inclinabile bilateralmente, stabile con superficie ampia ed adeguatamente imbottiti e rivestiti con materabile idrorepellente, antimacchia e sanificabile
- Letto completo di pianetto ribaltabile posto sulla pediera.
- **Tutti i letti offerti devono possedere le uscite software per SINED**

Base d'asta € 18.000,00 I.V.A. non compresa

Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare (**entro il 06/12/2021**) a questa Amministrazione, l'interesse alla partecipazione alla procedura sottosoglia per l'assegnazione della fornitura dichiarando la capacità tecnica di fornire le apparecchiature complete delle caratteristiche sopra indicate.

Tale richiesta dovrà pervenire esclusivamente . via PEC all'indirizzo protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: *“Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura **“PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA PER LA FORNITURA N. 6 LETTI BILANCIA PER L'U.O.C. EMODIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRECENTA DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG Z6D30767B5”**”*

Si precisa che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 18:00 del 16/12/2021

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale il giorno 23/11/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e S. Guolo tel 0425393655.