



PROCEDURA di gara sottosoglia ai sensi ex art. 36 comma 2 lettera B) del D.LGS 50/2016 e s.m.i., mediante piattaforma telematica Aria Sintel, per l'affidamento della Fornitura di Raccoglitori di urina suddivisi in 3 lotti per il periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi. ID SINTEL 1510471033/2022.

VERBALE 2
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 22/04/2022, alle ore 14:30, presso la UOC Farmacia Ospedaliera di Rovigo, Viale Tre Martiri, 140, si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione della qualità delle offerte della procedura di gara ID 1510471033/2022, tramite Piattaforma Sintel.

Il Presidente preso atto della regolare costituzione della Commissione, dà lettura del verbale n. 1 del 08/04/2022 e, assieme ai componenti della Commissione stessa, procede all'esame dettagliato delle valutazioni preliminari della documentazione tecnica e della campionatura presentata per i lotti e le imprese di seguito indicate:

LOTTO	IMPRESE CONCORRENTI
n. 1 SISTEMI DI RACCOLTA URINA NON STERILI A CIRCUITO CHIUSO	<input type="checkbox"/> BENEFIS SRL <input type="checkbox"/> CLINI-LAB SRL <input type="checkbox"/> SECURMED SPA
n. 2 SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI	<input type="checkbox"/> BENEFIS SRL <input type="checkbox"/> CLINI-LAB SRL <input type="checkbox"/> SECURMED SPA
n. 3 RACCOGLITORE PICCOLO PER DRENAGGIO DI LIQUIDI BIOLOGICI, STERILE SVUOTABILE	<input type="checkbox"/> COLOPLAST SPA

La Commissione procede quindi ad attribuire il punteggio qualità alle offerte presentate, facendo riferimento a quanto stabilito nel Lettera di invito e alla Tabella di valutazione qualitativa, dettagliatamente riportata nell'allegato n. 1 al presente verbale.

Il punteggio totale di qualità ottenuto dalle Imprese concorrenti risulta quindi essere il seguente:

Lotto 1: SISTEMI DI RACCOLTA URINA NON STERILI A CIRCUITO CHIUSO

IMPRESA CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' 70/70
BENEFIS SRL	NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO NEL CAPITOLATO SPECIALE: Sub B: il tubo di collegamento è di lunghezza inferiore rispetto a quanto richiesto da capitolato. Limita gli spostamenti dell'operatore al letto del paziente durante le operazioni di collegamento e scollegamento.
CLINI-LAB SRL	NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO NEL CAPITOLATO SPECIALE: Sub B: il tubo di collegamento è di lunghezza inferiore rispetto a quanto richiesto da capitolato. Limita gli spostamenti dell'operatore al letto del paziente durante le operazioni di

	collegamento e scollegamento .
SECURMED SPA	58/70

Lotto 2: SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI


IMPRESA CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' 70/70
BENEFIS SRL	70/70
CLINI-LAB SRL	70/70
SECURMED SPA	70/70

Lotto 3: RACCOGLITORE PICCOLO PER DRENAGGIO DI LIQUIDI BIOLOGICI, STERILE SVUOTABILE


IMPRESA CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' 70/70
COLOPLAST SPA	70/70

Alle ore 16:15 il Presidente dispone la chiusura dei lavori e dispone di trasmettere tutti gli atti al RUP per i seguiti di competenza

I COMPONENTI
Dott. Oscar Sakwe Otte



Dott.ssa Ilenia Munerato



IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Cavalieri

