



Rovigo, li 19/12/2023

## **AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA KIT (APPARECCHIATURE / DISPOSITIVI) FINALIZZATI AL TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE PER IL POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA NELL'AMBITO DEL PNRR**

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, intende avviare una procedura telematica, per la fornitura di n. 50 KIT (Apparecchiature / Dispositivi Medici) finalizzati al telemonitoraggio domiciliare per il potenziamento della Centrale Operativa Domiciliare (COT) dell'Azienda ULSS 5 Polesana nell'ambito dei finanziamenti PNRR, per l'importo presunto di € 90.000,00 IVA. non compresa con le caratteristiche tecniche sottoriportate:

- Dispositivi di automisurazione dei parametri vitali per pazienti adulti (eventualmente anche pediatrici) sottoposti a telemonitoraggio domiciliare, in grado di monitorare i seguenti parametri vitali alle specifiche minime indicate e tenendo presente che ciascun kit dovrà indirizzare le seguenti rilevazioni di parametri vitali:
  - **Pressione arteriosa (NIBP)**
    - Intervallo di misura (range indicativo):
      - Pressione sistolica: 60-230 mmHg
      - Pressione diastolica: 40-130 mmHg
    - Accuratezza:  $\pm 3$  mmHg
  - **Saturazione di ossigeno (SpO<sub>2</sub>)**
    - Intervallo di misura (range indicativo): 70 - 100 %
    - Accuratezza:  $\pm 3$  % da 80% a 100%
  - **Frequenza cardiaca**
    - Intervallo di misura (range indicativo): 40-180 bpm
    - Accuratezza:  $\pm 5$  %
  - **ECG ad una derivazione**
    - Capacità di rilevazione di ritmi irregolari
    - Campionamento:  $\geq 120$  Hz
    - Filtro di soppressione delle interferenze
    - Tensione di calibrazione: 1 mV  $\pm 5$ %
  - **Temperatura**
    - Intervallo di misura (range indicativo): 28-42 °C
    - Accuratezza:
      - 35-42°C:  $\pm 0,2$ %
      - < 35°C:  $\pm 0,4$ %

□ **Frequenza respiratoria**

- Intervallo di misura (range indicativo): 5-35 brpm

□ **Peso**

- Intervallo di misura (range indicativo): 20 - 150 kg;
- Accuratezza:
  - <40 kg  $\pm$  0,4 kg
  - > 40 kg  $\pm$  1%

La fornitura dovrà comprendere all'interno di ogni kit di device medicali anche un terminale smartphone o tablet con specifiche allineate a quelle attualmente in commercio (sistema operativo corrispondente almeno ad una sola versione precedente rispetto all'ultima rilasciata, processore, memoria, connettività Wi-Fi, cellulare LTE 4G, bluetooth, ecc.).

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 09/01/2024**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo e-mail [ares.michieletti@aulss5.veneto.it](mailto:ares.michieletti@aulss5.veneto.it), riportando nell'oggetto: *"Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura telematica, per la fornitura di KIT (APPARECCHIATURE / DISPOSITIVI) finalizzati al telemonitoraggio domiciliare per il potenziamento della Centrale Operativa Territoriale dell'Azienda ULSS 5 Polesana nell'ambito dei finanziamenti PNRR,"*

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite MEPA di Consip S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura in argomento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dr. Ares Michieletti dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ares Michieletti  


Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e A. Raimondi tel 0425393945.