

Lotto 1 tests ancillari morfo-Funzionali							
Rif.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	TIPO CRITERIO	Leica Microsystems S.r.l.		Roche Diagnostics S.p.A.	
				COEFFICIENTE E MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE E MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO
1	Metodologia di verifica, tramite sensori, dei livelli dei volumi dei reagenti all'atto dell'effettuazione dei test	10,00	"D"	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto	10,00	0.4. sufficiente. La verifica del livello dei reagenti è effettuata solo tramite software e non anche tramite sensore	4,00
2	Grado di completezza dell'offerta di anticorpi Sarà oggetto di valutazione la completezza dell'offerta relativa agli ulteriori anticorpi eccedenti gli anticorpi già indicati come requisito minimo (90% minimo).	10,00	"D"	1.00 ottimo. L'impresa dichiara il 100%	10,00	0.2 scarso. L'impresa dichiara il possesso del 91% degli anticorpi richiesti. Inoltre non vengono offerti i test frequentemente utilizzati, come indicato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'allegato 1.b del capitolato d'oneri: CKMNF 116, BCL-1, SMARCA4	2,00
3	Possibilità della strumentazione offerta di eseguire test FISH con kit standardizzati e automatizzati dei seguenti marcatori ALK, ROS, HER2, MYC, BCL2, BCL6, MDM2.	5,00	"D"	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto	5,00	0,2 scarso. Viene confermata la possibilità di eseguire i test opzionali richiesti, ma non viene fornita nessuna indicazione di carattere tecnico. Le schede prodotte in sede di soccorso procedimentale, non possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, in quanto non ammissibile soccorso istruttorio sull'offerta tecnica.	1,00
4	Grado di automatismo del sistema di caricamento in gruppi o a carica continua in considerazione del flusso di lavoro del laboratorio: caricamento in singolo vetro: 5 punti caricamento in singolo e in gruppi: 10 punti	15,00	"Q"	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto	15,00	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto	15,00
5	Tempo medio di esecuzione dei singoli test, anche in considerazione dell'attività del personale Tecnico dedicato	5,00	"D"	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto	5,00	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto	5,00
6	Flessibilità nella gestione contemporanea di protocolli di colorazione multipla: sarà valutata la capacità del sistema offerto relativamente alla possibilità di protocolli di colorazione in campo chiaro, in campo scuro, con doppia colorazione (es. DAB e RED); con Multiplex (>di 2 coloranti).	5,00	"D"	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto	5,00	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto	5,00
7	Caratteristiche dell'assistenza tecnica comprensiva di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, tempi di intervento; formazione del personale	5,00	"D"	0,4.L 'offerta corrisponde A quanto richiesto in capitolato.	2,00	0,4.L 'offerta corrisponde A quanto richiesto in capitolato.	2,00
8	Modalità di raccolta/smaltimento dei liquidi reflui con separazione tra tossico e non tossico: sarà oggetto di valutazione la capacità del sistema di gestire lo smaltimento dei rifiuti.	5,00	"D"	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto. Prevista separazione tossico/non tossico	5,00	0.2 scarso. Non è prevista la separazione tra tossico e non tossico, inoltre i bidoni di raccolta da 20 litri sono poco maneggevoli	1,00
9	Numero Anticorpi pronto uso: sarà valutato il numero di anticorpi prediluiti pronti all'uso: ≥ 70% = punti 10; da 40% -70% = punti 7; <40% = punti 3.	10,00	"Q"	1.00 ottimo. Il numero di anticorpi prediluiti offerti è > 70% (85% sul 100% degli anticorpi richiesti)	10,00	1.00 ottimo. Il numero di anticorpi prediluiti offerti è > 70% (95,3% sul 88,52% degli anticorpi richiesti)= 84,36%	10,00
				TOTALE PUNTEGGIO non riparametrato >>>	67,00	TOTALE PUNTEGGIO non riparametrato >>>	45,00
	TOTALE PUNTEGGIO (CRITERIO 1+2+3+4+5+6+7+8+9)	70,00		TOTALE PUNTEGGIO riparametrato >>>	70,00	TOTALE PUNTEGGIO riparametrato >>>	47,01

Lotto 2 tests prognostico-predittivi					
Rif.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	TIPO CRITERIO	Roche Diagnostics S.p.A.	
				COEFFICIENTE E MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO
1	Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura proposta	30,00	"D"		22,00
1.A)	sarà la valutata la modalità di raccolta/smaltimento dei liquidi reflui	10,00	"D"	0.2 scarso. Non è prevista la separazione tra tossico e non tossico, inoltre i bidoni di raccolta da 20 litri sono poco maneggevoli	2,00
1.B)	Sistema di Caricamento dell'apparecchiatura proposta: sarà valutato il sistema di caricamento e di recupero in continuo dei vetrini durante la seduta analitica.	20,00	"D"	1.00 ottimo. il caricamento continuo è ottimo in considerazione della tipologia dei tests prognostico-predittivi che hanno un flusso di lavoro a caso singolo	20,00
2	Esecuzione di test prognostico/predittivi da parte della strumentazione offerta	20,00	"D"		20,00
2.A)	sarà valutata in particolare la possibilità di eseguire sullo strumento offerto test IHC ad ISH di farmaco-diagnostica di elevato valore clinico prognostico/predittivo, certificati e validati sullo strumento offerto, in completa automazione	15,00	"D"	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto	15,00
2.B)	sarà valutata la capacità della strumentazione di eseguire indagini ISH DNA- RNA in campo chiaro	5,00	"D"	1.00 ottimo. L'offerta corrisponde in maniera ottimale al criterio richiesto	5,00
3	Grado di completezza dell'offerta di anticorpi: sarà oggetto di valutazione la completezza dell'offerta relativa agli ulteriori anticorpi eccedenti gli anticorpi già indicati come requisito minimo (90% minimo).	15,00		0,8 Buono. L'impresa dichiara 18 su 20 anticorpi (90%)	12,00
4	Servizio di assistenza tecnica: sarà valutata l'organizzazione del servizio di assistenza tecnica offerto relativamente ai servizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, tempi di intervento, formazione del personale	5,00	"D"	0,4.L 'offerta corrisponde A quanto richiesto in capitolato.	2,00
	TOTALE PUNTEGGIO (CRITERIO 1 + 2 + 3 + 4)	70,00		TOTALE PUNTEGGIO >>>	56,00

RF
EC
G