



SINTEL ID 176436100 - PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO, COMPRENSIVO DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE E DI IBRIDAZIONE IN SITU PER DIAGNOSTICA MORFO FUNZIONALE E PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARAMETRI PROGNOSTICO PREDITTIVI, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER LA UOC ANATOMIA PATOLOGICA, PER IL PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI.

Lotto 1 CIG A02E3E0140 - "tests ancillari morfo-Funzionali"

Lotto 2 CIG A02E40716F - "tests prognostico-predittivi"

VERBALE N. 2

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA QUALITÀ (art. 93 del D.Lgs. 36/2023)

Il giorno 11 del mese di marzo 2024, alle ore 14:30, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione della qualità delle offerte pervenute a seguito della pubblicazione degli atti di gara con il disciplinare prot.n. 109175 del 21/11/2023 per la fornitura in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1492 del 08/11/2023.

La Commissione, nominata con Deliberazione n. 252 del 21/02/2024, risulta così composta:

1	Presidente	Dott.ssa Laura Camilla Lisato	Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica
2	Componente	Dott.ssa Elisa Canova	Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica
3	Componente	Dott. Claudio Sorgato	Tecnico di laboratorio UOC Anatomia Patologica

I sopra indicati Commissari, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e smi, confermano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile, dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e smi, dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13 e dell'art. 1, punto 1.3 del Codice di comportamento dei dipendenti adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1769 del 39/12/2023.

Il Presidente, preso atto della regolare costituzione della Commissione, richiama il Verbale n. 1 in data 04/03/2024.

Nella riunione odierna la Commissione prosegue i lavori con l'esame delle offerte tecniche delle Imprese Roche Diagnostics S.p.A. e Leica Microsystems S.r.l. verificando la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato d'Oneri.

La Commissione Giudicatrice, dall'analisi della documentazione tecnica presentata dall'Impresa Roche Diagnostics S.p.A. – Lotto 1, e come previsto dal Disciplinare di gara in tema di “soccorso procedimentale” ex L. 241/1990 e s.m.i., ha individuato la necessità di chiarire l'interpretazione relativamente ai seguenti punti dell'offerta in esame:

- 1) pagina 13 della RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE, corrispondente al punto 4) PARAMETRI DI VALUTAZIONE, ove si citano i Criteri di Valutazione Lotto 2 - "Tests diagnostico predittivi" invece di considerare il lotto 1 in esame;

- risulta opportuno e necessario verificare che trattasi di verosimile refuso in quanto i sottostanti parametri sono correttamente riportati come da Lotto 1.

- 2) nel Capitolato d' Oneri è richiesto che le ditte partecipanti, dovranno offrire almeno il 90% degli anticorpi richiesti (allegato 1.B al Capitolato d'Oneri), intese come tipologia.

Nella RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE LOTTO 1, pag 14, Parametro 2 (grado di completezza dell'offerta tecnica) l'Impresa Roche riporta quanto segue: *"Si conferma che gli anticorpi offerti sono 111 sui 122 richiesti nell'allegato al Capitolato d'Oneri 1.B, con una percentuale del 91%"*.

Tuttavia La Commissione rileva che nell'allegato n. 25 di Roche per il Lotto 1 - Offerta n. G23117/1/o104908-P0063656 del 12/01/2024 -, pagine 2 e 3, non sono presenti i seguenti test da noi richiesti nell'Allegato 1B al Capitolato d'oneri Lotto 1:

(Alpha-Methylacyl-CoA Racemase, BCL-1 ckMNF116, CMV Probe, DBA44, Herpesvirus Type 8, IgA, NUT, PDL1 22c3, SMARCA4, SMARCB1 (INI-1), STAT6, TLE-1, Parafibromin (CDC73) - 14 tests su 122, pertanto trattasi di una offerta di 108 tests su 122 pari al 88,52% (inferiore al requisito minimo); è necessario che l'impresa Roche confermi:

- a) la presentazione di almeno il 90% degli anticorpi richiesti, fra quelli di cui all'allegato 1.B al Capitolato d'Oneri, confermando gli anticorpi forniti:

- delle due l'una, o si conferma che gli anticorpi offerti sono 111 (ovvero 91%) su 122 oppure si conferma che sono 108 (ovvero 88,52%) su 122 essendo uno dei due dati un refuso;

- b) confermi la fornitura del test OCT3/4 e che l'indicazione di offerta relativa al test OCT4 è solo un refuso oppure indicare l'equivalenza del prodotto offerto a quello richiesto;



- 3) nell'allegato n.25 di Roche per il Lotto 1 - Offerta n. G23117/1/o104908-P0063656 del 12/01/2024 -, pagina 4 -Prodotti opzionali Sonde per test fish ALK, ROS, HER2, MYC, BCL2, BCL6, la lista risulta vuota;

- si chiede pertanto di indicare in quale parte dell'offerta tecnica, documento, allegato o altro, sono rinvenibili i prodotti opzionali richiesti da Capitolato d'oneri.

Verrà quindi richiesto al RUP di gara di trasmettere la richiesta dei chiarimenti interpretativi sopra evidenziati, all'Impresa Roche Diagnostics S.p.A., - assegnando alla stessa un breve termine di riscontro.

Alle ore 17:00 il Presidente dispone la chiusura dei lavori.

Nella prossima seduta si proseguirà con l'esame della documentazione tecnica.

Presidente	Dott.ssa Laura Camilla Lisato	
Componente	Dott.ssa Elisa Canova	
Componente	Dott. Claudio Sorgato	