



SINTEL ID 176436100 - PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO, COMPRENSIVO DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE E DI IBRIDAZIONE IN SITU PER DIAGNOSTICA MORFO FUNZIONALE E PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARAMETRI PROGNOSTICO PREDITTIVI, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER LA UOC ANATOMIA PATOLOGICA, PER IL PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI.

Lotto 1 CIG A02E3E0140 - "tests ancillari morfo-Funzionali"

Lotto 2 CIG A02E40716F - "tests prognostico-predittivi"

VERBALE N. 4

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA QUALITÀ (art. 93 del D.Lgs. 36/2023)

Il giorno 15 del mese di maggio 2024, alle ore 14:30, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione della qualità delle offerte pervenute a seguito della pubblicazione degli atti di gara con il disciplinare prot.n. 109175 del 21/11/2023 per la fornitura in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1492 del 08/11/2023.

La Commissione, nominata con Deliberazione n. 252 del 21/02/2024, risulta così composta:

1	Presidente	Dott.ssa Laura Camilla Lisato	Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica
2	Componente	Dott.ssa Elisa Canova	Dirigente Medico UOC Anatomia Patologica
3	Componente	Dott. Claudio Sorgato	Tecnico di laboratorio UOC Anatomia Patologica

I sopra indicati Commissari, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e smi, confermano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile, dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e smi, dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13 e dell'art. 1, punto 1.3 del Codice di comportamento dei dipendenti adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1769 del 39/12/2023.

Il Presidente, preso atto della regolare costituzione della Commissione, richiama il Verbale n. 3 del 23/04/2024.

Come previsto dal Verbale n. 3 del 23/04/2024, sopra richiamato, e come richiesto al RUP, con nota di pari data, con ulteriore note dello stesso RUP, protocolli diversi, n. 38794, e n. 38796 30/04/2024,

   1

trasmessi tramite Piattaforma SINTEL con comunicazione ID prot. n 180946135, si è provveduto a richiedere, alle Imprese Roche Diagnostics S.p.A. e Leica Microsystems S.r.l. rispettivamente:

- a Roche Diagnostics S.p.A. la conferma dell'adesione dell'offerta tecnica a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri, in particolare:
 - a pag. 22, *"(...) devono essere previsti almeno 2 (due) interventi revisione annuale per ogni apparecchiatura. Deve essere fornito un programma definitivo di manutenzione preventiva ordinaria (comprensiva di controlli di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti), concordato con l'Unità Operativa utilizzatrice dell'Azienda Ulss 5 Polesana"(...)"*;
 - a pag. 23, *"(...) L'appaltatore dovrà garantire tempi e modalità di intervento per assistenza tecnica in caso di eventuali avarie del sistema, ed in particolare: assistenza tecnica in sede e/o on line tramite collegamento da remoto tramite VPN o telefonico in orario lavorativo, 6 giorni su 7 entro 24 ore solari e consecutive dalla chiamata di assistenza per qualsiasi tipo di intervento (sia per problematiche non bloccanti sia per interventi che interrompano l'attività diagnostica)(...)"*;
- a Leica Microsystems S.r.l. la conferma dell'adesione dell'offerta tecnica a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri, in particolare a pag. 23, *"(...) L'appaltatore dovrà garantire tempi e modalità di intervento per assistenza tecnica in caso di eventuali avarie del sistema, ed in particolare: assistenza tecnica in sede e/o on line tramite collegamento da remoto tramite VPN o telefonico in orario lavorativo, 6 giorni su 7 entro 24 ore solari e consecutive dalla chiamata di assistenza per qualsiasi tipo di intervento (sia per problematiche non bloccanti sia per interventi che interrompano l'attività diagnostica)(...)"*.

La Commissione prende atto che, nei termini e con le modalità richieste, le Concorrenti:

- Roche Diagnostics S.p.A., con nota ID 183233552 del 06/05/2024, trasmessa tramite Piattaforma Sintel, ha positivamente riscontrato la nota del RUP, prot. n. 38794 del 30/04/2024, confermando l'adesione della propria offerta tecnica alle parti del Capitolato d'oneri, pagg. 22 e 23, come indicate dalla stessa richiesta del RUP;
- Leica Microsystems S.r.l. con note ID 183186277 e 183186381 del 03/05/2024, trasmesse tramite Piattaforma Sintel, ha positivamente riscontrato la nota del RUP, prot. n. 38796 del 30/04/2024, confermando l'adesione della propria offerta tecnica alle parti del Capitolato d'oneri, pag. 23, come indicato dalla stessa richiesta del RUP.

La Commissione pertanto:

- preso atto delle risultanze del soccorso procedimentale;
- richiamati quindi i verbali n. 1, n. 2 e n. 3, delle precedenti sedute, verificata quindi la regolarità e completezza della documentazione tecnica presentata dalle Imprese Roche Diagnostics S.p.A. e Leica Microsystems S.r.l. e verificato il possesso dei requisiti minimi previsti;

ritenuto di aver acquisito tutti gli elementi necessari, in relazione alla documentazione agli atti, procede ad attribuire il punteggio qualità alle Concorrenti, facendo riferimento a quanto stabilito nel disciplinare di gara e come dettagliatamente riportato nella Tabella di valutazione qualitativa, allegato n.1 al presente verbale.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente risulta quindi essere il seguente:

Lotto 1 - "tests ancillari morfo-Funzionali"

Impresa concorrente	Punteggio riparametrato
Leica Microsystems S.r.l.	70,00
Roche Diagnostics S.p.A.	47,01

Lotto 2 - "tests prognostico-predittivi"





Impresa concorrente	Punteggio non riparametrato
Roche Diagnostics S.p.A.	56,00

La Commissione Giudicatrice dà atto che, relativamente al Lotto 2, essendo oggetto di valutazione una sola offerta valida, non si è proceduto alla riparametrazione del punteggio attribuito alla qualità, come previsto dal Disciplinare di gara prot. n. 109175 del 21/11/2023.

Nella prossima riunione della Commissione, si procederà con l'esame dell'offerta economiche delle Imprese concorrenti Roche Diagnostics S.p.A. e Leica Microsystems S.r.l., entrambe ammesse al prosieguo di gara.

Alle ore 15:45 il Presidente dispone la chiusura dei lavori.

Presidente	Dott.ssa Laura Camilla Lisato	
Componente	Dott.ssa Elisa Canova	
Componente	Dott. Claudio Sorgato	