



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Direttore Ing. Antonietta Perrone

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Rovigo 23/01/2024

Prot. n. 6855 ET/am

**PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER
“LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO PER LA U.O.C. UTIC DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI ROVIGO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA”**

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito **indicate**:

n. 9 monitor multi parametrici

I monitor multiparametrici dovranno essere dotati di sw specifici per utilizzo in rianimazione e su pazienti adulti pediatrici e neonatali, collegati alla centrale di monitoraggio, con le seguenti caratteristiche:

- Display TFT da 19” ad alta risoluzione touch-screen, modulari per la visualizzazione di almeno 8 tracce
- Lettore bar code
- Ciascun monitor dovrà essere dotato di modulo da trasporto con maniglia, display da almeno 5,5” touch-screen e batteria con autonomia di almeno 3 ore, di peso e dimensioni contenute, con elevato grado di protezione da liquidi e polveri (indicare grado IP) costruito con materiale resistenti agli agenti chimici per garantire un elevato grado di disinfezione, in grado di monitorare i seguenti parametri (anche durante il trasporto) :
 - ECG a 12 derivazioni reali
 - N.2 Pressioni Invasive
 - SpO2 con algoritmo originale Masimo
 - N.1 Temperatura
 - Pressione Non Invasiva
- Ciascun monitor dovrà memorizzare i trend grafici e tabellari di tutti i parametri monitorizzati per almeno 48 ore con allarmi acustici e visivi su livelli di gravità diversi
- Ciascun monitor dovrà poter eseguire e memorizzare i calcoli di emodinamica, ventilazione, ossigenazione
- Essere in grado di visualizzare i dati, gli allarmi e le forme d’onda che provengono da altri monitor in rete
- Ciascun monitor dovrà essere collegato alla centrale di monitoraggio mediante rete cablata standard ethernet TCP/IP
- Sistemi di aggancio, bracci e relativi supporti inclusi nella fornitura a parete

Compresi nella fornitura dovranno essere forniti :

- N.3 EtCo2 per pazienti intubati e non intubati

n.1 Centrali di monitoraggio

Ogni centrale di monitoraggio, basata su p.c. , con architettura di ultima generazione e hard disk di elevata capacità (preferibilmente SSD), deve poter gestire almeno 9 posti letto, con 2 display a colori LCD TFT di ampie dimensioni (almeno 24") ad alta risoluzione, dotata di stampante laser da posizionare sul bancone.

La centrale di monitoraggio deve possedere le seguenti caratteristiche prestazionali e tecniche:

- La centrale deve visualizzare contemporaneamente tutti i posti letto, e riprodurre integralmente gli schermi di ciascun monitor;
- Creare configurazioni specifiche di trend, allarmi, eventi, per tipologia di paziente (cardiaco, ventilatorio, emodinamico, ecc,)
- Memorizzare in forma continua (funzione tipo holter) per almeno 6 giorni, tre o più forme d'onda a piacere (ECG, Respiro, Polso, Pressioni Invasiva, etc.) per ciascun paziente.
- Protocollo di comunicazione standard (ethernet TCP/IP);
- Configurabilità manuale e automatica delle curve da visualizzare dei singoli pazienti;
- Impostazioni allarmi su diversi livelli, categorie aritmiche e analisi tratto ST del singolo paziente dalla centrale;
- Il sistema dovrà essere dotato di stampante laser ad alte prestazioni;
- Possibilità di visualizzare tutti i monitor multi parametrici oggetto di fornitura
- Essere dotata di esportazione automatica dei dati in formato standard HL7 per eventuale collegamento alla cartella clinica o alla memorizzazione dei dati a lungo termine (La Ditta potrà proporre soluzioni equivalenti / alternative per realizzare l'integrazione HL7)

n.9 PC a parete con funzionalità estese per l'utilizzo degli applicativi Aziendali

- ✓ A fianco del monitor di grado **medicale** dedicato al rilevamento dei parametri vitali (posto letto) dovrà essere fornita una workstation, con ampio display (almeno 19") e completa di tastiera e mouse lavabili, con funzionalità per l'interconnessione alla lan Aziendale attraverso i principali Browser (Internet Explorer, Firefox) per l'utilizzo degli applicativi Aziendali del sistema SIO esempio (Cartella Clinica, Esami di Laboratorio, Order Entry, Ris, Sistema di Elettrocardiografia, ecc.).
- ✓ In grado di ripetere i segnali del monitor multiparametrico
- ✓ Interfaccia di comunicazione per il collegamento alla rete LAN tipo Ethernet
- ✓ Il sistema deve essere conforme alle normative di sicurezza 93/42/CEE e dotato di Marchio CE.
- ✓ Braccio di supporto per fissaggio a parete

Garanzia full risk 24 mesi

L'aggiudicatario dovrà a propria cura e spese provvedere all'installazione di tutta la fornitura

Materiale di consumo per due anni

Valore presunto affidamento € 195.000,00 + I.V.A. 22%

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 07.02.2024**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: *"Avviso volontario per partecipazione alla procedura sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura di n.1 Sistema di monitoraggio per la U.O.C. UTIC del Presidio Ospedaliero di Rovigo dell'Azienda ULSS 5 Polesana"*

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.aria.regione.lombardia.it).

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento pe i solo fatto di aver partecipato alla presente manifestazione di interesse.

La risposta alla presente indagine di mercato non vincola né impegna in alcun modo l'Azienda ULSS 5 Polesana nei confronti degli operatori economici partecipanti, che pertanto non potranno vantare alcun titolo, pretesa, referenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e A. Raimondi tel 0425393945.