



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO

Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297

P.E.C. [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it)

Prot. n 42961 del 13/05/2024

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 1 ECOGRAFO PER LA U.O.C. NEUROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ROVIGO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA CIG B16F0B72F4**

**QUESITI / RISPOSTE / CHIARIMENTI / PRECISAZIONI**

**QUESITO n.1**

Si chiede di confermare la necessità di " n. 1 sonda micro-convex ad alta frequenza preferibilmente da 15-20 Mhz per lo studio del nervo periferico" o la fornitura di "n. 1 sonda lineare o lineare hockey stick ad alta frequenza per lo studio del nervo periferico".

**RISPOSTA:**

**Trattasi di refuso la sonda richiesta è la seguente "sonda micro-lineare ad alta frequenza preferibilmente da 15-20 Mhz per lo studio del nervo periferico".**

**QUESITO n.2**

La sonda ecografica Mindray più adatta in Neurologia per l'ecografia del nervo periferico, dell'arteria temporale e dell'arteria oftalmica , con prestazioni superiori ad una micro-convex, è una micro-lineare modello L20-5s con banda di frequenze da 6 a 23 MHz. Chiediamo pertanto di poter offrire nella configurazione principale, come equivalente alla richiesta del capitolato, la sonda Mindray L20-5s e, come opzionale, la sonda micro-convex Mindray C11-3s

**RISPOSTA:**

**Si veda risposta al quesito n. 1**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ares Michieletti