



PROCEDURA SOTTOSOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, PER LA FORNITURA DI KIT CONTROLLO QUALITÀ SUI RADIOFARMACI, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, PER IL PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 12 MESI.

GARA SIMOG N. 9432535

CHIARIMENTI

A tutte le Imprese

**Quesito 1)**

**Chiediamo gentilmente di chiarificare, relativamente al LOTTO 1.10, se trattasi di kit per controllo di qualità su TETROFOSMINA MYOVIEW e non ROTOP e che dunque trattasi di refuso.**

**Risposta 1)**

Si conferma il kit- controllo qualità purezza radiochimica per il farmaco "tetrofosmina-ROTOP" attualmente in uso (aggiudicazione gara Regionale).

**Quesito 2)**

**Relativamente al LOTTO 1.12 chiediamo se è possibile presentare prodotto avente range di pH 0-14, quindi superiore e migliorativo rispetto a quanto richiesto.**

**Risposta 2)**

Si conferma la richiesta di soluzione tampone a PH4 e PH7, finalizzate alla taratura dello strumento PHmetro.

05/12/2023

IL R.U.P.

Maria Teresa Merlo