



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Direttore Ing. Antonietta Perrone

Rovigo 29/08/2024  
Prot. n. 77015 AP/am

### AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

**OGGETTO:** Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza ex ante per la fornitura di n. 6 Sistemi per compressione toracica completo di garanzia 24 mesi di tipo full risk per l'Azienda ULSS 5 Polesana, per un importo complessivo di spesa presunto di € 60.000,00 (Iva non compresa).

#### CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

OGGETTO: I 6 sistemi per compressione toracica tipo "lucas" dovranno essere forniti completi di ogni accessorio (eventuali carrello, supporti, adattatori, cavi di connessione, UPS, Trasformatore di isolamento, supporti, adattatori, cavi di connessione, applicativi software, stampante etc...) che sia necessario per la completa fruibilità delle prestazioni descritte nella presente scheda, ancorché non espressamente richiesto nel presente documento e/o esplicitamente incluso nell'offerta economica.

Ciascuno di tali accessori, se presente, dovrà rispondere pienamente alle norme vigenti nel settore elettromedicale.

Di seguito le caratteristiche tecniche minime dei 6 sistemi:

- Dovranno effettuare compressioni toraciche efficaci nel rispetto nelle linee guida RCP, internazionali AHA e ERC più recenti;
- Applicazione rapida e semplice;
- Compressione mediante pistone con ventosa
- Grado di protezione IP 43
- Switch rapido tra soccorritore e dispositivo;
- Sistema di autocalibratura sul paziente con applicazione anche automatica della ventosa su paziente, laddove la tecnologia utilizzata sia a ventosa;
- In grado di svolgere la giusta compressione (circa tra i 4.5 e i 5.3 cm);
- In grado di effettuare avvisi acustici RCP da 1 a 15 minuti
- In grado di effettuare avvisi di ventilazione, durata della pausa e conteggio regolabili
- Abbassamento automatico del pistone
- Rilascio della piattaforma di compressione per consentire il sollevamento del torace durante la ventilazione;
- Interfaccia utente semplice ed immediata;
- Profondità e frequenza delle compressioni conformi alle attuali norme in materia di rianimazione;
- Utilizzabile su paziente adulto e pediatrico;
- Dotato di batteria ricaricabile che ne consenta l'utilizzo continuativo per almeno 45 minuti; 10. Dotato di memoria interna scaricabile per registrazione degli eventi;
- Dotato di sistema che evidenzia allarmi e/o errori;
- Dotato di apposita valigetta per il sicuro trasporto;
- Dimensioni e peso esigui così da garantirne la massima trasportabilità;
- Dovrà produrre dei report post evento.

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **16 settembre 2024**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it), (ed in copia all'indirizzo e-mail [alberto.lunardi@aulss5.veneto.it](mailto:alberto.lunardi@aulss5.veneto.it), riportando nell'oggetto: "Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura telematica, per la fornitura di n. 6 Sistemi per compressione toracica completo di garanzia 24 mesi di tipo full risk per l'Azienda ULSS 5 Polesana"

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (<https://www.ariaspa.it>).

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana.

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per l'espletamento della procedura in argomento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Dr. Ares Michieletti dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03, del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 101 del 10 agosto 2018.

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale il giorno 29/08/2024.

Il Responsabile del Progetto

Dott. Ares Michieletti

