



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO  
 Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297  
**P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it**  
**U.O.C. Provveditorato Economato e**  
**Gestione della Logistica**  
 Direttore Uoc Ing. Antonietta Perrone  
 Ref. Rag. Francesco Callegari  
 Tel.0425-393655 – fax 0425-3693641  
 e.mail: [francesco.callegari@aulss5.veneto.it](mailto:francesco.callegari@aulss5.veneto.it)

Rovigo, li 26/09/2024

Prot. n. 85594 PB/fc  
 (riferimenti da citare nella risposta)

**OGGETTO:** Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. e) del D.Lgs n. 36/2023 per la fornitura di Kit medicazione per Emodialisi.

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, ha avviato la procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell'Art. 50 C. 1 lett. e) del D.Lgs n. 36/2023, per l'importo complessivo biennale presunto di € 180.000,00 (Iva non compresa) per la fornitura di Kit medicazione per emodialisi come di seguito specificato:

**LOTTO 1:**

**KIT ATTACCO/STACCO EMODIALISI CON FAV (FISTOLA ARTERO-VENOSA)**

Descrizione lotto	Fabbisogni biennali
SUB A) Kit attacco / stacco Fav contenente sostanze antimicrobiche	18.000
SUB.B) Traversa assorbente 60x60	10.000

**Caratteristiche tecniche minime:**

**A) KIT STERILI**

- 1 traversa assorbente cin 60x40 a tre strati (TNT ipoallergenico, FLUFF assorbente di pul'a cellulosa, Polietilene atossico impermeabile), capacità di assorbimento almeno 11 .2 g/g
- 2 confezioni con 5 garze cotone 7,5x7,5 cm - 8 strati 6 cerotti pretagliati in seta cm 15x2,5 cm
- 1 laccio emostatico a nastro in nitrile latex free
- 2 bende elastiche premifistola con tampone con pellicola antiaderente e provvista di cerotto di fissaggio ad una estremità
- 2 tamponi multistrato con pellicola antiaderente diametro cin 2,6
- 2 tamponi 2,4x2,4 cm con pellicola a rilascio di sostanze antimicrobiche
- Ogni 1000 kit devono essere consegnate n° 100 (cento) Klemmer stringi tubo in PVC (senza costi aggiuntivi)

**B) TRAVERSE ASSORBENTI STERILI CM 60X60 IN CONFEZIONE SINGOLA**

- Traversa impermeabile multistrato (TNT ipoallergenico, FLUFF assorbente di pura cellulosa, Polietilene atossico impermeabile), capacità di assorbimento almeno 11.2 g/g.

**LOTTO 2:**

**KIT ATTACCO/STACCO PER CATETERE VENOSO CENTRALE (CVC STERILIZZATO CON RAGGI GAMMA) CON MEDICAZIONE A RILASCIO DI SOSTANZE ANTIMICROBICHE**  
**Fabbisogni biennale: 19.000**

**Ogni 1000 kit devono essere consegnate senza costi aggiuntivi):**

- n° 100 (cento) Klemmer stringi tubo in PVC in abbinamento ai kit
- n° 200 (duecento) fiale di tauridina + citrato (4%) da 5 ml

**Ogni kit dovrà essere composto da un kit attacco e da un kit stacco completamente separati con le seguenti caratteristiche tecniche minime:**

### **KIT ATTACCO (INIZIO DIALISI)**

- 1 telino TNT +Pe cm 40x60 con taglio 8cm e foro diametro 2 cm capacità di assorbimento almeno 9gg con adesivo ipoallergenico sul lato craniale
- 1 confezione con 4 garze cotone 7.5x7.5 – strati
- 1 mascherina in carta traspirante a 2 strati c/elastici latex free

### **KIT STACCO (FINE DIALISI)**

- 1 telino TNT + Pe cin 40x60 con taglio 8 cm e foro diametro 2 cm, capacità di assorbimento almeno 9 g/g con adesivo ipoallergenico sul lato craniale
- 1 confezione con 4 garze cotone 7,5x7,5 – 8 strati
- 1 mascherina in cava traspirante a 2 strati c/elastici latex free
- 2 tappini per chiusura catetere imbustati singolarmente non perforabili
- 1 tasca di protezione catetere delle seguenti misure: cm 20x15x7 con applicata medicazione a rilascio di sostanze antimicrobiche e parte della tasca con adesivo ipoallergenico che ne consenta l'apertura/chiusura per ispezione del sito di inserzione del CVC.

### **LOTTO 3: MEDICAZIONE PER EXIT-SITE CON PELLICOLA ANTIADERENTE A RILASCIO DI SOSTANZE ANTIMICROBICHE**

**Fabbisogno biennale: 1.000**

#### **Caratteristiche tecniche minime:**

- pretagliata per la fuoriuscita del catetere
- Applicata su cerotto traspirante in TNT
- Rivestito da gel adesivo ipoallergenico a base siliconica

### **LOTTO 4:**

#### **DISPOSITIVO PER LA PROTEZIONE DEL EXIT-SITE (dalle infezioni)**

**Fabbisogno biennale: 4.000**

#### **Caratteristiche tecniche minime:**

- tasca impermeabile chiusa su 4 lati (verifica in valutazione pratica)
- provvista di foro adesivo per il fissaggio alla cute
- disponibile anche con sistema di apertura/chiusura sul lato inferiore
- dimensioni dell'apertura 11 x 13 cm
- deve garantire la tenuta in tutte le operazioni che comportino il contatto con l'acqua, inclusa l'immersione (verifica in valutazione pratica)

Si chiede pertanto agli operatori economici, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di gara, che sarà espletata tramite la piattaforma Sintel, avviata successivamente alla scadenza del presente avviso, di manifestare interesse ad essere invitati, tramite pec: [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it), e, contestualmente, tramite email a [francesco.callegari@aulss5.veneto.it](mailto:francesco.callegari@aulss5.veneto.it), **entro e non oltre il giorno 04/10/2024 alle ore 12,00** riportando nell'oggetto:

“Avviso volontario fornitura Kit emodialisi”

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 0425/393655), e-mail: [francesco.callegari@aulss5.veneto.it](mailto:francesco.callegari@aulss5.veneto.it)

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale [www.aulss5.veneto.it](http://www.aulss5.veneto.it) – sezione Bandi il giorno 26/09/2024.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Rag. Paola Bertazzo

