



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Direttore Ing. Antonietta Perrone
Tel. 0425/394650
Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Rovigo 12/04/2024

Prot. n. 33779 AP/am

**PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER
“FORNITURA DI N. 1 TAVOLO OPERATORIO PER LA S.O. DELLA U.O.C. OSTETRICIA E
GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ADRIA DELL'AZIENDA ULSS 5
POLESANA”**

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito **indicate**:

Tavolo operatorio con le seguenti caratteristiche:

- Tavolo operatorio mobile multidisciplinare a piani fissi
- Carico massimo supportabile in posizione centrale maggiore di 400Kg, e comunque non inferiore a 250Kg in tutte le posizioni assumibili;
- Cuscini ad elevata proprietà antidecubito;
- Ruote orientabili, coperte (per evitare infiltrazioni di liquidi e sporco) e sollevabili automaticamente
- Basamento in grado di garantire la maggiore stabilità possibile (superficie di appoggio a terra più ampia possibile);
- Possibilità di sblocco manuale delle ruote in caso di emergenza;
- Basamento in acciaio INOX, facilmente spostabile con regolazione movimenti alto/basso, trendelburg/antitrend, tilt bilaterale
- Piano chirurgico in acciaio inox con movimentazione motorizzata della sezione schiena, della sezione gambe, e fornito di spostamento longitudinale
- Piano gambe a 4 sezioni, trasformabili in inginocchiatoio per posizione genupettorale.
- Ampia finestra radiotrasparente lungo tutto il piano;
- Possibilità di ampliamento con moduli aggiuntivi;
- Sezioni del piano ad aggancio rapido, senza viti di serraggio (ad innesto frontale)
- Possibilità di inversione sezioni testa/piedi
- Funzionamento a batterie ricaricabili con controllo elettronico della ricarica e sistema di ricarica interno alla colonna;
- Escursione verticale maggiore possibile;
- Altezza minima del piano operatorio (comprese le coperture) di circa 60 cm, o comunque la più bassa possibile;
- Trandelenburg/Antitrendelenburg (circa $\pm 30^\circ$) e posizione di azzeramento automatico;
- Inclinazione laterale almeno $\pm 20^\circ$
- Traslazione longitudinale elettrificata di almeno 300 mm
- Pulsantiera wireless dotata di display, ricaricabile e completo di carica batterie;

- Possibilità di memorizzare posizioni di lavoro del tavolo operatorio, e visualizzazione dei gradi di inclinazione operativa del piano;
- Pulsantiera di emergenza a cavo dotata di display;
- Cuscini facilmente asportabili per una completa pulizia del piano e dei cuscini stessi;

ACCESSORI BASE NECESSARI:

- N.1 paio di reggispalle
- N.2 fermapolsi
- N.1 carrello per stoccaggio accessori
- N. 1 accessorio per posizione genopettorale regolabile in altezza

Valore presunto affidamento € 60.000,00 + I.V.A. 22%

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 26.04.2024**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, (ed in copia all'indirizzo e-mail ares.michieletti@aulss5.veneto.it) riportando nell'oggetto: *"Avviso volontario per partecipazione alla procedura sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura di n. 1 Tavolo Operatorio per la S.O. della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Adria dell'Azienda ULSS 5 Polesana"*

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.aria.regione.lombardia.it).

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento pe i solo fatto di aver partecipato alla presente manifestazione di interesse.

La risposta alla presente indagine di mercato non vincola né impegna in alcun modo l'Azienda ULSS 5 Polesana nei confronti degli operatori economici partecipanti, che pertanto non potranno vantare alcun titolo, pretesa, referenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e A. Raimondi tel 0425393945.