

Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO

Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297

P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it

Prot. n 40697 del 07/05/2024

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 1 TAVOLO OPERATORIO PER LA SALA OPERATORIA DELLA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI ADRIA CIG B172280874 ID 183014736

QUESITI / RISPOSTE / CHIARIMENTI / PRECISAZIONI

QUESITO n.1

In riferimento alla PROCEDURA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 1 TAVOLO OPERATORIO PER LA SALA OPERATORIA DELLA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI ADRIA CIG B172280874 con particolare riferimento all'Allegato 4 CAPITOLATO TECNICO, all'Art. 2 sono richieste le seguenti caratteristiche tecniche minime: Piano chirurgico in acciaio inox con movimentazione motorizzata della sezione schiena, della sezione gambe, e fornito di spostamento longitudinale Ampia finestra radiotrasparente lungo tutto il piano Non essendo l'acciaio inox un materiale radiotrasparente si chiede se piano chirurgico in acciaio inox sia da considerarsi un refuso, e sia da intendersi che la struttura sia in acciaio inox.

RISPOSTA:

Si precisa che descrizione corretta risulta essere la seguente "Ampia finestra radiotrasparente" che annulla e sostituisce la dicitura presente nel capitolato "Ampia finestra radiotrasparente lungo tutto il piano".

QUESITO n.2

In riferimento alla PROCEDURA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 1 TAVOLO OPERATORIO PER LA SALA OPERATORIA DELLA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI ADRIA CIG B172280874 con particolare riferimento all'Allegato 4 CAPITOLATO TECNICO, all'Art. 2 è richiesta la seguente caratteristica tecnica minima: Pulsantiera wireless dotata di display, ricaricabile e completo di carica batterie Pulsantiera di emergenza a cavo dotata di display Si chiede se, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, prescritti dal D.Lgs 50/16, sia possibile offrire in alternativa: - un pannello di controllo con cavo posizionabile sulla colonna del tavolo operatorio ma rimovibile e utilizzabile come telecomando. - una pulsantiera con cavo dotata di schermo che consente di visualizzare tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del tavolo.

RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato nel capitolato.

QUESITO n.3

In riferimento alla PROCEDURA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 1 TAVOLO OPERATORIO PER LA SALA OPERATORIA DELLA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI ADRIA CIG B172280874

con particolare riferimento all'Allegato 4 CAPITOLATO TECNICO, all'Art. 2 è richiesta la seguente caratteristica tecnica minima: Possibilità di memorizzare posizioni di lavoro del tavolo operatorio, e visualizzazione dei gradi di inclinazione operativa del piano. Si chiede se, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, prescritti dal D.Lgs 50/16, sia possibile offrire un tavolo operatorio privo di memorizzazione delle posizioni di lavoro, ma che grazie alle illustrazioni e informazioni visibili sulla pulsantiera l'operatore è guidato nel corretto utilizzo del tavolo operatorio.

RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato nel capitolato.

QUESITO n.4

Buongiorno considerata la destinazione d'uso Tavolo operatorio per Sala Operatoria della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia si chiede il seguente chiarimento: Piano gambe a 4 sezioni, trasformabili in inginocchiatoio per posizione genupettorale si chiede conferma che trattasi di refuso e che sia sufficiente proporre un piano gambe in 2 sezioni. Normalmente in Ginecologia ed Ostetricia, il paziente viene posizionato in posizione litotomica, tramite l'utilizzo di Allen o cosciali che prevedono la rimozione del piano gambe in questione; un piano gambe in 2 sezioni risulta molto più leggero di un piano gambe in 4 sezioni trasformabile in inginocchiatoio genupettorale e quindi potrebbe sicuramente facilitare il lavoro agli operatori in sala. Facciamo inoltre presente che comunque, tra gli accessori richiesti è presente N. 1 accessorio per posizione genopettorale regolabile in altezza, dunque nel caso sia indispensabile realizzare questo tipo di posizionamento, sarebbe possibile eseguirlo utilizzando l'apposito accessorio.

RISPOSTA:

Il tavolo così configurato e l'accessorio richiesto sono indispensabili per poter prevedere un'eventuale multidisciplinarietà nell'utilizzo del tavolo operatorio, per cui si confermano le indicazioni sul capitolato tecnico.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Arés Michieletti

