



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Direttore Ing. Antonietta Perrone
Tel. 0425/394650
Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Rovigo 29/03/2024

Prot. n. 29792 AP/am

**PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER
“FORNITURA DI N. 3 LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI ADRIA DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA”**

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito indicate:

Lampade scialitiche gemellari disposte composte secondo la seguente configurazione:

CARATTERISTICHE ANCORAGGI

Il sistema di aggancio a soffitto deve essere di ultima generazione in grado di poter installare sullo stesso ancoraggio il sistema scialitico e ulteriori due bracci portamonitor, senza smontaggio del corpo lampada e riducendo al minimo i tempi di fermo sala. E' richiesto un ancoraggio che favorisca l'utilizzo e lo spostamento dei bracci senza penalizzare l'altezza minima di lavoro delle cupole.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI OGNI CORPO LAMPADA

- Intensità di illuminazione non inferiore a 160.000lux
- regolazione dell'intensità da 10 al 100% del range
- Intensità luminosa regolabile in almeno 5 step, con una caratteristica di illuminazione che sia confortevole per gli operatori e non crei abbagli ai livelli minimi.
- Temperatura di colore fissa a circa 4300K
- Profondità di illuminazione almeno 100cm (L1+L2 al 20%)
- Diametro del campo d10 regolabile indicativamente da 20 a 25cm
- Indice di resa cromatica Ra almeno 95%
- funzione “luce verde per modalità endoscopica”, anche questa regolabile in almeno 5 step, comandata da tasto rapido di selezione.
- I corpi lampada devono essere predisposti per l'installazione della telecamera Full HD.
- I bracci di estensione e i bracci a molla devono poter girare a 360° senza fine corsa.
- Il colore di tutti i led deve essere bianco omogeneo in modo da non generare in caso di parziale guasto o copertura, ombre colorate sul campo operatorio.
- Parametri della lampada regolabili da tastierino a bordo cupola.
- La variazione di temperatura sul campo operatorio deve essere inferiore a 1°C
- Durata dei led non inferiore a 60.000 h
- Presenza di maniglia a bordo lampada per movimentazione da fuori il campo sterile
- Design della cupola perfettamente compatibile coi flussi laminari

Valore presunto affidamento € 50.000,00 + I.V.A. 22%

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.04.2024, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, (ed in copia all'indirizzo e-mail ares.michieletti@aulss5.veneto.it) riportando nell'oggetto: *“Avviso volontario per partecipazione alla procedura sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura di n. 3 Lampade Scialitiche per le Sale Operatorie del Presidio Ospedaliero di Adria dell'Azienda ULSS 5 Polesana”*

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.aria.regione.lombardia.it).

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento pe i solo fatto di aver partecipato alla presente manifestazione di interesse.


La risposta alla presente indagine di mercato non vincola né impegna in alcun modo l'Azienda ULSS 5 Polesana nei confronti degli operatori economici partecipanti, che pertanto non potranno vantare alcun titolo, pretesa, referenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Progetto

Dot. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e A. Raimondi tel 0425393945.