



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO

Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297

P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it

Prot. n 40575 del 07/05/2024

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N. 3 LAMPADRE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI ADRIA CIG B16E748A06 ID 182961048-

QUESITI / RISPOSTE / CHIARIMENTI / PRECISAZIONI

QUESITO n.1

Si chiede di specificare la distanza tra pavimento e soffitto e quella tra soffitto e controsoffitto nelle sale in cui verranno installate le lampade scialitiche oggetto della fornitura

RISPOSTA:

L'altezza all'interno delle sale in cui verranno installate le lampade scialitiche è di 300 cm da pavimento a controsoffitto. La distanza tra solaio e controsoffitto è di 20 cm.

QUESITO n.2

Funzione "luce verde per modalità endoscopica", anche questa regolabile in almeno 5 step, comandata da tasto rapido di selezione. Questa caratteristica è riconducibile ad un unico operatore economico, per tanto chiediamo che la regolazione in almeno 5 step sia una caratteristica preferibile ma non di minima pena esclusione e che comunque sarà per Voi oggetto di valutazione tecnica

RISPOSTA:

Si precisa che la regolazione in almeno 5 step è una caratteristica da intendersi "preferibile" e che il possesso verrà positivamente valutato nell'attribuzione dei punteggi qualitativi. Tale caratteristica non deve essere intesa a pena di esclusione.

QUESITO n.3

Presenza di maniglia a bordo lampada per movimentazione da fuori il campo sterile.

Per garantire la massima compatibilità con i flussi laminari (punto richiesto anche da Voi in capitolato), il prodotto che vorremmo proporre non è dotato di maniglie ma di un corpo lampada molto sottile che può essere impugnato facilmente da fuori campo sterile e che ne permette la sua movimentazione, pertanto si chiede di considerare equivalente la caratteristica da noi proposta, e che comunque sarà per Voi oggetto di valutazione tecnica.

RISPOSTA:

La presenza della maniglia verrà positivamente valutata nell'attribuzione dei punteggi qualitativi. Tale caratteristica non deve essere intesa a pena di esclusione. Verranno valutate proposte aventi equivalenza tecnico funzionale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ares Michieletti