



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Direttore Ing. Antonietta Perrone
Tel. 0425/394650
Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Rovigo 28/05/2024

Prot. n. 48210 AP/am

PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER “FORNITURA IN NOLEGGIO 24 MESI DI N. 3 GENERATORI / BISTURI A RISONANZA QUANTICA MOLECOLARE COMPLETI DEI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI PER LA U.O.C. O.R.L. DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA”

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito **indicate**:

N. 3 BISTURI A RISONANZA QUANTICA MOLECOLARE che utilizza tutte le sue modalità operative, monopolari e bipolari, destinato ad operazioni chirurgiche in ORL, in grado di consentire l'erogazione di energia a bassissime temperature e non necessitare di sistemi di irrigazione. L'apparecchio dovrà consentire di operare sui tessuti molli in modo preciso ed efficace, garantendo al contempo estrema delicatezza e rispetto del tessuto stesso e delle strutture limitrofe, in grado di limitare notevolmente il trasferimento di energia termica, sia durante il taglio che il coagulo, così da non necrotizzare il tessuto limitrofo.

Caratteristiche tecniche:

- Funzione taglio monopolare : circa 120W/400Ω
- Funzione blend (taglio+coagulo) monopolare :circa 100W/400Ω
- Funzione coagulo monopolare : circa 70W/400Ω
- Funzioni Bipolari: circa 60W/100Ω
- Pedaliera di attivazione lavabile
- Involucro esterno in polistirene duro, antigraffio e antiurto, con schermatura interna per compatibilità elettromagnetica
- Il sistema dovrà essere anche dotato di un sistema di controllo di impedenza che segnala l'avvenuta coagulazione mediante un avviso acustico in tutti quei casi in cui il chirurgo non ha visibilità diretta del tessuto.
- Contratto di Assistenza tecnica e manutenzione di tipo Full risk, chiamate illimitate, comprensiva delle visite di manutenzione preventiva e delle verifiche di sicurezza elettrica (CEI/EN 62353)
- Conforme alla normativa 93/42/CE, classe CF
- Completo di tutti gli accessori normali d'uso, quali piastre, cavi di alimentazione elettrica, pedaliera .

- n. 150 manipoli monouso Trub BiPro (cod. 2615001 riferimento attuale impresa fornitrice)
- n. 100 Turb BiProbe Smart (cod. 2615001E riferimento attuale impresa fornitrice)
- n. 3 Pinze Bipolari Baionetta (cod. 2601015 riferimento attuale impresa fornitrice)
- n. 3 Pinze Bipolari Baionetta (cod. 2606407 riferimento attuale impresa fornitrice)

- n. 3 Pinze Bipolari Dritta 110 mm T=0,6 mm
- n. 5 Connettore bipol Smart 5 M

Valore presunto affidamento € 120.000,00 + I.V.A. 22%

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 07.06.2024**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, (ed in copia all'indirizzo e-mail ares.michieletti@aulss5.veneto.it) riportando nell'oggetto: *“Avviso volontario per partecipazione alla procedura per la fornitura in noleggio 24 mesi di n. 3 generatori / bisturi a risonanza quantica molecolare completi dei dispositivi medici dedicati per la U.O.C. O.R.L. dell'Azienda Ulss 5 Polesana”*.

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.aria.regione.lombardia.it).

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente manifestazione di interesse.


La risposta alla presente indagine di mercato non vincola né impegna in alcun modo l'Azienda ULSS 5 Polesana nei confronti degli operatori economici partecipanti, che pertanto non potranno vantare alcun titolo, pretesa, referenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e A. Raimondi tel 0425393945.