



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
 Direttore: Dr. FF Ing. Emanuela Terribile  
 Indirizzo di posta elettronica (PEC): [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it)

Rovigo 18/04/2023

Prot. n. **39872 AM/ar**

(riferimenti da citare nella risposta)

**Oggetto: PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI n. 2 INCUBATORI.**

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito indicate:

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE	Qtà
<p><b>INBUBATORI DA BANCO:</b> specificamente progettati per la crescita e il mantenimento di embrioni fino allo stadio di Blastocisti, che grazie all'utilizzo di miscela trigas favorisce un corretto sviluppo euploide.</p> <p>Caratteristiche richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervallo di Temperatura: da 5°C sopra la temperatura ambiente a 40°C accuratezza pari a <math>\pm 0,2</math> °C con controllo di 0,1 °C</li> <li>• Intervallo di regolazione del flusso del gas da 0 litri/min a 900 litri/min accuratezza pari a <math>\pm 10\%</math> o <math>\pm 0,3</math> ml/min con controllo pari a <math>\pm 5\%</math> o <math>\pm 0,2</math> ml/min</li> <li>• dotato di due camere separate</li> </ul> <p>adatto per incubazione di dischi di diversa tipologia            capacità per ciascuna camera (a titolo di esempio): 4x NUNC 4 WELL Dishes; 4x 60mm Dishes; 10 x 30mm Dishes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotati di sistema di Umidificazione delle camere</li> <li>• dotato di display digitale per la regolazione e il controllo dei parametri impostati e relativi allarmi</li> <li>• dotato di indicazione del flusso dei gas</li> <li>• alimentazione gas premiscelati (6% CO<sub>2</sub>, 5% O<sub>2</sub>, 89% N<sub>2</sub>)</li> <li>• apparecchio certificato "Medical Device" (secondo CE 93/42 E s.m.i.)</li> </ul>	<p>2</p>

**Importo indicativo a base d'asta € 26.000,00.**

Si invitano pertanto gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare a questa Amministrazione, l'interesse alla partecipazione alla procedura sottosoglia per l'assegnazione della fornitura dichiarando la capacità tecnica di fornire quanto in oggetto.

Tale richiesta dovrà pervenire esclusivamente, via PEC all'indirizzo [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it), riportando nell'oggetto: **"PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI n. 2 INCUBATORI**

**Si precisa che il termine ultimo per la manifestazione di interesse è fissato per le ore 18:00 del 28/04/2023.**

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale il giorno 18/04/2023.

Il R.U.P.  
 Dott. Alex Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Antonella Raimondi telefono 0425 393945