



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO
Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297
P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it
U.O.C. Provveditorato Economato e
Gestione della Logistica
Direttore F.F. Uoc Ing. Emanuela Terribile
Ref. Rag. Francesco Callegari
Tel.0425-393655 – fax 0425-3693641
e.mail: francesco.callegari@aulss5.veneto.it

Rovigo, lì 04/04/2023

Prot. n. 19241 PB/fc
(riferimenti da citare nella risposta)

OGGETTO: Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'avvio di procedura sottosoglia, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del d.lgs 76/2020 convertito con l. 120/2020 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel, per la fornitura in noleggio di "Sistema Misonix Nexus e acquisto dei relativi dispositivi medici", per UOC chirurgia generale, per il periodo di 36 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi.

Si rende noto che l'Azienda ULSS 5 Polesana, con Determinazione Dirigenziale n. 772 del 13/12/2022, ha avviato la procedura di gara sottosoglia, dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.Lgs 76/2020 convertito con L. 120/2020 e smi sulla Piattaforma Sintel con l'Impresa Biomedica Italia srl, per la fornitura in noleggio "sistema Misonix Nexus e acquisto dei relativi dispositivi medici", per il periodo di 36 mesi, eventualmente prorogabile per 6 mesi, per l'importo complessivo triennale presunto di € 145.000,00 (Iva non compresa) come così specificato:

Descrizione Dispositivo

"Sistema di dissezione e aspirazione ad ultrasuoni Misonix Nexus"

Fabbisogno triennale: 1 apparecchiatura a noleggio e 60 Kit procedurali

SUBLOTTO 1a - Generatore con manipolo corto e relativo strumentario pluriuso

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

- Sistema chirurgico a ultrasuoni (US) composto da consolle generatore con relative pompe integrate di irrigazione e aspirazione (dotato di allarmi visivi e sonori in caso di malfunzionamento, schermo touch screen e pannello di controllo di regolazione dei parametri di vibrazione, irrigazione e aspirazione) e pedaliera wireless;
- Disponibilità di 2 tipologie di manipoli (curvo e retto), dotati di trasduttore piezoelettrico che garantisce il non surriscaldamento senza necessità di sistema di raffreddamento dedicato;
- Indicato per procedure di resezione epatica con approccio laparoscopico, per un efficace dissezione del parenchima epatico lasciando intatte le strutture vascolari e biliari;
- Strumentario pluriuso dedicato sterilizzabile in autoclave, composto da base d'appoggio, chiave dinamometrica, cappucci pluriuso e cassetta di sterilizzazione,
- Compatibile con le unità elettrochirurgiche Valleylab Force, permettendo l'esecuzione di coagulazioni monopolari in contemporanea con l'azione ultrasonica;

SUBLOTTO 1b – Kit procedurali monouso

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

- Kit procedurale monouso composto da punta e kit tubi per aspirazione e irrigazione;
- Ampia disponibilità di punte (diametro in punta da 2.6, 1.9, 1.6 e 1.1 mm, rette e curve) di varia lunghezza (compresa punta laparoscopica da 30 cm);
- Dotato di relativi cavi monouso per collegamento manipolo-generatore

Motivazione del presente Avviso:

Con il presente Avviso si intende avviare un'indagine di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quello individuato e sopra indicato, vi siano altri Operatori Economici presenti sul mercato che possano fornire la fornitura in noleggio di "sistema Misonix Nexus e acquisto dei relativi dispositivi medici", con le caratteristiche sopra indicate o equivalenti.

Si chiede pertanto agli operatori economici, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di gara, che sarà espletata tramite la piattaforma Sintel, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, di manifestare interesse ad essere invitati, tramite pec: protocollo.aulss5@pecveneto.it, entro e non oltre il giorno 19/04/2023 alle ore 12:00 riportando nell'oggetto:

“Avviso volontario fornitura in noleggio “sistema Misonix Nexus e acquisto relativi dispositivi medici”.

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 0425/393655), e-mail: francesco.callegari@aulss5.veneto.it

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale www.aulss5.veneto.it – sezione Bandi il giorno 04/04/2023.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Funzionario dell'UOC Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica

Rag. Paola Bertazzo

