



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Direttore ff: Ing. Emanuela Terribile
Tel. 0425/394650
Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.aulss5@pecveneto.it

Rovigo 29/08/2023

Prot. n. 81491 ET/am

PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER

“LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI N.1 SISTEMA DI RESEZIONE BIPOLARE COMPLETO DI ANSE PER LA U.O.C. UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ROVIGO DELL’AZIENDA ULSS 5 POLESANA”

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Amministrazione, oltre a quelli individuati, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato che possano fornire quanto in oggetto con le caratteristiche richieste od equivalenti, come di seguito **indicate**:

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME :

n° 1 generatore elettrochirurgico da utilizzare per la coagulazione e il taglio di tessuti nella chirurgia aperta, laparoscopica, e endoscopica, con le specifiche tecniche e la combinazione degli accessori di seguito elencati:

- Di peso contenuto per la facile movimentazione ;
- Completamente disinfettabile;
- l’elettrobisturi deve essere controllabile sia mediante pedale, sia mediante manipolo. Per il presente appalto si richiede un interruttore a doppio pedale, e in particolare: un pedale per l’attivazione della modalità taglio e un pedale per l’attivazione della modalità coagulo.
- facile utilizzo e interfaccia operatore di semplice comprensione;
- in grado di erogare correnti sia in modalità monopolare sia bipolare, con la possibilità di selezionare effetti diversi per entrambi le modalità;
- regolazione automatica della potenza per i programmi di taglio e coagulazione in base alle caratteristiche del tessuto, in modo da erogare la potenza minima necessaria per ottenere gli effetti desiderati;
- ampio display di comando, per la visualizzazione continua dei parametri di lavoro
- autotest automatico all’accensione dell’apparecchio, e autodiagnosi durante il funzionamento. Il sistema deve fornire, nel caso di anomalia, una codifica richiamabile in ogni istante dall’elenco degli errori; nel caso di anomalia riscontrata in ogni caso deve essere bloccata l’erogazione dell’alta frequenza avvisando con segnalazione;
- Tensione di alimentazione 220 V
- Potenza di uscita: almeno 300 W
- Modalità monopolare e bipolare
- Controllo dell’impedenza del tessuto e regolazione automatica della corretta potenza da erogare
- sistema di monitoraggio continuo dell’aderenza dell’elettrodo neutro sulla cute del paziente, del corretto posizionamento e orientamento dell’elettrodo, della densità di corrente. Tale sistema di monitoraggio deve essere corredato di allarme in caso di scostamenti dai valori/posizioni di sicurezza;
- Funzionalità avanzate per il taglio e la coagulazione

- Completo di cavi di alimentazione, set di fissaggio a pensile, cavi di collegamento, piastra paziente, cavi elettrodo, cavo HF monopolare, CAVO HF bipolare
- Elemento operativo passivo per resezione al plasma
- Camicia interna 24 fr, camicia esterna 26 fr
- Ottica 4 mm , 30 °
- Otturatore ottico 24 fr
- Siringa 150 ml per evacuazione vescicale
- Cavo HF per resezione al plasma poliuso
- Cavo luce 3 m
- Raccordo tra ottiche fornite e cavo luce storz
- Garanzia 12 mesi full risk
- Manuale d'uso in lingua italiana
- Certificazione CEE 93/42 e s.m.i.
- Certificazione IEC 60601
- Classificazione Nazionale Dispositivi Medici

L'aggiudicatario dovrà a propria cura e spese provvedere all'installazione di tutta la fornitura

Valore presunto affidamento € 50.000,00 + I.V.A. 22%

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alla suddetta procedura entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 11.09.2023**, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, riportando nell'oggetto: *"Avviso volontario per partecipazione alla procedura sottosoglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la fornitura e manutenzione di N.1 Sistema di Resezione Bipolare completo di Anse per la U.O.C. Urologia del Presidio Ospedaliero di Rovigo dell'Azienda ULSS 5 Polesana"*

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.aria.regione.lombardia.it).

L'Azienda ULSS 5 Polesana si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente manifestazione di interesse.


La risposta alla presente indagine di mercato non vincola né impegna in alcun modo l'Azienda ULSS 5 Polesana nei confronti degli operatori economici partecipanti, che pertanto non potranno vantare alcun titolo, pretesa, referenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dot. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e A. Raimondi tel 0425393945.