



Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO  
Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297  
**P.E.C. protocollo.aulss5@pecveneto.it**

**U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica**  
Direttore Uoc f.f. Ing. Emanuela Terribile  
Ref. Greta Masin  
Tel.0425-393949 – fax 0425-3693641  
e.mail: [greta.masin@aulss5.veneto.it](mailto:greta.masin@aulss5.veneto.it)

Rovigo, li 16/06/2023

Prot. n. 59726 PB/gm  
(riferimenti da citare nella risposta)

**AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA SOTTOSOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E S.M.I., CON L'IMPIEGO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE MONOUSO PER TRATTAMENTO PAZIENTI SETTICI / CON SHOCK SETTICO PER L'UOC NEFROLOGIA E DIALISI, PER IL PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORI 6 MESI.**

Si rende noto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 687/2023 l'Azienda Ulss 5 Polesana ha indetto procedura di gara telematica sottosoglia, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. A) del D.L 76/2020 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma di Aria Spa SINTEL, per la fornitura di cartucce monouso per trattamento pazienti settici/con shock settico per l'UOC Nefrologia e Dialisi, per il periodo di 36 mesi per un importo complessivo triennale stimato di € 96.000,00, Iva non compresa, eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi.

Descrizione del Lotto:

Le cartucce monouso devono avere le caratteristiche di seguito indicate:

- trattasi di terapia extra-corporea per la rimozione su sangue intero di mediatori pro- e anti-infiammatori;
- costituita da cartuccia adsorbente contenente resine polimeriche adsorbenti a struttura porosa in materiale biocompatibile e emocompatibile;
- possibilità di utilizzo sia in emoperfusione, che contemporaneamente al trattamento dialitico con apparecchiature convenzionali di emodialisi/CRRT senza necessità di un'apparecchiatura dedicata;
- sterilizzazione non ETO;
- possibilità di collegamento con tutti i circuiti delle macchine da dialisi presenti sul mercato;
- possibilità di utilizzo nei trattamenti continui con anticoagulazione sia a base di eparina che di citrato.

Si chiede pertanto agli operatori economici, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di gara, che sarà espletata tramite la piattaforma Sintel, successivamente alla scadenza del presente avviso, di manifestare interesse ad essere invitati, tramite pec: [\*\*protocollo.aulss5@pecveneto.it\*\*](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it), entro e non oltre il giorno 03/07/2023 alle ore 12:00 riportando nell'oggetto:

***“Avviso pubblico per procedura di gara per fornitura di cartucce monouso per trattamento pazienti settici/con shock settico per l'UOC Nefrologia e Dialisi - prot. 59726 PB/gm”.***

Le imprese devono obbligatoriamente essere qualificate nella piattaforma Aria Sintel per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'espletamento della procedura telematica sottosoglia in argomento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi è la Rag. Paola Bertazzo Funzionario della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta presso la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 0425/393944 - 3949), e-mail: [paola.bertazzo@aulss5.veneto.it](mailto:paola.bertazzo@aulss5.veneto.it) – [greta.masin@aulss5.veneto.it](mailto:greta.masin@aulss5.veneto.it).

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale [www.aulss5.veneto.it](http://www.aulss5.veneto.it) – sezione Bandi il giorno 16/06/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Paola Bertazzo

