



U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Rovigo 15/03/2021

Direttore: Dr. Roberto Banzato

Tel. 0425/394650

Indirizzo di posta elettronica (PEC): protocollo.ulss5@pecveneto.it

Prot. n. **24569** RB/am

AVVISO INDAGINE DI MERCATO E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PARTECIPAZIONE PROCEDURE SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER

**“LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER L’U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGIA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI ROVIGO DELL’AZIENDA ULSS 5 POLESANA”**

Si rende noto che l’Azienda ULSS 5 Polesana, intende procedere a SPECIFICHE Indagini di Mercato per quanto sopra indicato con le seguenti caratteristiche:

a) Tre bagni stendifette

Bagno stendifette termostatico da banco, con possibilità di regolazione della temperatura da 0°C a + 70°C, struttura in acciaio inox, con vasca in pirex asportabile, con capacità minima di 1 litro d’acqua, completo di sistema di illuminazione interno (retroilluminazione della vasca in vetro) per facilitare il reperimento delle sezioni istologiche, completo di termoregolatore elettronico digitale con sonda di temperatura ed interblocco di sicurezza. Dotato di piastra asciugavetrini incorporata che consenta l’asciugatura di almeno 20 vetrini contemporaneamente, con possibilità di regolazione della temperatura.

b) Quattro piastre raffreddanti

Strumento per un congelamento rapido dei blocchetti durante il taglio. La superficie deve essere piana e poter contenere un range da 60 a 100 formelle o blocchi in paraffina contemporaneamente. Capacità di raffreddamento fino a -20°C con possibilità di regolazione della temperatura di lavoro con display elettronico della temperatura. Il piatto freddo deve essere in acciaio inox. Presenza di bordo anti sgocciolamento in plastica. Il sistema di raffreddamento a gas deve essere privo di CFC.

c) Dispensazione di paraffina liquida.

Strumento da banco con serbatoio della capacità di almeno 7.5L per lo scioglimento di almeno 6kg di paraffina per volta. Il dispensatore deve essere dotato di controllo di temperatura digitale per garantire una maggior accuratezza della temperatura della paraffina e deve essere associato ad un sistema di riscaldamento ultra-veloce per lo scioglimento rapido della stessa. La paraffina sciolta è pronta in circa 30 minuti dal riempimento del dispensatore. Presenza di rubinetto dotato di leva anti-sgocciolamento che può essere bloccata per consentire la dispensazione rapida di grandi quantità di paraffina, posto in posizione sopraelevata

Si chiede a tutti gli Operatori interessati a presentare richiesta di essere invitati alle suddette procedure **(specificando a quali di quelle in elenco sono interessati a partecipare)** entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23.03.2021, all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica dell'Azienda ULSS 5 Polesana seguente indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it

Si precisa inoltre che le procedure per l'assegnazione della fornitura in oggetto, saranno espletate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement denominata Sintel della Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it).

I dati forniti dalla ditta in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività dell'Azienda ULSS 5 in conformità a quanto disposto dalla L. 196/03.

Le imprese si devono qualificare per l'Azienda ULSS n. 5 Polesana

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ares Michieletti



Per ulteriori informazioni si prega contattare

A. Michieletti tel 0425394650 e S. Guolo tel 0425393655.