

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI AUTOMATICI PER L'ETICHETTATURA E LA TRACCIABILITA' DI CAMPIONI, COMPRENSIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA, PER I CENTRI PRELIEVO OSPEDALIERI DI ROVIGO, ADRIA E TRECENTA DELL'A.U.LSS 5 "POLESANA", PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI - CIG 84251849C6 Allegato 1 al verbale del 27/01/2021						
	punti MAX	BECTON DICKINSON ITALIA SPA		EOS SRL		
		COEFFICIENTI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTI	PUNTEGGIO	
Produttività oraria dello strumento: provette etichettate/ora	14	DISCRETO - La produttività oraria massima dello strumento, pari a 400 provette/ora, soddisfa il fabbisogno richiesto ed indica un ampio livello di prestazione eseguibili	8,4	OTTIMO - La produttività oraria massima dello strumento pari a 1.440 provette/ora soddisfa il fabbisogno richiesto ed indica un ottimo livello di prestazioni eseguibili	14	
Possibilità di elaborazione statistica dell'attività svolta nei punti prelievo.	2	OTTIMO - ottima versatilità informatica nell'utilizzo dei dati con possibilità di esportare i dati e gestirli con diversi applicativi es. excel	2	BUONO - Buona versatilità con possibilità di elaborazione statistica dei dati forniti. Viene genericamente indicata la possibilità di integrazione con altri software senza fornire però ulteriori specificazioni sulla possibilità di gestione con applicativi diversi	1,6	
Registrazione dell'operatore con password e completa tracciabilità dell'attività svolta (etichettatura, orario esecuzione prelievo, check out provette ed eventuali altri aspetti migliorativi).	12	OTTIMO - ottima tracciabilità nell'attività svolta, in particolare possibilità di tracciabilità del tipo di dispositivo utilizzato per eseguire il prelievo e anche possibilità di completa tracciabilità dei tempi e dei contatti del paziente dal momento dell'ingresso nella struttura al momento in cui esce	12	BUONO - Buona tracciabilità dell'attività svolta riferita unicamente alla fase successiva all'ingresso nel box prelievi	9,6	
Garanzia assoluta che l'etichetta barcode sia applicata esattamente sovrapposta all'etichetta già presente sulla provetta in modo da permettere l'osservazione dell'esatta quantità di campione prelevato.	10	BUONO - le etichette vengono applicate sulle provette a distanza fissa dal tappo consentendo comunque l'osservazione dell'esatta quantità di campione prelevato	8	OTTIMO - permette di modulare l'applicazione dell'etichetta sulla provetta in base alle esigenze e conformazione della strumentazione analitica garantendo comunque l'osservazione dell'esatta quantità di campione prelevato	10	
Sistema in grado di produrre automaticamente e in sequenza le provette necessarie secondo standard CLSI	5	BUONO - risponde al requisito richiesto. Necessita però dell'intervento dell'operatore che deve visivamente controllare l'operazione	4	OTTIMO - risponde al requisito richiesto e non necessita dell'intervento dell'operatore che non deve visivamente controllare l'operazione	5	
Possibilità di produrre un duplicato dell'etichetta in tempo reale.	7	OTTIMO Corrisponde pienamente alle caratteristiche richieste dal criterio di valutazione	7	OTTIMO Corrisponde pienamente alle caratteristiche richieste dal criterio di valutazione	7	
Modalità di gestione degli esami temporizzati (es. OGGT).	5	OTTIMO soluzione tecnologicamente avanzata e sicura rispetto all'effettuazione degli esami temporizzati	5	OTTIMO soluzione tecnologicamente avanzata e sicura rispetto all'effettuazione degli esami temporizzati	5	
Avviso (Alert) all'operatore di modalità di raccolta/conservazione di campioni particolari.	11	OTTIMO Corrisponde pienamente alle caratteristiche richieste dal criterio di valutazione	11	OTTIMO Corrisponde pienamente alle caratteristiche richieste dal criterio di valutazione	11	
Elenco installazioni di sistemi sovrapponibili/simili in Italia.	2	BUONO- omogenea diffusione sul territorio nazionale	1,6	BUONO- omogenea diffusione sul territorio nazionale	1,6	
Sistema integrabile con sistema di accoglienza	2	BUONO- viene indicata la possibilità di integrazione con altri sistemi informatici di accoglienza come quelli in uso presso le sedi ospedaliere aziendali, previa verifica della capacità di supportare l'interfacciamento. Viene poi descritto il processo di integrazione con il solo sistema attualmente in uso presso l'ospedale di Adria	1,6	OTTIMO - viene confermata la possibilità di integrazione con entrambi i sistemi informatici di accoglienza attualmente in uso presso le sedi ospedaliere aziendali (Rovigo e Adria)	2	
totale PUNTEGGIO			60,60		66,80	
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			63,50		70,00	